

Elbląg, 27.05.2016

Dotyczy: postępowania na dostawy pasków do glukometrów (69/2016)

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w dniu 25.05.2016 w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych na dostawę pasków testowych do glukometrów, wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści do złożenia oferty na paski do glukometrów równoważne wymienionym w ogłoszeniu paskom do glukometrów Contour Plus przy założeniu, że dostawca zagwarantuje w ramach zaoferowanej ceny pasków bezpłatne użyczenie niezbędnej ilości kompatybilnych z paskami glukometrów na czas niezbędny do całkowitego wykorzystania dostarczonych pasków przez Zamawiającego? Jeżeli odpowiedź na nasze pytanie byłaby pozytywna, to prosimy o podanie jaką ilość glukometrów wykonawca powinien dostarczyć.

Pytanie 2

Przebieg postępowania oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie oferty przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych, jak również ze względu, na jakość oferowanych produktów.

Pozwoli to Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, co będzie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz nie ograniczy się tylko i wyłącznie do jednej firmy. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści paski z kompatybilnymi glukometrami charakteryzujące się:

1. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 50 sztuk, glukometr skalibrowany do osocza.
 2. Funkcja automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel
 3. Czas pomiaru 7 sekund
 4. Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl,
 5. Wielkość próbki krwi 0,7 µl,
 6. Zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C°,
 7. Zakres hematokrytu 20-60%,
 8. Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST),
 9. Wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
 10. Automatyczny wyrzut paska – pozwala na bezdotykowe usunięcie zużytego paska pomiarowego unikając kontaktu z rękami personelu ograniczamy do minimum ewentualne ryzyko epidemiologiczne
 11. Posiada i spełniania normy ISO 15197:2013 dla proponowanych pasków i glukometrów
- Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej. Zapewniamy pełen serwis , szkolenie personelu , walidacje .

1. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna ? Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samym wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową normą ISO 15197:2013.
2. Czy zamawiający wymaga pasków z enzymem GDH-FAD?

Zamawiający odpowiada na Pytanie 1 oraz Pytanie 2:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia takiej oferty.

Zamawiający jest w posiadaniu sprawnych glukometrów, zakupionych zgodnie z przeprowadzonym wcześniej postępowaniem, do których dedykowane są paski stanowiące przedmiot zamówienia.