

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, na dostawę taśm załonowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **25.05.2016r.**, numer ogłoszenia: **133666 – 2016**.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 31.05.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający dopuści taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu w opcji:
- 250 szt. taśm + 2 szt. igieł wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, prawa i lewa, o dwupłaszczyznowym wygięciu;

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Czy Zamawiający dopuści taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu w opcji:
- 250 szt. taśm + do każdej taśmy zestaw ww. igieł wielokrotnego użytku ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Czy Zamawiający dopuści całkowicie jednorazowy zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, z igłami o dwupłaszczyznowym wygięciu, lewa i prawa, o ergonomicznych projektach uchwytu (wykonane ze stali chirurgicznej) ?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje wymogi.

4) Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

Jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

- taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm,

wielkości oczek 0,7 x 0,7 mm, grubości taśmy 0,3 mm i gramaturze 28 g/m², taśma bez osłonki.

- dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezczasłonową (TVT Obturator) techniką od środka na zewnątrz (in-out) jednej prowadnicy skrzydełkowej, anatomicznej do bezpiecznego przeprowadzenia narzędzi metodą in-out?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Prosimy o podzielenie przedmiotu zamówienia na dwa Pakiety/Zadania:

1) Pakiet/Zadanie nr 1:

- 125 szt. System jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową „od dołu” w kierunku od cewki ku górze spojenia łonowego, składający się z:
 - dwóch igieł jednorazowych prawej i lewej ze stali chirurgicznej z trójkątnym szlifem z uchwytnymi z tworzywa sztucznego, grubość igieł do 4 mm.
 - taśmy polipropylenowej monofilamentowej o jednolitej strukturze, równych niepostrzępionych brzegach, bez elementów napinających. Taśma umieszczona w koszulce foliowej podzielonej w środkowej części taśmy - sterylne opakowanie dla jednego zestawu.

2) Pakiet/Zadanie nr 2:

- 125 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie podzieloną w środkowej części, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie przedmiotu zamówienia na dwa Pakiety / Zadania.

6) Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia:

- 250 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie podzieloną w środkowej części, jednorodnych, niewchłaniających, o długości. 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.