

Oznaczenie sprawy 79/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniach 19.07.2016r.i 20.07.2016r. w postępowaniu prowadzonym w w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku w 6 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wpłynęły zapytania następującej treści:

1. **Pakiet nr 1, pozycja 4-5** Czy Zamawiający oczekuje sond żołądkowych z reduktorem i zatyczką?
2. **Pakiet nr 1, pozycja 7** Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. tuberkulinowe z niezintegrowaną igłą (0,45x13 mm)?
3. **Pakiet nr 1, pozycja 8** Czy Zamawiający oczekuje venflonu z portem czy bez portu?
4. **Pakiet 1 poz. 2,3,poz. 6-9** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie wykonawców na wydzielony asortyment.
5. **Pakiet nr 1 poz. 6** Czy Zamawiający w/w pozycji oczekuje strzykawki dwuczęściowej czy trzyczęściowej Luer?
6. **Pakiet nr 1 poz. 8** Czy Zamawiający w/w pozycji oczekuje kaniul dożylnych w rozmiarze 24G ze skrzydełkami i portem do dodatkowej iniekcji?
7. **Pakiet nr 1 poz. 8** Czy Zamawiający w/w pozycji oczekuje kaniul dożylnych w rozmiarze 24G ze zdejmowanym uchwytem bez portu do dodatkowej iniekcji ?
8. **Pakiet nr 1 poz. 8** Czy Zamawiający w/w pozycji oczekuje kaniul dożylnych w rozmiarze 24G cewnik wykonany z PUR z paskami widocznymi w promieniach RTG?
9. **Pakiet nr 1 poz. 8** Czy Zamawiający w/w pozycji oczekuje kaniul dożylnych w rozmiarze 24G cewnik wykonany z FEP z paskami widocznymi w promieniach RTG?

Zamawiający odpowiada:

- Ad.1. Zamawiający wymaga sond żołądkowych , gdzie koniec dolny sondy żeński w środku schodkowo zakończony + zatyczka.
- Ad.2. Zamawiający wymaga strzykawki + oddzielnie igły ,które tworzą całość.
- Ad.3. Zamawiający wymaga venflonu bez portu.
- Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad.5. W Pakiecie nr 1 poz. 6 wymagana jest strzykawka dwuczęściowa.
- Ad.6. W Pakiecie nr 1 poz.8 Zamawiający wymaga kaniuli dożylnych ze skrzydełkami, bez portu.

Ad.7. W Pakiecie nr 1 poz.8 Zamawiający wymaga kaniuli dożylniej ze zdejmowalnym uchwytem bez portu.

Ad.8. Zamawiający nie wymaga.

Ad.9. Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.8 wymaga kaniuli dożylniej w rozmiarze 24G cewnik wykonany z FEP z paskami widocznymi w promieniach RTG

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający w dniu 20.07.2016r. dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej w Pakiecie nr 1.