

Oznaczenie sprawy 81/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg  
w związku z planowanym udzieleniem zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – na  
**Zakup i dostawa czujników pacjenta oraz czujników środowiskowych na  
potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu . Zamówienie  
składa się z 49 pakietów wyszczególnionych w załączniku nr 1 na okres 12  
miesięcy**, informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

1. **Pakiet 9**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modelu urządzenia  
Fisher&Paykel?
2. **Pakiet 11**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modułu zainstalowanego w  
monitorze Drager (Nellcor / Nellcor Oximax /Masimo)?
3. **Pakiet 11**  
Czy Zamawiający wymaga czujnika w technologii Oximax?
4. **Pakiet 12**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika obecnie stosowanego u  
Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami  
Zamawiającego.
5. **Pakiet 13**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modułu zainstalowanego w  
monitorze Drager (Nellcor / Nellcor Oximax /Masimo)?
6. **Pakiet 13**  
Czy Zamawiający wymaga czujnika z przedłużaczem?
7. **Pakiet 15**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika obecnie stosowanego u  
Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami  
Zamawiającego.
8. **Pakiet 16**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika?
9. **Pakiet 16**  
Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika obecnie stosowanego u  
Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami  
Zamawiającego.

10. **Pakiet 17**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modelu urządzenia Covidien?

11. **Pakiet 17**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika obecnie stosowanego u Zamawiającego lub model aparatu, z którym ma być kompatybilny czujnik, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

12. **Pakiet 18**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika obecnie stosowanego u Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

13. **Pakiet 19**

Czy zamawiający wymaga czujnika wielorazowego, czy jednopacjentowego?

Czy zamawiający wymaga czujnika saturacji z połączeniem LNOP, czy LNCS?

Czy zamawiający wymaga czujnika saturacji : typu klips na palec dla dorosłych, dla dzieci 10-50kg, czy czujnika wielopozycyjnego typu Y?

Czy zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Masimo, potwierdzonego certyfikatami, na terenie Polski?

14. **Pakiet 19**

Czy Zamawiający wymaga czujnika bezpośredniego czy czujnika podłączanego do przedłużacza?

15. **Pakiet 20**

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

16. **Pakiet 21**

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

17. **Pakiet 21**

W jakiej technologii ma pracować czujnik z pakietu 21- czy w M-tech czy Oximax czy innej?

18. **Pakiet 21**

Czy Zamawiający wymaga czujnika bezpośredniego czy czujnika podłączanego do przedłużacza?

19. **Pakiet 22**

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

20. **Pakiet 23**

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

21. **Pakiet 23**

Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie.

22. **Pakiet 24**  
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?
23. **Pakiet 24**  
Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie
24. **Pakiet 25**  
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?
25. **Pakiet 25**  
Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie.
26. **Pakiet 26**  
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?
27. **Pakiet 26**  
Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie
28. **Pakiet 27**  
Jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze Penlon M8 (Nellcor / Nellcor Oximax /Masimo)?
- Czy zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego
29. **Pakiet 28**  
Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie
30. **Pakiet 29**  
Prosimy o podanie modelu aparatu z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pakiecie
31. **Pakiet 31**  
Czy chodzi o czujnik Y typu Nellcor D-YS?
32. **Pakiet 32**  
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?
33. **Pakiet 35**  
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?
34. **Pakiet 37**  
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?
- W jakiej technologii ma pracować czujnik z pakietu 37- czy w M-tech czy Oximax czy innej?
- Prosimy o podanie kształtu wtyczki i ilości pinów.
35. **Pakiet 37**  
Czy Zamawiający wymaga czujnika bezpośredniego czy czujnika podłączanego do przedłużacza?

W jakiej technologii mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie?

36. **Pakiet 38**

W jakiej technologii ma pracować czujnik z pakietu 38- czy w M-tech czy Oximax czy innej?

Prosimy o podanie kształtu wtyczki i ilości pinów

37. **Pakiet 38**

Czy Zamawiający wymaga czujnika bezpośredniego czy czujnika podłączanego do przedłużacza?

W jakiej technologii mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie?

38. **Pakiet 39**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modułu zainstalowanego w monitorze Drager (Nellcor / Nellcor Oximax /Masimo)?

39. **Pakiet 39**

Prosimy o podanie modelu aparatu z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pakiecie.

40. **Pakiet 41**

Prosimy o podanie modelu aparatu z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pakiecie.

41. **Pakiet 42**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modułu zainstalowanego w monitorze PM9000 (Nellcor //Masimo)?

42. **Pakiet 42**

Prosimy o podanie modelu aparatu z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pakiecie.

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

43. **Pakiet 44**

Prosimy o podanie producenta aparatu z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pakiecie.

44. **Pakiet 45**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modułu zainstalowanego w defibrylatorze Lifepak 12 (Nellcor /Masimo)?

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

45. **Pakiet 45**

Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki- Masimo Red czy Set?

46. **Pakiet 46**

Prosimy o podanie nr katalogowego czujnika lub modułu zainstalowanego w defibrylatorze Lifepak 12 (Nellcor /Masimo)?

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

**47. Pakiet 46**

Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki- Masimo Red czy Set?

**48. Pakiet 48**

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

Jeśli do kabla to prosimy o podanie czy Zamawiający stosuje czujniki Masimo LNOP czy LNCS?

**49. Pakiet 48**

Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie.

**50. Pakiet 49**

Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora czy do kabla przedłużającego?

Jeśli do kabla to prosimy o podanie czy Zamawiający stosuje czujniki Masimo LNOP czy LNCS?

**51. Pakiet 49**

Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w pakiecie.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. **Pakiet 9-** Model urządzenia MR 850

Ad.2. **Pakiet 11-** Moduł zainstalowany w monitorze Drager ( Nellcor)

Ad.3. **Pakiet 11**Zamawiający wymaga czujnika w technologii Nellcor

Ad.4. **Pakiet 12**Czujnik obecnie stosowany (Envitec/OOM102/ czujnik tlenu do Centiva S/5, Airshields Isolette ATOM2100

Ad.5. **Pakiet 13** nr katalogowy- Unimed /U403-01/ - Nellcor

Ad.6. **Pakiet 13** Zamawiający wymaga czujnika bez przedłużacza

Ad.7. **Pakiet 15** Czujnik obecnie stosowany Envitec/OOM201/ czujnik tlenu do Draeger,Fabiusz, Evita, Cato, 8000IC, Sull

Ad.8. **Pakiet 16** nr katalogowy- Envitec/OOM202/ czujnik tlenu

Ad.9. **Pakiet 16** nr katalogowy- Envitec/OOM202/ czujnik tlenu

- Ad.10 **Pakiet 17** Model urządzenia Respirator 760 Nelbor Puritan Bennet
- Ad.11. **Pakiet 17** Czujnik obecnie stosowany Envitec/OOM202/
- Ad.12 **Pakiet 18** Czujnik obecnie stosowany Medlab GmbH ML-00526, ML00535  
czujnik Y-200, P-200
- Ad.13 **Pakiet 19** Zamawiający wymaga czujnika Masimo/Nr kat 2258/  
czujnik saturacji wielorazowy typu Y (zamiennik nie działa)
- Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Masimo,  
potwierdzonego certyfikatami, na terenie Polski?
- Ad.14. **Pakiet 19** Zamawiający wymaga czujnika bezpośredniego
- Ad.15. **Pakiet 20** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.16. **Pakiet 21** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.17. **Pakiet 21** czujnik w technologii Nellcor
- Ad.18. **Pakiet 21** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.19. **Pakiet 22** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.20. **Pakiet 23** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.21. **Pakiet 23** Czujnik w technologii Masimo
- Ad.22. **Pakiet 24** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.23. **Pakiet 24** czujnik w technologii Nellcor
- Ad.24. **Pakiet 25** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.25. **Pakiet 25** czujnik w technologii Nellcor
- Ad.26. **Pakiet 26** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.27. **Pakiet 26** czujnik w technologii Nellcor
- Ad.28. **Pakiet 27** czujnik w technologii Nellcor Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora
- Ad.29. **Pakiet 28** moduł Nellcor

Ad.30. **Pakiet 29** czujnik kompatybilny z Pulsoksymetr Nonin Onyx

Ad.31. **Pakiet 31** czujnik Nellcor wielopunktowy Y

Ad.32. **Pakiet 32** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora

Ad.33. **Pakiet 35** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora

Ad.34. **Pakiet 37** czujnik w technologii Nellcor  
Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora

Ad.35. **Pakiet 37** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora

Ad.36. **Pakiet 38** Czujnik w technologii Nellcor



Ad.37. **Pakiet 38** Zamawiający wymaga czujnika bezpośredniego

Ad.38. **Pakiet 39** czujnik w technologii Nellcor

Ad.39. **Pakiet 39** czujnik kompatybilny z Delta XL

Ad.40. **Pakiet 41** czujnik kompatybilny z Kardiomonitor IntelliVue MP20

Ad.41. **Pakiet 42** zainstalowany moduł Nellcor

Ad.42. **Pakiet 42** czujnik kompatybilny z Kardiomonitor PM 9000

Ad.43. **Pakiet 44** producent NONIN MEDICAL INC

Ad.44. **Pakiet 45** czujnik w technologii Masimo  
Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora

Ad.45. **Pakiet 45** czujnik w technologii- Masimo Red

Ad.46. **Pakiet 46** czujnik w technologii Masimo  
Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora

Ad.47. **Pakiet 46** czujnik w technologii- Masimo Red

Ad.48. **Pakiet 48** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora  
Zamawiający stosuje czujniki Masimo LNOP

Ad.49. **Pakiet 48** Zamawiający stosuje czujniki Masimo LNOP

Ad.50. **Pakiet 49** Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem do kabla przedłużającego  
Zamawiający stosuje czujniki Masimo LNCS

Ad.51. **Pakiet 49** Zamawiający stosuje czujniki technologii Masimo LNCS