

Oznaczenie postępowania 31/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016 r. pod numerem 156213-2016 na dostawę:

Pakiet nr 1- 6: odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi techniką probówkową dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w okresie 24 miesięcy;

Pakiet nr 7 - mikrokart żelowych, odczynników i krwinek do manualnej metody mikrokolumnowej wraz z dzierżawą 4 wirówek przeznaczonych do wirowania mikrokart żelowych i 2 inkubatorów do mikrokart żelowych dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w okresie 24 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu.

Zamawiający informuje, że w celu uszczegółowienia i doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 02.08.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 09.08.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 3 ppkt 1.2. lit. b) SIWZ (str. 2) otrzymuje nowe brzmienie:

- b) Dzierżawa 4 szt. wirówek oraz 2 inkubatorów przeznaczonych do mikrokart żelowych dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, których wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiono w Załącznikach nr 7.2. i 7.3. do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane do dzierżawy wirówki i inkubatory były fabrycznie nowe, ale nie starsze niż z 2014 r./ lub używane, ale nie starsze niż z 2015 r./ lub obecnie używane przez Zamawiającego z 2014 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydzierżawia wirówki i inkubatory Zamawiającemu, kompletne i po zainstalowaniu były gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego wirówek i inkubatorów przez okres 24 miesięcy stanowi arkusz cenowy – Załącznik Nr 7.1. do SIWZ.

- pkt 10 ppkt 6 SIWZ (str. 12) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę odczynników i odczynników wraz z dzierżawą wirówek i inkubatorów w 7 pakietach dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – 31/2016” – nie otwierać przed dniem 09.08.2016 r. godz. 10³⁰.

- pkt 11 ppkt 1 i 2 SIWZ (str. 12 i 13) otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 09.08.2016 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 09.08.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień

Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 6 do SIWZ, Pakiet nr 6 (str. 33 SIWZ) poz. nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. 0,15 mol/l roztwór NaCl o pH 6,85-7,2 (PBS)

- Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 7 (str. 34 SIWZ) poz. 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

2. Mikrokarty żelowe dla noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia- do oznaczania grupy krwi w układzie ABO RhD i BTA (I KLON)
3. Mikrokarty żelowe dla noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia- do oznaczania grupy krwi w układzie ABO RhD (II KLON)

- Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 7 (str. 37 SIWZ) pkt 2 odnośnie wymagań dla mikrokart żelowych otrzymuje nowe brzmienie:

2. Mikrokarty do badania grupy krwi w układzie ABO i RhD z badaniem izoaglutynin grupowych zawierają odczynniki monoklonalne trwale naniesione na kolumnienki przez producenta. Odczynnik do wykrywania antygeny D nie wykrywa antygeny D VI lub dodatkowa kolumna wykrywająca kategorię VI antygeny D.

- Załącznik nr 7.2. do SIWZ, Pakiet nr 7 (str. 40 i 41 SIWZ) pkt 1 i 7 warunków granicznych oraz pkt 4 warunków serwisu otrzymują nowe brzmienie:

1. Wirówki fabrycznie nowe, ale nie starsze niż z 2014 r./ lub używane, ale nie starsze niż z 2015 r./ lub obecnie używane przez Zamawiającego z 2014 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydierżawia wirówki Zamawiającemu, zwalidowane przez autoryzowany serwis. Należy dołączyć do oferty oświadczenie serwisu.
7. Praca w temperaturze otoczenia w zakresie: +5°C - +40°C. Każda wirówka, której praca mieści się w tym zakresie temperatury będzie akceptowana przez Zamawiającego.
4. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin oraz serwisu i naprawy do 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Załącznik nr 7.3. do SIWZ, Pakiet nr 7 (str. 42 i 43 SIWZ) pkt 1 i 6 warunków granicznych oraz pkt 4 warunków serwisu otrzymują nowe brzmienie:

1. Inkubatory fabrycznie nowe, ale nie starsze niż z 2014 r./ lub używane, ale nie starsze niż z 2015 r./ lub obecnie używane przez Zamawiającego z 2014 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydierżawia inkubatory Zamawiającemu, zwalidowane przez autoryzowany serwis. Należy dołączyć do oferty oświadczenie serwisu.
6. Praca w temperaturze otoczenia w zakresie: +5°C - +35°C. Każdy inkubator, którego praca mieści się w tym zakresie temperatury będzie akceptowany przez Zamawiającego.
4. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin oraz serwisu i naprawy do 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Załącznik nr 12 do SIWZ, Wzór umowy sprzedaży dla Pakietów nr 1-6 (str. 57 SIWZ) do § 2 dodaje się nowy ust. 6, który brzmi:

§ 2 ust. 6. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę zamówienia są:

- a) ze strony Zamawiającego: Barbara Żyła, Małgorzata Czaplińska i Anna Giesek
nr tel: 55 234 56 11.
- b) ze strony Wykonawcy:
nr tel:

- Załącznik nr 13 do SIWZ, Wzór umowy sprzedaży dla Pakietu nr 7 (str. 63 SIWZ) do § 2 dodaje się nowy ust. 8, który brzmi:

§ 2 ust. 8. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę zamówienia są:

- a) ze strony Zamawiającego: Barbara Żyła, Małgorzata Czaplińska i Anna Giesek
nr tel: 55 234 56 11.
- b) ze strony Wykonawcy:
nr tel:

- Załącznik nr 14 do SIWZ, Wzór umowy dzierżawy dla Pakietu nr 7 (str. 67 SIWZ) § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 1 ust. 4. Wyzierżawiający gwarantuje, że wirówki i inkubatory, o których mowa w punkcie 1 są fabrycznie nowe, ale nie starsze niż z 2014 r./ lub używane, ale nie starsze niż z 2015 r./ lub obecnie używane przez Zamawiającego z 2014 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wdzierżawia wirówki Zamawiającemu, kompletne, sprawne i gotowe do pracy.

Ponadto Zamawiający informuje, że do wymaganego terminu, tj. 01.08.2016 r. nie wpłynęły żadne zapytania od Wykonawców w wymaganej formie pisemnej.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 02.08.2016 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 02.08.2016 r. pozostają bez zmian.