

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej – dostawa drobnych narzędzi chirurgicznych

1. Pakiet A poz. 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia długości instrumentu laparoskopowego ssąco-płuczącego?

TAK, musi być kompatybilny z pozostałymi narzędziami.

2. Pakiet A poz. 4: Czy Zamawiający dopuści nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne -wielorazowego użytku, gładkie, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady śr. 5mm , dł. 330 mm?

Gładkie bransze pozostają dłużej ostre.

TAK.

3. Pakiet A poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków chwytających ostrych, monopolarnych, obrotowych, rozbieralnych, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, zęby 2x3, dł. 330 mm?

TAK.

4. Pakiet A poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie redukcji 13/11-5,5 mm?

TAK.

5. Pakiet A poz. 20: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uszczelek pakowanych po 10 szt.?

TAK. Ilości równoważne.

6. Pkt. I.B.1: Czy Zamawiający dopuści narzędzia w zakresie pakietu A i B, dla których okres gwarancji wynosi 24 miesiące?

NIE. Podtrzymujemy okres gwarancji 36 miesięcy.

7. Pkt. I.B.2, 5, 8: Czy z racji specyfiki zamawianego asortymentu, Zamawiający zrezygnuje z wymogów zawartych w Pkt. I.B.2, 5, 8?

Opisane wymogi znajdują zastosowanie w przypadku aparatury medycznej, natomiast w przypadku narzędzi i akcesoriów trudno mówić np. o przeglądach czy zapewnieniu sprzętu zastępczego.

TAK.

8. Pkt. I.B.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin skutecznego usunięcia uszkodzenia liczony był w dniach roboczych?

TAK.

9. Pkt. I.B.5: Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopuszczenie na zmianę zapisu na: „W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych”?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia bądź podzespołu wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353¹ KC).

TAK. Dopuszczamy proponowaną zmianę zapisu.

10. Pkt. I.B.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wynosił 8 lat?

TAK.