

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania o złożenie ostatecznej oferty cenowej w związku z planowanym udzieleniem zamówienia –w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- na sprzedaż i dostawę **taśm do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu i siatek do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego w 8 pakietach** o numerze rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro ZP-100/2016

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 27.09.2016 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1 Pakiet- nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system całkowicie jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna posiada 6 mm otwory w części centralnej. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um?

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania przetargowego.

2. Pakiet- nr 7

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia.

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o parametrach:

- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 90 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Implant o anatomicznym kształcie, posiada 5 otworów 6 mm, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzastłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jezdnorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania przetargowego.

3. Pakiet- nr 8

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia.

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o parametrach:

- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 90 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Implant o anatomicznym kształcie, posiada 5 otworów 6 mm, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzastłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jezdnorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania przetargowego.

4. Pakiet- nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest z niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania przetargowego.