

Oznaczenie postępowania 53/2013

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.09.2013 r. pod numerem 2013/S 170-294552 na dostawę sprzętu medycznego w 9 pakietach.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia treść SIWZ w dniu 07.10.2013 r.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2013 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt. 4 ppkt 1c) i d) SIWZ (str. 4 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wymagany termin dostawy:
 - c) Pakiet nr 3: Aparaty do znieczulania (2 szt.) - do 01.03.2014 r.;
 - d) Pakiet nr 4: Stół operacyjny (1 szt.) - do 8 tygodni od dnia podpisania umowy;

- pkt. 11. ppkt 6. SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę sprzętu medycznego w 9 pakietach - 53/2013” – nie otwierać przed dniem 30.10.2013r. godz. 10³⁰.

- pkt. 12. ppkt 1. SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 30.10.2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

- pkt. 12. ppkt 2. SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 30.10.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 2D do SIWZ – Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - Pakiet nr 2 (str. 28-30 SIWZ) pkt 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17 otrzymują nowe brzmienie:

2. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, mierzący jednocześnie i z jednej próbki takie parametry jak: pH, pCO₂, pO₂, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO₂, Bilirubina, Hct / dopuszcza się automatyczne oznaczanie hematokrytu ze zmierzonej hemoglobiny.
3. Zakres pomiarowy wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l / dopuszcza się od 0,2 mmol/l.

4. Zestawy odczynników na co najmniej 700 oznaczeń, w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 30 dni, zawierającym pojemnik na ścieki. Czujniki pomiarowe wymieniane oddzielnie od kasety odczynnikowej i kasety z materiałem kontrolnym lub kasety odczynnikowej, w której zawarte są wszystkie płyny wraz z materiałem kontrolnym. Dopuszcza się także analizator, w którym wszystkie elementy wymienne, tj. odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, kalibracyjne, myjące, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki znajdujący się w jednej kasecie wystarczający na 600 oznaczeń o stabilności na pokładzie 21 dni.
5. Możliwość ponownego użycia zestawu odczynników po wyjęciu go z analizatora i przełożeniu do innego analizatora tego samego typu. Dopuszcza się także zestaw odczynnikowy, który po włożeniu do analizatora należy całkowicie wykorzystać i nie ma możliwości ponownego użycia w innym analizatorze tego typu.
7. Ważność odczynników minimum 6 miesięcy (dopuszcza się minimum 4 miesiące) przed instalacją w analizatorze.
8. Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości umożliwiający zaprogramowanie częstotliwości oznaczeń. Kontrola jakości wykonywana codziennie na 1 z 3 poziomów naprzemiennie. Dopuszcza się aparat, w którym znajduje się w pełni automatyczny system kontroli jakości, natomiast kontrola jakości wykonywana jest codziennie na 3 poziomach. Prezentacja wyników w postaci wykresów levey-jenningsa. Dopuszcza się także analizator wyposażony we wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości spełniający najwyższe międzynarodowe standardy, gdzie kontrola jakości przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym, w sposób całkowicie automatyczny do 30 sek., 30 min., 4 h, 12 h, 24 h oraz po każdym badaniu i gdzie nie ma możliwości zaprogramowania częstotliwości oznaczeń gdyż nie ma takiej potrzeby.
10. Analizator w pełni automatyczny, nie wymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej. Dopuszcza się analizator w pełni automatyczny, który okresowo wymaga drobnych procedur konserwacyjnych oraz wymiany sondy aspiracyjnej.
11. Objętość próbki krwi potrzebna do oznaczania kompletu parametrów BGE+ISE+Hct+GLU+LAC+COOX maksymalnie do 150 µl.
17. Analizator posiadający graficzny wykres trendów u pacjenta oraz mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. Dopuszcza się także analizator nieposiadający opcji graficznego wykresu trendów u pacjenta oraz mapy kwasowo-zasadowej, a który ma możliwość dokonywania zestawień wszystkich wyników danego pacjenta.

- Załącznik nr 5B do SIWZ – Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - Pakiet nr 5 (str. 49 SIWZ) pkt 41 i 46 otrzymuje nowe brzmienie:

41. Kody błędów z opisem tekstowym w języku polskim i możliwość ich zapamiętania. Dopuszcza się kody błędów z opisem tekstowym w języku polskim, które wyświetlają się automatycznie, bez konieczności ich zapamiętania.
46. Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 + 10 [W] dostępna dla różnych rodzajów cięcia monopolarnego. Dopuszcza się 360 W.

- Załącznik nr 6B do SIWZ – Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - Pakiet nr 6 (str. 53-55 SIWZ) pkt 7, 8, 17, 18, 24 otrzymują nowe brzmienie:

7. Koagulacja monopolarna tryb natryskowy - moc: max. ≥ 80 W, dopuszczalna max. ≥ 120 W.
8. Minimum trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji nastawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia monopolarnego i koagulacji monopolarnej, lub z jednym wyświetlaczem dotykowym LCD, podzielonym na min. trzy panele odpowiadające gniazdom podłączeniowym aparatu. Dopuszcza się nowocześniejszy wyświetlacz dotykowy – pojemnościowy, wysokiej rozdzielczości, podzielony na 4 panele odpowiadające gniazdom podłączeniowym (w miejsce wyświetlacza LCD).

17. Włącznik nożny monopolarny (jedno lub dwuprzyciskowy) do cięcia i koagulacji, - 1 szt., długość przewodu: 4 m do 5 m
18. Włącznik bipolarny, - 1 szt., długość przewodu: 4 m do 5 m
24. Przepływ gazu: regulowany w zakresie co najmniej od 0,5 do 10 litrów/minutę
Dopuszcza się standardowy przepływ gazu: 0,5-12 standardowych litrów/ minutę $\pm$ 15% przepływu pokazane na wyświetlaczu przepływu.

- Załącznik nr 7B do SIWZ – Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - Pakiet nr 7 (str. 59 SIWZ) pkt 7, 17, 18 otrzymują nowe brzmienie:

7. Minimum trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji ustawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia monopolarnego i koagulacji monopolarnej, lub z jednym wyświetlaczem dotykowym LCD, podzielonym na min. trzy panele odpowiadające gniazdom podłączeniowym aparatu. Dopuszcza się nowocześniejszy wyświetlacz dotykowy-pojemnościowy, wysokiej rozdzielczości, podzielony na 4 panele odpowiadające gniazdom podłączeniowym (w miejsce wyświetlacza LCD).
17. Włącznik nożny monopolarny (jedno lub dwuprzyciskowy) do cięcia i koagulacji, 1 szt., długość przewodu 4 m do 5 m
18. Włącznik bipolarny - 1 szt., długość przewodu 4 m do 5 m

- Załącznik nr 9B do SIWZ – Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - Pakiet nr 7 (str. 66, 67 SIWZ) pkt 2, 7 i 20 otrzymują nowe brzmienie:

2. Manualne ograniczenie mocy maksymalnej z możliwością regulacji co 1W w pełnym zakresie pracy dla cięcia, koagulacji mono - i bipolarnej. Dopuszcza się urządzenie posiadające płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresie powyżej 20W, w trybach, w których możliwa jest regulacja mocy.
7. Gniazdo monopolarne uniwersalne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczką 3-bolcową i 1-bolcowych o średnicach 4 i 5mm (dopuszcza się 4 i 8mm). Dopuszcza się gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono, jak i bipolarnych, pod warunkiem zachowania zgodności z wymienionymi rodzajami wtyków.
20. Elektroda bierna, wielorazowa , o powierzchni aktywnej 500 cm², z kablem dł. min. 4m, - 1 kpl. Dopuszcza się elektrodę bierną wielorazową, o powierzchni aktywnej ok. 375cm² (wymiar 25cm x 15cm), z kablem dł. min. 4 m, pod warunkiem, że będzie spełniała pozostałe parametry, dla których producent gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa dla pacjenta podczas użytkowania w warunkach wymagających długotrwałego użycia diatermii.

- Załącznik nr 10 do SIWZ – Formularz ofertowy (str. 73 SIWZ) pkt 3 c) i d) otrzymuje nowe brzmienie:

3. Termin realizacji dostawy:
 - c) Pakiet nr 3: (do 01.03.2014 r.);
 - d) Pakiet nr 4: tygodni (do 8 tygodni) od dnia podpisania umowy;

- Załącznik nr 15 do SIWZ – Umowa sprzedaży (str. 81 SIWZ) §2 ust. 2 tiret b) i c) otrzymują nowe brzmienie:

2. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do eksploatacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie:
 - b) Pakiet nr 3: Aparaty do znieczulania (2 szt.) (do 01.03.2014 r.) od dnia podpisania umowy;
 - c) Pakiet nr 4: Stół operacyjny (1 szt.) tygodni (do 8 tygodni) od dnia podpisania umowy.

- Załącznik nr 15 i 16 do SIWZ – Umowa sprzedaży (str. 82, 87 SIWZ) §4 ust. 3 tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:

- strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
- ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT, a co za tym idzie zmieni się wartość brutto umowy.

- Załącznik nr 17 do SIWZ – Umowa dzierżawy (str. 90-91 SIWZ) §4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Cena dzierżawy netto analizatora będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawiona w ofercie przetargowej z dnia2013 r. nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. 36 miesięcy licząc od daty jej obowiązywania poza przypadkami zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian. Do tej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT, a co za tym idzie zmieni się wartość brutto umowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z Załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach. Aktualne zmiany na dzień 07.10.2013 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 07.10.2013 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego