

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG, ul. KRÓLEWIECKA 146

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę:

Pakiet nr 1: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy;

Pakiet nr 2: odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 209.000 euro

tj. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. poz. 2263) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Znak sprawy 42/2016

Elbląg, październik 2016

I. Zamawiający

NIP: 578-25-17-492, REGON: 170 745 930

Adres strony internetowej: www.szpital.elblag.pl;

Adres poczty elektronicznej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną: egajdzis@szpital.elblag.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82–300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Pakiet nr 1: odczynników koagulologicznych (CPV: 33696200-7) wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) (CPV: 33124100-6) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy;

Pakiet nr 2: odczynników (CPV: 33696200-7) wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych (CPV: 33124100-6) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy

oraz przeprowadzenie szkolenia (CPV: 80511000-9) personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

II. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209.000 euro

Podstawa prawna

1. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyłączeniem art. 93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie 36 miesięcy jest:

1.1. Pakiet nr 1:

- a) Dostawa odczynników koagulologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których asortyment oraz ilości zostały określone w Załączniku nr 1A do SIWZ.
- b) Dostawa materiałów kontrolnych, kalibratorów, naczynek pomiarowych, niezbędnych dodatkowych odczynników i materiałów do bieżącej eksploatacji dzierżawionego analizatora niezbędnych do wykonania ilości badań określonych w Załączniku nr 1A do SIWZ - asortyment przedstawia Załącznik nr 1B do SIWZ.

- c) Dzierżawa dwóch analizatorów (podstawowy i zapasowy) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 1D i 1E do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany do dzierżawy analizator podstawowy był fabrycznie nowy, natomiast analizator back-up był nie starszy niż 3 lata lub obecnie używany przez Zamawiającego z 2010 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydierżawia analizator back-up oraz aby analizatory były kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego analizatorów przez okres 36 miesięcy stanowi arkusz cenowy – Załącznik Nr 1C do SIWZ.

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby miesięczny koszt za dzierżawę był nie wyższy niż 200,00 zł netto za dwa analizatory.

- d) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

1.2. Pakiet nr 2:

- a) Dostawa odczynników do immunologii dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których asortyment oraz ilości zostały określone w Załączniku nr 2A do SIWZ.
- b) Dostawa materiałów zużywalnych i elementów niezbędnych do bieżącej pracy i konserwacji dzierżawionego analizatora niezbędnych do wykonania ilości badań określonych w Załączniku nr 2A do SIWZ – asortyment przedstawia Załącznik nr 2B do SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia z aparatem testowego, kompletnego zestawu ELISA zawierającego w składzie mikropłytkę i niezbędne odczynniki (wzorce, kontrole, konjugat, substrat, odczynnik hamujący) oraz inne niezbędne materiały do sprawdzenia prawidłowej instalacji i działania analizatora. Zamawiający wymaga, aby procedura testu kontrolnego była nie dłuższa niż 2 godziny.
- c) Dzierżawa analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, którego wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiono w Załączniku nr 2D do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany do dzierżawy analizator był nie starszy niż 3 lata lub obecnie używany przez Zamawiającego z 2010 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydierżawia analizator i był kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego analizatora przez okres 36 miesięcy stanowi arkusz cenowy – Załącznik Nr 2C do SIWZ.

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby miesięczny koszt za dzierżawę analizatora był nie wyższy niż 50,00 zł netto.

- d) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swój koszt utylizacji zużytych opakowań po odczynnikach, jeżeli podlegają takiemu obowiązkowi.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się jeden pełny pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dowolną liczbę części zamówienia.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
8. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 7 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.
9. Roszczenie Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt 7 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone, łącznie z wykazaniem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia, w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
10. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w pkt 7 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt 7 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.
11. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w pkt 7.
12. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
13. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
14. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 7, 12 i 13 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

16. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
17. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.**
2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie przez Wykonawcę własnym lub wynajętym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko, każdorazowo na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego.
3. W przypadku, gdy określone w/w dostawy przypadną w dzień ustawowo wolny od pracy, dostawy odbywać się będą w dzień bezpośrednio go poprzedzający.
4. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, termin płatności nie krótszy niż **30 dni kalendarzowych** od daty dostarczenia towaru i faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiającemu do dzierżawy analizatory (w zakresie Pakietu nr 1 i 2) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie później niż w ciągu **2 tygodni** licząc od dnia podpisania umowy co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
6. Dzierżawa analizatorów odbędzie się na zasadach uregulowanych umową dzierżawy, której wzór stanowi odpowiednio: w zakresie Pakietu Nr 1 – Załącznik Nr 7 do SIWZ, w zakresie Pakietu Nr 2 – Załącznik Nr 9 do SIWZ.
7. Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie max. 2 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia dzierżawionych analizatorów.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

- b) **Sytuacji ekonomicznej i finansowej** - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaze, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę:

Nr Pakietu	Minimalna wymagana wartość środków własnych/ zdolności kredytowej
Pakiet nr 1	283.724,35 zł
Pakiet nr 2	246.780,04 zł

- c) **Zdolności technicznej i zawodowej** - Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

- 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 3.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru **Załącznika nr 5 do SIWZ**.
- 3.2) Zamawiający ocenia, czy udostępniona wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.
- 3.3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 3.4) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt. 3.1), nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- 3.4.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 3.4.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. V. 2b).
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

6.1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
- b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- c) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy PZP z:
 - a. zamawiającym,
 - b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 - c. członkami komisji przetargowej,
 - d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, należy złożyć:
 - a. Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:
 - a. Wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
3. **Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**
 - a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP;
 - b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - e. oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – według wzoru **Załącznika nr 4 do SIWZ**, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej.
4. **Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**
 - a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. V pkt.2 lit.b).

- 5. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**
- a) Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – dotyczy odczynników oraz analizatorów.
 - b) Aktualne karty charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników kwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozp. Min. Zdr. z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem – Dz.U. 03.199.1948 r.) lub stosowne oświadczenie, iż oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dla których producenci nie wystawiają kart charakterystyki - dotyczy wszystkich Pakietów.
 - c) Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia, polskojęzyczne ulotki, katalogi, foldery lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane analizatory spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Załącznikach nr 1D, 1E i 1F/ 2D do SIWZ, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
- 6.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
- 7.** Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dotyczące podwykonawców.
- 8.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 9.** Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 10.** Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 11.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w **pkt. VI 3**:
- 1) lit. d – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
 - 2) lit. a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 1) i ppkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 12 ppkt. 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 13 stosuje się.
15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji **Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.**

VII. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Pakiet nr 1) – Załącznik Nr 1A do SIWZ.
2. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Pakiet nr 1) – Załącznik Nr 1B do SIWZ.

3. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Pakiet nr 1 – koszt dzierżawy analizatorów) - Załącznik nr 1C do SIWZ.
4. Wypełniony arkusz (Parametry wymagane dla analizatora podstawowego, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń - Pakiet nr 1) – Załącznik nr 1D do SIWZ.
5. Wypełniony arkusz (Parametry podlegające ocenie Pakiet nr 1) – Załącznik nr 1E do SIWZ.
6. Wypełniony arkusz (Parametry wymagane dla analizatora back-up, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń - Pakiet nr 1) – Załącznik nr 1F do SIWZ.
7. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Pakiet nr 2) – Załącznik Nr 2A do SIWZ.
8. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Pakiet nr 2) – Załącznik Nr 2B do SIWZ.
9. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Pakiet nr 2 – koszt dzierżawy analizatora) - Załącznik nr 2C do SIWZ.
10. Wypełniony arkusz (Parametry wymagane dla analizatora, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń - Pakiet nr 2) – Załącznik nr 2D do SIWZ.
11. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
12. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
14. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży i umowy dzierżawy stanowiących Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (Pakiet nr 1)/ 8 i 9 do SIWZ (Pakiet nr 2) zgodnie z treścią oferty.
15. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy/ nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy).
16. Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
17. Dowód wniesienia wadium.
18. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

VIII. Oferta wspólna

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

IX. Informacje dotyczące jawności postępowania

1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.
 - 4.1. brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy)
 - 4.2. kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 - 4.3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 - a) działanie w kierunku ochrony fizycznej,
 - b) działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert.

Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po terminie składania ofert nie będzie skuteczne.
5. Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu dowody/ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. IX. ppkt. 4 SIWZ.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: egajdzis@szpital.elblag.pl**. Zamawiający wymaga, aby powyższe przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej były podpisane przez osobę uprawnioną lub umocowaną przez Wykonawcę. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **26.10.2016 r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **10.610,08 zł** (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 08/100).
2. Oferta obejmująca część przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości tj:

Nr Pakietu	Kwota wadium
Pakiet Nr 1	5.674,48 zł
Pakiet Nr 2	4.935,60 zł

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a/ pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu – PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727
 - b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c/ gwarancjach bankowych,
 - d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: **„Wadium – przetarg na dostawę odczynników z dzierżawą analizatorów w 2 pakietach, nr sprawy 42/2016”**.
W pozostałych przypadkach (pkt. 4 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zwrot wadium
 - 8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 - 8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 - 8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- 8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Pani Emilia Gajdzis – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, tel. 55 234 55 47.

XIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu **Załącznik nr 3 do SIWZ**) wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez Wykonawcę **Załącznikami nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do SIWZ/ 2A, 2B, 2C, 2D do SIWZ** – odpowiednio do zakresu złożonej oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - postępowanie nr 42/2016 – nie otwierać przed dniem 14.11.2016 r. godz. 10³⁰.”
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.

10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10.5 i 10.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **14.11.2016 r. do godz. 10.00** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **14.11.2016 r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 068 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionych Arkuszy asortymentowo-cenowych – **Załącznik nr 1A, 1B, 1C do SIWZ/ Załącznik nr 2A, 2B, 2C do SIWZ** – odpowiednio do zakresu złożonej oferty. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w arkuszach asortymentowo-cenowych w wersji 2 zaczynającym się od litery A. Następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a. oczywiste pomyłki pisarskie
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
4. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja pokreślona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla Pakietu nr 1:

- cena - 60%
- termin dostawy - 30%
- jakość - 10%
- Łącznie - 100%

Każda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

1.1. Kryterium nr 1 - Cena

Uwaga!!! W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena brutto (lub cena netto po doliczonym podatku, o którym mowa powyżej) podana w formularzu ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P – Wartość punktowa ceny brutto danej oferty w Pakiecie nr 1

C_n – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w Pakiecie nr 1

C_b – Cena brutto oferty badanej w Pakiecie nr 1

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0 do 100 punktów

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60%.

1.2. Kryterium nr 2 – termin dostawy

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez Wykonawcę w pkt IV Załącznika nr 3 do SIWZ (Formularz ofertowy).

Parametry oceniane oraz punktacja:

Lp.	Parametry oceniane	Wartość punktowa parametru
1.	Termin dostawy	4 dni robocze – 20 pkt 5-6 dni roboczych - 10 pkt 7 dni roboczych – 0 pkt

Stosowana punktacja w powyższym kryterium 0 –100 pkt

Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów za termin dostawy (zgodnie z pkt IV Załącznika Nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy), otrzyma 20 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do niżej przedstawionego wzoru:

$$P = \frac{P_b \times 100}{P_{max}}$$

P - wartość punktowa oferty w Pakiecie nr 1

P_b- przyznana ilość punktów badanej oferty w Pakiecie nr 1

P_{max}- maksymalna ilość punktów do zdobycia w Pakiecie nr 1

Wartość punktowa zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 30%.

1.3. Kryterium nr 3 – jakość

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 –100 pkt

Wykonawca, którego oferta w zakresie Pakietu nr 1 uzyska maksymalną sumę ocen częściowych w punktach za jakość (według Załącznika nr 1E do SIWZ) otrzyma 100 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do niżej przedstawionego wzoru:

$$P = \frac{P_b \times 100}{P_{max}}$$

P - wartość punktowa za jakość dla Pakietu nr 1

P_b - suma ocen częściowych (w punktach) za jakość dla badanej oferty w Pakiecie nr 1

P_{max} - maksymalna suma ocen częściowych (w punktach) za jakość w Pakiecie nr 1 wg Załącznika nr 1E do SIWZ. Wartość punktowa za jakość dla Pakietu nr 1 zostanie przyznana przez wszystkich członków Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 10%.

Oferta, która łącznie wg kryteriów podanych w pkt. XVII ppkt. 1 po zsumowaniu uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą w Pakiecie nr 1.

2. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla Pakietu nr 2:

- cena - 60%
- termin dostawy - 40%
- Łącznie - 100%

Każda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

2.1. Kryterium nr 1 - Cena

Uwaga!!! W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena brutto (lub cena netto po doliczonym podatku, o którym mowa powyżej) podana w formularzu ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P – Wartość punktowa ceny brutto danej oferty w Pakiecie nr 2

C_n – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w Pakiecie nr 2

C_b – Cena brutto oferty badanej w Pakiecie nr 2

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0 do 100 pkt

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60%.

2.2. Kryterium nr 2 – termin dostawy

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez Wykonawcę w pkt IV Załącznika nr 3 do SIWZ (Formularz ofertowy).

Parametry oceniane oraz punktacja:

Lp.	Parametry oceniane	Wartość punktowa parametru
1.	Termin dostawy	4 dni robocze – 20 pkt 5-6 dni roboczych - 10 pkt 7 dni roboczych – 0 pkt

Stosowana punktacja w powyższym kryterium 0 –100 pkt

Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów za termin dostawy (zgodnie z pkt IV Załącznika Nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy), otrzyma 20 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do niżej przedstawionego wzoru:

$$P = \frac{P_b \times 100}{P_{max}}$$

P - wartość punktowa oferty w Pakiecie nr 2

P_b- przyznana ilość punktów badanej oferty w Pakiecie nr 2

P_{max}- maksymalna ilość punktów do zdobycia w Pakiecie nr 2

Wartość punktowa zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 40%.

Oferta, która łącznie wg kryteriów podanych w pkt. XVII ppkt. 2 po zsumowaniu uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą w Pakiecie nr 2.

3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie:
- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,
 - odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - spełniała warunki udziału w postępowaniu,
 - miała w ogólnym bilansie największą liczbę punktów wg kryteriów podanych powyżej w danym pakiecie.

XVIII. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
 - 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - 1.4. Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 1.5 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp. po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. XVIII pkt. 1 ppkt 1.1. oraz 1.4., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie:
 - 3.1. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:
 - 4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.). przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Termin wniesienia odwołania:
 - 7.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się:
 - 8.1. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 7 oraz ppkt.8 wnosi się:
 - 9.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

13. Skarga do sądu

- 13.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 13.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 13.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 13.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargo. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzory umów stanowią:

- Umowa sprzedaży nr 42/I/2016 (dla Pakietu nr 1) - **Załącznik nr 6** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Umowa dzierżawy nr 42/I/D/2016 (dla Pakietu nr 1) - **Załącznik nr 7** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Umowa sprzedaży nr 42/II/2016 (dla Pakietu nr 2) - **Załącznik nr 8** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Umowa dzierżawy nr 42/II/D/2016 (dla Pakietu nr 2) - **Załącznik nr 9** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XXI. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załącznik Nr 1A do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Pakiet nr 1).
2. Załącznik Nr 1B do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Pakiet nr 1).
3. Załącznik nr 1C do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Pakiet nr 1 – koszt dzierżawy analizatorów).
4. Załącznik nr 1D do SIWZ - Arkusz (Parametry wymagane dla analizatora podstawowego, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń - Pakiet nr 1).
5. Załącznik nr 1E do SIWZ - Arkusz (Parametry podlegające ocenie Pakiet nr 1).
6. Załącznik nr 1F do SIWZ - Arkusz (Parametry wymagane dla analizatora back-up, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń - Pakiet nr 1).
7. Załącznik Nr 2A do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (Pakiet nr 2).
8. Załącznik Nr 2B do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (Pakiet nr 2).
9. Załącznik nr 2C do SIWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Pakiet nr 2 – koszt dzierżawy analizatora).

10. Załącznik nr 2D do SIWZ - Arkusz (Parametry wymagane dla analizatora, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń - Pakiet nr 2).
11. Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy.
12. Załącznik Nr 4 – Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
13. Załącznik Nr 5 - Wykaz podmiotów.
14. Załącznik Nr 6 – Umowa sprzedaży nr 42/I/2016 (wzór dla Pakietu nr 1).
15. Załącznik Nr 7 – Umowa dzierżawy nr 42/I/D/2016 (wzór dla Pakietu nr 1).
16. Załącznik Nr 8 – Umowa sprzedaży nr 42/II/2016 (wzór dla Pakietu nr 2).
17. Załącznik Nr 9 – Umowa dzierżawy nr 42/II/D/2016 (wzór dla Pakietu nr 2).
18. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

1. Mirosława Grzeszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Jolanta Naguszewska - Członek Komisji
3. Katarzyna Warkocz - Członek Komisji
4. Emilia Gajdzis – Sekretarz Komisji

Zatwierdził

.....
data i podpis Zamawiającego

Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (odczynniki koagulologiczne)

L.p.	Odczynnik – parametry wymagane	Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa	Liczba badań na 36 m-cy	Wielkość opakowania	Niezbędna liczba opakowań do wykonania ilości badań określonej w kolumnie D*	Cena jednego opakowania netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	APTT (czas koalinowo-kefalinowy) odczynnik podstawowy i odczynnik chlorek wapnia a) odczynnik ciekły - gotowy do użytku, zawierający krzemionkę jako aktywator, fosolipidy lub kefalina jako substytut płytek, odczynnik bardzo czuły na obecność heparyny w osoczu, b) trwałość odczynnika po otwarciu lub rozpuszczeniu co najmniej 4 dni na pokładzie aparatu, c) maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 10 ml.		85000						
2.	PT (czas protrombinowy) a) tromboplastyna rekombinowana, ludzka przejrzysta, o ISI do 1,1 b) trwałość odczynnika po otwarciu lub rozpuszczeniu co najmniej 5 dni na pokładzie aparatu, c) maksymalna wielkość opakowania 10 ml.		75000						

3.	D-dimery a) odczynnik ciekły do oznaczeń ilościowych w oparciu o przeciwciała monoklonalne, b) odczynnik roboczy trwały co najmniej 5 dni na pokładzie aparatu, c) maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 6 ml, d) ze wskazaniem do wykluczania choroby zakrzepowo-zatorowej potwierdzone certyfikatem, e) odporny na interferencje RF co najmniej do poziomu 400 IU/ml.		30000						
4.	Fibrynogen a) odczynnik do oznaczania fibrynogenu metodą Claussa, b) odczynnik roboczy trwały co najmniej 5 dni na pokładzie aparatu, c) maksymalna wielkość opakowania jednostkowego 2 ml.		9000						
	Wartość razem netto								
	Wartość razem podatku VAT								
	Wartość razem brutto								

Gwarantujemy, że zaoferowana ilość odczynników wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym w kolumnie F jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań w kolumnie D. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodne z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 Nr 107, poz. 679 z dn. 16.06.2010).
2. Przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne karty charakterystyki (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników zakwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U. 03.199.1948) lub stosowne oświadczenie, iż oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dla których producenci nie wystawiają kart charakterystyki.

SIWZ 42/2016 WSzZ Elbląg – dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

3. Wszystkie odczynniki muszą posiadać kody kreskowe zawierające informacje o odczynnikach.
4. * Wymóg zachowania maksymalnych opakowań, zaokrąglanie w górę.

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Materiały kontrolne, kalibratory, naczynka pomiarowe, niezbędne dodatkowe odczynniki i materiały do bieżącej eksploatacji niezbędne do wykonania ilości badań określonej w arkuszu asortymentowo-cenowym nr 1 w kolumnie D (Załącznik nr 1A do SIWZ)

L.p.	Asortyment	Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa	Niezbędna ilość sztuk do wykonania ilości badań określonej w Załączniku nr 1A w kolumnie D	Cena 1 szt. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G=FxVAT	H=F+G
1.	Materiał kontrolny do kontroli wewnętrznej (do wszystkich parametrów wymienionych w pakiecie) jeden poziom jeden raz dziennie						
2.	Kalibratory						
3.	Naczynka reakcyjne						
4.	Naczynka na osocze						
5.	Płyny płuczające						
6.	Płyny odbiańczające						
7.	Płyny rozcieńczające						
8.	Inne płyny						
9.	Inne materiały zużywalne						
10.	Toner do drukarki		5				
11.	Inne*: - - -						

	Wartość razem netto			
	Wartość razem podatku VAT			
	Wartość razem brutto			

Gwarantujemy, że zaoferowana ilość materiałów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym w kolumnie D jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań określonych w Załączniku nr 1A do SIWZ w kolumnie D. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

* Jeżeli wymagane są inne elementy należy je wymienić i wycenić w pozycji nr 11. Wszystkie materiały i części zużywalne nie wymienione przez Wykonawcę w poz. nr 11 wchodzi w koszt dzierżawy i przeglądów serwisowych.

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (Koszty dzierżawy analizatorów)

Koszty dzierżawy winny obejmować:

1. koszty dzierżawy i serwisowania analizatora podstawowego

2. koszty dzierżawy i serwisowania analizatora back-up

L.p.	Nazwa	Ilość miesiące	Cena netto za 1 miesiąc	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E=CxD	F	G=E x VAT	H=E+G
1.	Dzierżawa analizatorów: <u>Typ/ model analizatora podstawowego:</u> Producent: <u>Typ/ model analizatora back-up:</u> Producent:	36					

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Nazwa-typ analizatora:

Wykonawca/ Producent:

Rok produkcji:

WARUNKI GRANICZNE

Lp.	Parametr Wymagany (Wymagane funkcje)	Potwierdzenie spełniania	Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Aparat fabrycznie nowy.	TAK	
2.	Aparat z podajnikiem próbek badanych.	TAK	
3.	Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek.	TAK	
4.	Stała gotowość do pracy, Random Acces, możliwość pracy w trybie cito w każdej pozycji próbkowej w razie potrzeby.	TAK	
5.	Oznaczenia wykorzystują metody: krzepnięciowe (nefelometria lub turbidymetria), chromogennowe oraz immunologiczne.	TAK	
6.	Wymagany panel oznaczeń: - PT - APTT - Fibrynogen met. Claussa - Białka C i wolne S - D-dimery - ATIII - homocysteina.	TAK	
7.	Odczynnik do D-dimerów z dedykacją do wykluczenia zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich potwierdzoną odpowiednim certyfikatem FDA. Brak interferencji ze strony odczynnika reumatoidalnego do 400 IU/ml.	TAK	
8.	Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji).	TAK	
9.	Czujniki poziomu cieczy dla prób badanych i odczynników.	TAK	
10.	Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie aparatu.	TAK	
11.	Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu oraz możliwość załadowania co najmniej 15 odczynników na pokładzie aparatu.	TAK	

12.	Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez przerywania pracy analizatora.	TAK	
13.	Wstawianie prób badanych odczynników, dokładanie kuwet pomiarowych bez zatrzymywania pracy analizatora. Proces nie wymagający stopowania pracy aparatu.	TAK	
14.	Podajnik prób zarówno dla prób pierwotnych bezpośrednio po odwirowaniu, jak i w naczynkach typu „cup”.	TAK	
15.	Dwie oddzielne igły pipetujące dedykowane do odczynników i materiału badanego.	TAK	
16.	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczynników i prób badanych, umożliwiający identyfikację prób badanych i odczynników bez manualnej, zewnętrznej ingerencji operatora.	TAK	
17.	Wydajność nie mniej niż 100 oznaczeń na godzinę uwzględniając najkrótszą analizę.	TAK	
18.	Brak konieczności wymiany źródła światła przez okres minimum 1 roku.	TAK	
19.	Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS-u dodatkowo.	TAK	
20.	Podłączenie do istniejącej sieci laboratoryjnej. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/eksportu danych w cenie oferty. Dwukierunkowa komunikacja.	TAK	
21.	Oprogramowanie analizatora - możliwość archiwizacji bazy danych pacjentów, danych kalibracyjnych, system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa, automatyczna rejestracja wszystkich wykonywanych czynności konserwacyjnych. Komputer zewnętrzny z drukarką, wspólny dla obu aparatów, podłączony do systemu laboratoryjnego ze stanowiskiem laboratoryjnym.	TAK	
22.	Po podłączeniu i zainstalowaniu aparatu i pozostałych urządzeń Wykonawca zabiera wszystkie opakowania po urządzeniach (brak miejsca na ich przechowywanie u Zamawiającego).	TAK	
23.	Jednorodny system analityczny - oryginalne odczynniki producenta aparatu. Oba oferowane aparaty muszą pracować na tych samych odczynnikach.	TAK	

WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
(parametry bezwzględnie wymagane)

L.p.	Serwis / Szkolenia	Wartość graniczna/ wymagana	Warunki oferowane przez Wykonawcę
	Serwis:		
1.	Pełna obsługa serwisowa na oferowany przedmiot dzierżawy obejmująca utrzymanie w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa stanowi koszty Wykonawcy i obejmuje koszty: 1. wszystkich napraw wraz z częściami zamiennymi, 2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych, 3. dojazdu pracowników serwisu. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej.	W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy	
2.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy.	TAK	
3.	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii - 24 godziny od zgłoszenia.	TAK	
	Szkolenia:		
1.	Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Parametry podlegające ocenie dla analizatora podstawowego

Lp.	Parametry oceniane	Skala ocen	Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
1.	Przebijak korków próbek pierwotnych.	TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt	
2.	Oprogramowanie aparatów w języku polskim.	TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt	
3.	Odczynnik do D-dimerów ciekły o liniowości minimum 7000 ng/mlFEU w pierwszym badaniu w nierozcieńczonej próbce.	TAK – 35 pkt NIE – 0 pkt	
4.	Ocena fazy przedanalizacyjnej próbki: ocena obecności mikroskrzepów, ocena hemolizy, ocena interferencji bilirubiny, lipemii.	TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Analizator back-up
Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Nazwa-typ analizatora:

Wykonawca / Producent:

Rok produkcji:

WARUNKI GRANICZNE

Lp.	Parametr Wymagany (Wymagane funkcje)	Potwierdzenie spełniania	Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Aparat nie starszy niż 3 lata lub aparat obecnie używany przez Zamawiającego z 2010 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydierżawia analizator back-up.	TAK	
2.	Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek.	TAK	
3.	Stała gotowość do pracy, możliwość pracy w trybie cito.	TAK	
4.	Oznaczenia wykorzystują metody: krzepnięciowe (nefelometria lub turbidymetria), chromogenne oraz immunologiczne.	TAK	
5.	Wymagany panel oznaczeń: - PT - APTT - Fibrynogen met. Claussa.	TAK	
6.	Wymagane odczynniki do analiz: PT, APTT i Fibrynogen identyczne dla obu aparatów.		
7.	Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych (brak możliwości kontaminacji).	TAK	
8.	Czujniki poziomu cieczy dla prób badanych i odczynników.	TAK	
9.	Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie aparatu.	TAK	
10.	Chłodzenia odczynników na pokładzie aparatu oraz możliwość załadowania co najmniej 15 odczynników na pokładzie aparatu.	TAK	
11.	Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez przerywania pracy analizatora.	TAK	
12.	Podajnik prób zarówno dla prób pierwotnych bezpośrednio po odwirowaniu, jak i w naczynkach typu „cup”.	TAK	

13.	Wydajność nie mniej niż 100 oznaczeń na godzinę uwzględniając najkrótszą analizę.	TAK	
14.	Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS-u dodatkowo.	TAK	
15.	Podłączenie do istniejącej sieci laboratoryjnej. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego sytemu informatycznego (InfoMedica) wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/eksportu danych w cenie oferty. Dwukierunkowa komunikacja.	TAK	
16.	Oprogramowanie analizatora - możliwość archiwizacji bazy danych pacjentów, danych kalibracyjnych, system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa, automatyczna rejestracja wszystkich wykonywanych czynności konserwacyjnych. Komputer zewnętrzny z drukarką, wspólny dla obu aparatów, podłączony do systemu laboratoryjnego ze stanowiskiem laboratoryjnym.	TAK	
17.	Po podłączeniu i zainstalowaniu aparatu i pozostałych urządzeń Wykonawca zabiera wszystkie opakowania po urządzeniach (brak miejsca na ich przechowywanie u Zamawiającego).	TAK	
18.	Jednorodny system analityczny z aparatem głównym - oryginalne odczynniki producenta aparatu. Oba oferowane aparaty muszą pracować na tych samych odczynnikach.	TAK	

WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
(parametry bezwzględnie wymagane)

L.p.	Serwis / Szkolenia	Wartość graniczna/ wymagana	Warunki oferowane przez Wykonawcę
	Serwis:		
1.	Pełna obsługa serwisowa na oferowany przedmiot dzierżawy obejmująca utrzymanie w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa stanowi koszty Wykonawcy i obejmuje koszty: 1. wszystkich napraw wraz z częściami zamiennymi, 2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych, 3. dojazdu pracowników serwisu. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej.	W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy	
2.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy.	TAK	
3.	Reakcja serwisu na zgłoszenie - 24 godziny od zgłoszenia.	TAK	
	Szkolenia:		
1.	Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze, oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (odczynniki do immunologii)

L.p.	Odczynnik – parametry wymagane	Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa	Wielkość opakowania fabrycznego	Ilość opakowań przewidywanych na 36 miesięcy	Cena jednego opakowania netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H=GxVAT	I=G+H
1.	Przeciwciała przeciwkardiolipinowe IgA. Bufor do rozcieńczeń z Beta-2 glikoproteiną met. ELISA		96 testów	10				
2.	Przeciwciała przeciwkardiolipinowe IgG. Bufor do rozcieńczeń z Beta-2 glikoproteiną met. ELISA		96 testów	10				
3.	Przeciwciała przeciwkardiolipinowe IgM. Bufor do rozcieńczeń z Beta-2 glikoproteiną met. ELISA		96 testów	10				
4.	Antygen złożony z Borelia burgdorferi, garinii, afzelii przeciwciała IgM w surowicy (test musi zawierać natywny antygen i absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG) met. ELISA		96 testów	45				
5.	Antygen złożony z Borelia burgdorferi, garinii, afzelii przeciwciała IgG w surowicy (test musi zawierać natywny antygen + rekombinowany VisE) met. ELISA		96 testów	45				
6.	Antygen złożony z Borelia burgdorferi, garinii, afzelii przeciwciała IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (test musi zawierać antygen natywny i absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG). Zestaw do oznaczania jednocześnie płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy met. ELISA		96 testów	25				
7.	Antygen złożony z Borelia burgdorferi, garinii, afzelii przeciwciała IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (test musi zawierać antygen natywny + rekombinowany VisE). Zestaw do oznaczania jednocześnie płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy		96 testów	25				

8.	Przeciwciała anty CCP (antygenem jest cykliczne cytrulizowane białko)		96 testów	36				
9.	Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (powinny zawierać wysoko oczyszczone antygeny dsDNA, histony, rybosomalne białkoP, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromer) met. ELISA		96 testów	20				
10.	Przeciwciała przeciw beta-2 glikoproteinie 1 IgM met. ELISA		96 testów	6				
11.	Przeciwciała przeciw beta-2 glikoproteinie 1 IgG met. ELISA		96 testów	6				
12.	Przeciwciała przeciw gliadynie IgA (antygen złożony z deaminowanych nonapeptydów gliadyny) met. ELISA		96 testów	6				
13.	Przeciwciała przeciw gliadynie IgG (antygen złożony z deaminowanych nonapeptydów gliadyny) met. ELISA		96 testów	6				
14.	Przeciwciała przeciw rekombinowanej ludzkiej transglutaminazie tkankowej IgA met. ELISA		96 testów	20				
15.	Przeciwciała przeciw rekombinowanej ludzkiej transglutaminazie tkankowej IgG met. ELISA		96 testów	20				
16.	ANA BLOT (musi zawierać nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, PM-Scl)		16 testów	20				
17.	BLOT do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH) musi zawierać: AMA M2, BPO 3E, LKM-1, LC-1, Sp100, PML, qp210, SLA/LP, Ro-52.		16 testów	6				
18.	BLOT do diagnostyki przeciwciał przeciwko Borrelii IgG (test potwierdzenia Westernblot), musi zawierać antygeny: rekombinowane (VisE Borrelia, burgdorferi, VisE B. garinii, VisE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, natywne OspC, p58, p21, p20, p19, p18).		32 testy	25				

19.	BLOT do diagnostyki przeciwciał przeciwko Borrelii IgM (test potwierdzenia Westernblot), musi zawierać antygeny: VlsE Borrelia, burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borelia spielmanii.		32 testy	25				
20.	Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA Elisa)		96 testów	20				
21.	Saccharomyces cerevisiae IgM (ASCA Elisa)		96 testów	20				
22.	ANCA Profile (6 różnych antygenów: PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna)		12 testów	45				
23.	pANCA: myeloperoxidase (MPO)		96 testów	15				
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodne z Ustawą z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 Nr 107, poz. 679 z dn. 16.06.2010).
2. Przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne karty charakterystyki (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników zakwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U. 03.199.1948). Do odczynników nieposiadających w składzie substancji niebezpiecznych należy dołączyć certyfikat producenta potwierdzający, że oferowane odczynniki są bezpieczne zgodnie z dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC z późn. zm. łącznie z 29 poprawką 2004/73/WE.
3. Wszystkie odczynniki muszą posiadać kody kreskowe zawierające informacje o odczynnikach.

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 2
Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2

Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej eksploatacji

L.p.	Asortyment	Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa	Niezbędna ilość sztuk dostosowana do ilości op. odczynników określonych w Załączniku nr 2A w kolumnie E	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G=FxVAT	H=F+G
1.	Toner do oferowanej drukarki		6				
2.	Karty do drukowania protokołów						
3.	Dodatkowe końcówki 300 ul dodatkowo nie wynikające z ilości podanych op. odczynników (jeżeli aparat wymaga)						
4.	Dodatkowe końcówki 1100 ul dodatkowo nie wynikające z ilości podanych op. odczynników (jeżeli aparat wymaga)						
5.	Bufor czyszczący						
6.	Płyty do rozcieńczeń surowic						
7.	Inne*: - - -						
	Wartość razem netto						
	Wartość razem podatku VAT						

	Wartość razem brutto	
--	-----------------------------	--

Gwarantujemy, że zaoferowana ilość materiałów wyszczególnionych w niniejszym arkuszu asortymentowo-cenowym jest ilością wystarczającą na okres 36 miesięcy odpowiednio dostosowaną do ilości op. odczynników podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2A w kolumnie E. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

* Jeżeli wymagane są inne elementy je wymienić i wycenić w pozycji nr 7. Wszystkie materiały i części zużywalne nie wymienione przez Wykonawcę w poz. nr 7 wchodzi w koszt dzierżawy i przeglądów serwisowych.

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Arkusz asortymentowo-cenowy nr 3

Koszty dzierżawy analizatora

L.p.	Nazwa	Ilość miesiące	Cena netto za 1 miesiąc	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E=CxD	F	G=ExVAT	H=E+G
1.	Dzierżawa analizatora: Typ/model: Producent:	36					

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Analizator**Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń**

Nazwa-typ analizatora:

Wykonawca / Producent:

Rok produkcji:

WARUNKI GRANICZNE

Lp.	Parametr Wymagany (Wymagane funkcje)	Potwierdzenie spełniania	Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Aparat nie starszy niż 3 lata lub aparat obecnie używany przez Zamawiającego z 2010 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydzierżawia analizator.	TAK	
2.	Automatyczny system analityczny do testów ELISA (autoanalizator ELISA)	TAK	
3.	Metoda oznaczeń – immunoenzymatyczna z odczytem spektrofotometrycznym punktu końcowego – siatka dyfrakcyjna lub filtry o standardowych długościach fal	TAK	
4.	Aparat przystosowany do współpracy ze standardowymi 96-dołkowymi płytkami ELISA	TAK	
5.	Otwarty system oprogramowania pracy analizatora – możliwość wprowadzania programów na dowolny test ELISA (różnych producentów)	TAK	
6.	Możliwość pracy aparatu z probówkami pierwotnymi (probówki o średnicy 12-13 mm i 15-16 mm.)	TAK	
7.	Identyfikacja probówek i odczynników poprzez kody kreskowe		
8.	Możliwość jednoczesnego prowadzenia oznaczeń na co najmniej 2 płytkach ELISA	TAK	
9.	Odrębne termostatowanie komór inkubacyjnych	TAK	
10.	Prognozowanie i monitorowanie zużycia odczynników w aparacie	TAK	
11.	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przez analizator	TAK	
12.	Możliwość jednoczesnego wykonywania co najmniej 5 protokołów analitycznych (oznaczania co najmniej 5 parametrów)	TAK	

13.	Wbudowany system kontroli jakości badań	TAK	
14.	Sygnalizacja wyczerpania się płynów płuczących i nadmiaru ścieków	TAK	
15.	Pipetowanie materiału z eliminacją błędu kontaminacji	TAK	
16.	Wymagany czujnik poziomu próbki badanej		
17.	Zautomatyzowana kontrola przebiegu oznaczeń (m.in. przewidywanie czasu pozostałego do zakończenia analiz)		
18.	Dostarczenie z aparatem testowego, kompletnego zestawu ELISA zawierającego w składzie mikropłytkę i niezbędne odczynniki (wzorce, kontrole, konjugat, substrat, odczynnik hamujący i inne). Procedura testu kontrolnego nie dłuższa niż 2 godziny. Test ma służyć sprawdzeniu prawidłowej instalacji i działania analizatora.	TAK	
19.	Kołyska laboratoryjna, programowany automatycznie czas pracy	TAK	
20.	Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego	TAK	
21.	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta, musi zawierać linię kontrolną i osobno naniesione antygeny w postaci linii	TAK	
22.	Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych	TAK	
23.	Skaner	TAK	
24.	Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian	TAK	
25.	Komputer, monitor i drukarka z odpowiednim oprogramowaniem do urządzeń. Podłączenie do istniejącej sieci laboratoryjnej, łącznie z zainstalowaniem stanowiska sieciowego. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w cenie oferty.	TAK	
26.	Po podłączeniu i zainstalowaniu aparatu i pozostałych urządzeń Wykonawca zabiera wszystkie opakowania po urządzeniach (brak miejsca na ich przechowywanie u Zamawiającego).	TAK	

WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
(parametry bezwzględnie wymagane)

L.p.	Serwis / Szkolenia	Wartość graniczna/ wymagana	Warunki oferowane przez Wykonawcę
	Serwis:		
1.	Pełna obsługa serwisowa na oferowany przedmiot dzierżawy obejmująca utrzymanie w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa stanowi koszty Wykonawcy i obejmuje koszty: 1. wszystkich napraw wraz z częściami zamiennymi, 2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych, 3. dojazdu pracowników serwisu. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty przetargowej.	W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy	
2.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy.	TAK	
3.	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii - 24 godziny od zgłoszenia.	TAK	
	Szkolenia:		
1.	Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego).	TAK	
2.	Bezpłatna weryfikacja próbek wątpliwych.	TAK	
3.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych	TAK	
4.	Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej, program do oceny pasm w języku polskim.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
Wykonawca

.....
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

*OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,
ul. Królewiecka 146*

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:.....
.....
2. Adres, województwo:
.....
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel.):
.....
4. Telefon/ faks:
5. Adres e-mail:
6. Nazwa banku i nr konta bankowego:
.....
7. REGON: NIP:
8. KRS/ Nr ewidencyjny:

II. Przedmiot oferty

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w dniu 08.10.2016 r. na dostawę:
 - Pakiet nr 1: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy;
 - Pakiet nr 2: odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcyoraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

.....
/podać numery pakietów/

Pakiet nr 1:

1. za cenę (suma wartości Załącznika nr 1A, 1B, 1C do SIWZ - Arkusz asortymentowo- cenowy nr 1, 2, 3):

a) netto zł

słownie:

- podatek VAT: %

- kwota podatku VAT: zł

b) brutto zł

słownie:

w tym :

a) wartość arkusza asortymentowo-cenowego nr 1 - Załącznik nr 1A do SIWZ

netto:zł

- podatek VAT:%

- kwota podatku VAT:zł

brutto:zł

b) wartość arkusza asortymentowo-cenowego nr 2 - Załącznik nr 1B do SIWZ

netto:zł

- podatek VAT:%

- kwota podatku VAT:zł

brutto:zł

c) wartość arkusza asortymentowo-cenowego nr 3 - Załącznik nr 1C do SIWZ

netto:zł

- podatek VAT:%

- kwota podatku VAT:zł

brutto:zł

Oświadczamy, że zaoferowana ilość odczynników i materiałów wyszczególnionych w arkuszu asortymentowo-cenowym nr 1 i 2 (Załącznik nr 1A i 1B) jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań określonych w Załączniku nr 1A w kolumnie D.

W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

Oferujemy w ramach niniejszego zamówienia do dzierżawy analizatory na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

a) Analizator podstawowy:

- nazwa i typ analizatora -

- producent -
- rok produkcji -
- nr katalogowy -

Którego wartość wynosi: - zł brutto

b) Analizator back-up:

- nazwa i typ analizatora -
- producent -
- rok produkcji -
- nr katalogowy -

Którego wartość wynosi: - zł brutto

Dostawa, montaż oraz przekazanie do bieżącej eksploatacji analizatorów będących przedmiotem dzierżawy wraz z podpisaniem protokołu odbioru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dostawy odczynników oraz umowy dzierżawy.

Pakiet nr 2:

1. za cenę (suma wartości Załącznika nr 2A, 2B, 2C do SIWZ - Arkusz asortymentowo- cenowy nr 1, 2, 3):

a) netto zł

słownie:

- podatek VAT: %

- kwota podatku VAT: zł

b) brutto zł

słownie:

w tym :

a) wartość arkusza asortymentowo-cenowego nr 1 - Załącznik nr 2A do SIWZ

netto:zł

- podatek VAT:%

- kwota podatku VAT:zł

brutto:zł

b) wartość arkusza asortymentowo-cenowego nr 2 - Załącznik nr 2B do SIWZ

netto:zł

- podatek VAT:%

- kwota podatku VAT:zł

brutto:zł

c) wartość arkusza asortymentowo-cenowego nr 3 - Załącznik nr 2C do SIWZ

netto:zł

- podatek VAT:%
- kwota podatku VAT:zł
brutto:zł

Oświadczamy, że zaoferowana ilość materiałów wyszczególnionych w arkuszu asortymentowo-cenowym nr 2 (Załącznik nr 2B do SIWZ) w kolumnie D jest ilością wystarczającą na okres 36 miesięcy odpowiednio dostosowaną do ilości op. odczynników podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2A w kolumnie E. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.

Oferujemy w ramach niniejszego zamówienia do dzierżawy analizator na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

- nazwa i typ analizatora -
- producent -
- rok produkcji -
- nr katalogowy -

Którego wartość wynosi: - zł brutto

Dostawa, montaż oraz przekazanie do bieżącej eksploatacji analizatora będącego przedmiotem dzierżawy wraz z podpisaniem protokołu odbioru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dostawy odczynników oraz umowy dzierżawy.

III. Warunki płatności:

- a) wysokość odsetek za ewentualne nieterminowe płatności - nie wyższe niż ustawowe w skali roku.
- b) zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie: dni kalendarzowych (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) od daty dostarczenia towaru i faktury do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, ul. Królewiecka 146. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. Termin realizacji dostawy: Pakiet nr 1 - dni roboczych/ Pakiet nr 2 - dni roboczych (nie więcej niż 7 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego. W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.

Uwaga! Wykonawca nie może wpisać innego terminu dostawy, niż wynika to z treści pkt. XVII 1.2 / 2.2 SIWZ. Wpisanie innych terminów, za które nie można przyznać punktów spowoduje odrzucenie oferty.

V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

VI. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy sprzedaży oraz umowy dzierżawy, których wzory stanowią **Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (Pakiet nr 1)/ Załączniki nr 8 i 9 do SIWZ (Pakiet nr 2)** oraz zgodnie z treścią oferty.

VII. Wadium w wysokościzł zostało wniesione w formie

VIII. Część zamówienia, której wykonanie powierzymy/ nie powierzymy podwykonawcom*
(Wykonawca, który powierzy część zamówienia podwykonawcom wymienia poniżej firmy podwykonawców)*

-
-

IX. Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!! w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług Wykonawca powyżej w formularzu ofertowym wpisuje tylko wartość netto bez kwoty podatku VAT.

X. Informujemy, że:

- a) dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie) :
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej):
- b) dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie) :
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania) :

XI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

XII. Oferta została złożona łącznie na kolejnych stronach
(uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty).

UWAGA!* - niepotrzebne skreślić

.....
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**Oświadczenie
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów” – nr postępowania 42/2016.

Oświadczamy, że:

1. Nie należymy do grupy kapitałowej*

2. Należymy do grupy kapitałowej*

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1.
2.
3.
4.
5.
- (...)

*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów” – nr postępowania 42/2016.

Działając w imieniu zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

Jednocześnie wskazuje, iż:

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący:
.....
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący:
.....

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego		
	Imię i Nazwisko	Data
1.		
2.		

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 42/I/2016

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

REGON: 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
2. mgr Grażynę Sokołowską - Główny księgowy

zwanym dalej **Zamawiającym lub WSzZ**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą:

.....
.....
.....

REGON:.....

NIP:

KRS:

konto nr:

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników koagulologicznych i niezbędnych materiałów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu zgodnie z Pakietem nr 1, w asortymencie i ilościach przedstawionych w Załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ, które to stanowią załączniki do niniejszej umowy zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowana ilość odczynników i materiałów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym nr 1 i 2 (Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ) jest ilością wystarczającą do wykonania podanej przez Zamawiającego ilości badań. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.
3. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu, na czas trwania umowy, analizatory do wykonywania badań o parametrach określonych w Załącznikach nr 1D, 1E i 1F do SIWZ, które stanowią załączniki do umowy dzierżawy, na zasadach określonych w umowie dzierżawy nr 42/I/D/2016, które zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 2 tygodni licząc od daty podpisania niniejszej umowy i umowy dzierżawy.
4. Wykonawca zapewni w cenie dzierżawy pełną obsługę serwisową wydzierżawionych analizatorów, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi oraz personelu obsługi technicznej (Sekcji Sprzętu Medycznego) na zasadach określonych w Załącznikach nr 1D i 1F do SIWZ, będącymi załącznikami do umowy dzierżawy.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy odczynniki i niezbędne materiały będące przedmiotem niniejszej umowy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu własnym lub wynajętym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej W.Sz.Z w terminie **dni roboczych** (nie dłużej niż 7 dni roboczych) licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.
2. Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy.
3. Przy każdej dostawie towar musi zawierać na opakowaniu dane identyfikujące wyrób: np. numer katalogowy producenta, rozmiar, typ itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia r.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi: zł
Słownie:
2. Cena zawiera podatek VAT w kwocie: zł

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar cenę zaoferowaną w ofercie przetargowej z dnia r.

2. Ceny jednostkowe netto dla poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawione w ofercie przetargowej z dnia r. nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. 36 miesięcy licząc od daty jej podpisania z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
4. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 3 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.
5. Roszczenie Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt 3 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone, łącznie z wykazaniem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia, w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
6. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w pkt 3 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.
7. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w pkt 3.
8. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
10. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 3, 8 i 9 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
12. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
13. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§ 5

1. Zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: w terminie **dni kalendarzowych** (minimum 30 dni kalendarzowych) od daty dostarczenia towaru i faktury do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, ul. Królewiecka 146. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

§ 6

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca.

§ 7

Reklamacje:

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji, dostarczy zamienną partię takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko.
2. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu zgodnie z zawartą umową.
3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji nie podejmie działań, wówczas Zamawiający uzna, że reklamacja została uwzględniona.
4. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1 Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie.
5. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia ekspertyzy, przy czym koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której wynik jest niekorzystny.
6. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach.

§ 8

1. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające w niniejszej umowie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 9

Za jakość, tożsamość oraz termin ważności dostarczanego towaru odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 10

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.

§ 11

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od r. do r., nie dłużej jednak niż na okres wyczerpania się wartości umowy o której mowa w § 3.
2. Umowa wygasa w części niezrealizowanej z dniem r. z zastrzeżeniem zapisu w § 4 ust. 12 niniejszej umowy.

§ 12

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UMOWA DZIERŻAWY Nr 42/I/D/2016

zawarta w dniur. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

REGON: 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
2. mgr Grażynę Sokołowską - Główny księgowy

zwanym dalej **Dzierżawcą lub WSzZ**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....

.....

.....

REGON:

NIP:

KRS:

konto nr

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej **Wydzierżawiającym**

§ 1

1. Wdzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę dwa analizatory: analizator podstawowy, producent, rok produkcji oraz analizator back-up, producent, rok produkcji dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu o parametrach technicznych określonych w Załącznikach nr 1D, 1E i 1F do SIWZ, które to stanowią załączniki do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Wdzierżawiający oświadcza, że analizatory posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. Wdzierżawiający gwarantuje, że analizator podstawowy, o którym mowa w punkcie 1 jest fabrycznie nowy, kompletny, sprawny i gotowy do pracy.
4. Wdzierżawiający gwarantuje, że aparat buck-up, o którym mowa w punkcie 1 jest nie starszy niż 3 lata lub obecnie używany przez Zamawiającego z 2010 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wdzierżawia analizator back-up oraz jest kompletny, sprawny i gotowy do pracy.

§ 2

1. Wdzierżawiający dostarczy na własny koszt urządzenia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy oraz umowy 42/I/2016 z dnia r.
2. Przekazanie analizatorów do bieżącej eksploatacji zostanie stwierdzone w formie pisemnej protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonania odbioru przedmiotu dzierżawy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, jest Pan Stanisław Nadraus – Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego lub inny upoważniony do tego pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
4. Wdzierżawiający zobowiązany jest dostarczyć wraz z analizatorami:
 - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności;
 - kopię dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania dzierżawionych analizatorów zaoferowanych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
 - instrukcje obsługi aparatów w języku polskim – po 2 szt. + instrukcja w wersji elektronicznej do każdego analizatora.

§ 3

1. W ramach niniejszego zamówienia Wdzierżawiający na swój koszt zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej wdzierżawionych analizatorów na zasadach określonych w Załącznikach nr 1D i 1F do SIWZ.
2. Dzierżawca zobowiązuje użytkować wdzierżawione analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami.
3. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć wdzierżawione analizatory przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
4. Koszt ewentualnego ubezpieczenia analizatorów ponosi Wdzierżawiający.

§ 4

1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego na kwotę zł (słownie:) miesięcznie, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z Załącznikiem nr 1C do SIWZ, który stanowi załącznik no niniejszej umowy.

2. Cena dzierżawy netto analizatorów będących przedmiotem niniejszej umowy przedstawiona w ofercie przetargowej z dnia r. nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. 36 miesięcy licząc od daty jej podpisania poza przypadkami zmiany stawki podatku VAT.
3. W przypadku udokumentowanej zmiany cen w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Dzierżawcę wprowadzone aneksem do umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku przedłużenia aneksem umowy sprzedaży nr 42/I/2016 z powodu nie wykorzystania ilości określonych w umowie nr 42/I/2016.
5. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.
6. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto Wydierżawiającego na podstawie faktury VAT z terminem płatności **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) od daty jego wystawienia.
7. W przypadku nieterminowych płatności Dzierżawca może zapłacić Wydierżawiającemu odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.
8. Dzierżawca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą analizatorów poza miesięcznym czynszem dzierżawnym.

§ 5

1. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające w niniejszej umowie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 6

1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydierżawiającego udostępniać urządzeń do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.
2. Wydierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§ 7

1. Wydierżawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1.1. wykorzystywania urządzeń przez Dzierżawcę niezgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem;
 - 1.2. oddania urządzeń bez zgody Wydierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawianie ich;
 - 1.3. niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 8

1. Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić urządzenia w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
2. Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceńodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane przez Wykonawcę z urządzeń i przekazane Zamawiającemu celem ich trwałego zniszczenia.

§ 9

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, od dniar. do dniar.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że negocjacjom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Dzierżawcy.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Integralną część umowy stanowią:

Załączniki nr 1C, 1D, 1E i 1F do SIWZ (Wydzierżawiającego) z dnia r.

WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 42/II/2016

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

REGON: 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
2. mgr Grażynę Sokołowską - Główny księgowy

zwanym dalej **Zamawiającym lub WSzZ**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą:

.....
.....
.....

REGON:.....

NIP:

KRS:

konto nr:

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do immunologii i materiałów niezbędnych do wykonywania badań dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu zgodnie z Pakietem nr 2, w asortymencie i ilościach przedstawionych w Załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ, które to stanowią załączniki do niniejszej umowy zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowana ilość materiałów wyszczególnionych w arkuszu asortymentowo-cenowym nr 2 (Załącznik nr 2B do SIWZ) jest ilością wystarczającą na okres 36 miesięcy odpowiednio dostosowaną do ilości op. odczynników podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 2A w kolumnie E. W przypadku, gdy ilość ta okaże się niewystarczająca Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu brakującej ilości na swój koszt.
3. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu, na czas trwania umowy, analizator do wykonywania badań o parametrach określonych w Załączniku nr 2D do SIWZ, który stanowi załącznik do umowy dzierżawy, na zasadach określonych w umowie dzierżawy nr 42/II/D/2016, który zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 2 tygodni licząc od daty podpisania niniejszej umowy i umowy dzierżawy.
4. Wykonawca zapewni w cenie dzierżawy pełną obsługę serwisową wydzierżawionego analizatora, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi oraz personelu obsługi technicznej (Sekcji Sprzętu Medycznego) na zasadach określonych w Załączniku nr 2D do SIWZ, będącym załącznikiem do umowy dzierżawy.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy odczynniki i niezbędne materiały będące przedmiotem niniejszej umowy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu własnym lub wynajętym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie **dni roboczych** (nie dłużej niż 7 dni roboczych) licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.
2. Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy.
3. Przy każdej dostawie towar musi zawierać na opakowaniu dane identyfikujące wyrób: np. numer katalogowy producenta, rozmiar, typ itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dniar.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi: zł
Słownie:
2. Cena zawiera podatek VAT w kwocie: zł

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar cenę zaoferowaną w ofercie przetargowej z dnia r.
2. Ceny jednostkowe netto dla poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawione w ofercie przetargowej z dnia r. nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. 36 miesięcy licząc od daty jej podpisania z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
4. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 3 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.
5. Roszczenie Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt 3 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone, łącznie z wykazaniem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia, w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
6. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w pkt 3 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.
7. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w pkt 3.
8. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
10. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 3, 8 i 9 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
12. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
13. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§ 5

1. Zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: w terminie **dni kalendarzowych** (minimum 30 dni kalendarzowych) od daty dostarczenia towaru i faktury do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, ul. Królewiecka 146. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

§ 6

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca.

§ 7

Reklamacje:

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji, dostarczy zamienną partię takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko.
2. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu zgodnie z zawartą umową.
3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji nie podejmie działań, wówczas Zamawiający uzna, że reklamacja została uwzględniona.
4. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1 Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie.
5. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia ekspertyzy, przy czym koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której wynik jest niekorzystny.
6. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach.

§ 8

1. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 9

Za jakość, tożsamość oraz termin ważności dostarczanego towaru odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 10

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.

§ 11

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od r. do r., nie dłużej jednak niż na okres wyczerpania się wartości umowy o której mowa w § 3.
2. Umowa wygasa w części niezrealizowanej z dniem r. z zastrzeżeniem zapisu w § 4 ust. 12 niniejszej umowy.

§ 12

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UMOWA DZIERŻAWY Nr 42/II/D/2016

zawarta w dniur. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

REGON: 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
2. mgr Grażynę Sokołowską - Główny księgowy

zwanym dalej **Dzierżawcą lub WSzZ**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....

.....

.....

REGON:

NIP:

KRS:

konto nr

reprezentowaną przez:

2.

2.

zwaną dalej **Wydzierżawiającym**

§ 1

1. Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę analizator, producent, rok produkcji dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 2D do SIWZ, który to stanowi załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Wydzierżawiający oświadcza, że analizator posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. Wydzierżawiający gwarantuje, że analizator, o którym mowa w punkcie 1 jest nie starszy niż 3 lata lub obecnie używany przez Zamawiającego z 2010 r. – dotyczy tylko Wykonawcy, który aktualnie wydzierżawia analizator oraz jest kompletny, sprawny i gotowy do pracy.

§ 2

1. Wydzierżawiający dostarczy na własny koszt urządzenie do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy oraz umowy 42/II/2016 z dnia r.
2. Przekazanie analizatora do bieżącej eksploatacji zostanie stwierdzone w formie pisemnej protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonania odbioru przedmiotu dzierżawy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, jest Pan Stanisław Nadraus – Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego lub inny upoważniony do tego pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.
4. Wydzierżawiający zobowiązany jest dostarczyć wraz z analizatorem:
 - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności;
 - kopię dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania dzierżawionego analizatora zaoferowanego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
 - instrukcje obsługi aparatu w języku polskim – po 2 szt. + instrukcja w wersji elektronicznej.

§ 3

1. W ramach niniejszego zamówienia Wydzierżawiający na swój koszt zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej wydzierżawionego analizatora na zasadach określonych w Załączniku nr 2D do SIWZ.
2. Dzierżawca zobowiązuje użytkować wydzierżawiony analizator zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
3. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć wydzierżawiony analizator przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
4. Koszt ewentualnego ubezpieczenia analizatora ponosi Wydzierżawiający.

§ 4

1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego na kwotę zł (słownie:) miesięcznie, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Cena dzierżawy netto analizatora będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawiona w ofercie przetargowej z dnia r. nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. 36 miesięcy licząc od daty jej podpisania poza przypadkami zmiany stawki podatku VAT.

3. W przypadku udokumentowanej zmiany cen w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Dzierżawcę wprowadzone aneksem do umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku przedłużenia aneksem umowy sprzedaży nr 42/II/2016 z powodu nie wykorzystania ilości określonych w umowie nr 42/II/2016.
5. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.
6. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto Wydierżawiającego na podstawie faktury VAT z terminem płatności **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) od daty jego wystawienia.
7. W przypadku nieterminowych płatności Dzierżawca może zapłacić Wydierżawiającemu odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.
8. Dzierżawca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą analizatora poza miesięcznym czynszem dzierżawnym.

§ 5

1. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające w niniejszej umowie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 6

1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydierżawiającego udostępniać urządzenie do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.
2. Wydierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§ 7

1. Wydierżawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1.1. wykorzystywania urządzenia przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 - 1.2. oddania urządzenia bez zgody Wydierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawianie go;
 - 1.4. niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 8

1. Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
2. Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane przez Wykonawcę z urządzenia i przekazane Zamawiającemu celem ich trwałego zniszczenia.

§ 9

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, od dniar. do dniar.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Dzierżawcy.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Integralną część umowy stanowią:

Załączniki nr 2C i 2D do SIWZ (Wydzierżawiającego) z dnia r.

WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA