

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę akcesoriów endoskopowych w 14 pakietach dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **10.10.2016r.**, numer ogłoszenia: **320393 - 2016**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 17.10.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pułapek jednokomorowych, bez szufladki, z otwieraną komorą.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

2) Pakiet nr 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z protezami z pętlą na końcu proksymalnym umożliwiającą skorygowanie położenia protezy w miejsce powtórnego zamknięcia protezy przy niepełnym rozprężeniu.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

3) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania protez z zastawką antyrefluksową i bez zastawki antyrefluksowej.

Zamawiający odpowiada:

W załączonych wymogach nie narzucono konieczności oferowania protez z zastawką – dopuszczalne jest oferowanie protez z zastawką jako opcji, wymagane dostarczenie protez bez zastawki.

4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z przewodnikami o długości minimum 200 cm ze względu na przeprowadzanie zabiegu w przełyku.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza – wymagany przewodnik musi zapewniać możliwość swobodnej wymiany narzędzi na przewodniku przeprowadzonym przez zżęzenie.

5) Dotyczy projektu umowy § 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy ustępu o poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

6) Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7) Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2.

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

8) Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego dostarczy zamienną partię takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9) Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej 1% na 0,5%.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10) Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4.

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia ekspertyzy w autoryzowanym serwisie Producenta, przy czym koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której wynik jest niekorzystny.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

11) Dotyczy projektu umowy § 9.

Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową, co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Zamawiający odpowiada:

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

13) Pakiet nr 5: Czy dopuszczą Państwo ustnik jednorazowego użytku (IM-50) o wymiarach 16x21 mm z opaską silikonową?

Zamawiający odpowiada:

Podane wymiary spełniają wymogi specyfikacji, w pytaniu nie podano, czy oferowany ustnik jest jałowy, a taki wymóg zawiera specyfikacja.

14) Pakiet 3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3, w miejsce pierwotnych parametrów, protez samorozprężalnych, niepowlekanych, nitinolowych, na zestawie o średnicy 10 Fr, długości 230 cm w zbrojonym cewniku, długości protezy 6 cm/ 9 cm /12 cm, i średnicy trzonu 22 mm.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

15) Pakiet 12. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych nitinolowych do przełyku, pokrytych w całości silikonem z dwóch stron, usuwalnych, do łagodnych zmian, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm, cewnik wprowadzający 24Fr i stentów samorozprężalnych nitinolowych do przełyku, pokrytych silikonem z dwóch stron w wersji częściowo pokrywanej, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm; Średnice: 20-25 mm cewnik wprowadzający 24Fr. Sterylne, jednorazowego użytku.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołączenia spełniającego wymogi przewodnika.

16) Pakiet 2. W związku z faktem, że produkt składa się z osobno zapakowanego zestawu do wprowadzania protez oraz osobno pakowanej protezy, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch pozycji w pakiecie (oddzielenie zestawu i protezy)?.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zapis w specyfikacji jednoznacznie dopuszcza możliwość osobnego dostarczenia protezy i zestawu.

17) Pakiet 2. Czy Zamawiający oczekuje protez trzustkowych prostych (min. średnica kanału roboczego 3,2mm), czy protez trzustkowych w kształcie litery S (min. kanał roboczy 2,8 mm)?.

Zamawiający odpowiada:

Specyfikacja nie definiuje typu protezy – domyślnie protezy typu „S” – więc dopuszczalne jest także zaoferowanie protez prostych.

18) Pakiet 2. Czy Zamawiający oczekuje cewnika popychającego wielorazowego czy jednorazowego użytku?

Zamawiający odpowiada:

Specyfikacja nie definiuje typu – dopuszczalne zarówno jednorazowego jak i wielokrotnego użytku.

19) Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazową protezę samorozprężalną do przełyku; wykonaną z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; długość robocza 60 mm(długość całkowita 90 mm) lub 120 mm (długość całkowita 150 mm) – do wyboru przez Zamawiającego; średnica 20mm, średnica kołnierzy 26 mm; częściowo pokryta silikonem; długość aplikatora 230 cm, średnica 3.47 mm/10.5 Fr; posiada 12 złotych znaczków radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na środku; 1 laso?

Zamawiający odpowiada:

Wymienione parametry spełniają wymogi specyfikacji.

20) Pakiet 6, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania narzędzie o dł. 1650 mm.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza narzędzia o długości roboczej 1650 mm.

21) Pakiet 10, poz.5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby zapasowych uszczelk (O-ring) do pełnych opakowań handlowych producenta (opakowania po 5 sztuk), w górę do 15 szt. lub w dół do 10 szt.? Prosimy o podanie ilości.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający koryguje zamówienie do 10 szt.

22) Pakiet 10, poz. 3 i poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 poz. 3 (zatyczki do butelek) i poz. 5 (O-ring), które nie są wyrobem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych, a stanowią jedynie wyposażenie wyrobu medycznego i nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu w rozumieniu w/w ustawy? Mając na uwadze powyższe, stawka podatku VAT obowiązująca dla wyżej wymienionych produktów to 23%.

Zamawiający odpowiada:

Tak – wymóg dotyczy systemów jako całości, a nie części zapasowych wchodzących w skład całego systemu.

23) Pakiet 11.Czy Zamawiający oczekuje balonów do EUS: niesterylnych czy sterylnych?

Zamawiający odpowiada:

Zestaw balonów ma być sterylny (jałowy).

24) Pakiet 13, poz.1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku odźwiernika/jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 13.5-14.5-15.5 mm; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

25) Pakiet 13, poz.2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe: do poszerzania przełyku/ odźwiernika/jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 16-17-18 mm; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min, średnica kanału roboczego 2,8mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

26) Pakiet 13, poz.3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 8.5 - 9.5 - 10.5 mm; długość balonu 65mm; ; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

27) Pakiet 13, poz.4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 11-12-13 mm; długość balonu 55mm; ; długość prowadnika 2400mm; min, średnica kanału roboczego 2,8mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

28) Dot. projektu umowy par. 8 ust.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na następujący zapis: „Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

29) Dot. projektu umowy par. 9. Prosimy o zmianę zapisu, aby odstąpienie od umowy w przypadku nietereminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową, co do przedmiotu lub jakości następowało po trzecim niezgodnym z umową przypadku.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

30) Zwracamy się z prośbą o dostosowanie załącznika nr 18 do SIWZ do aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którą art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy zostały wykreślone.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający zmienia wzór Załącznika Nr 18 do SIWZ.

31) **Pakiet 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodni do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym (max obwód 124 cm), posiadających możliwość regulacji rozmiaru za pomocą sznurka w pasie, o długości 124 cm (długość mierzona od zewnętrznej linii nogawki)?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

32) **Pakiet 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze M i L, dla których obwód pasa wynosi odpowiednio 70 cm i 78 cm o długości 78 cm (długość mierzona od zewnętrznej linii nogawki).

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami specyfikacji (NIE –jeżeli oferowane są jako jedyny asortyment, TAK o ile stanowią one opcję do wyboru przez Zamawiającego, zgodnie z jego bieżącymi potrzebami, w tej samej cenie zamiast rozmiaru uniwersalnego, z zachowaniem ogólnego limitu ilościowego wynikającego ze specyfikacji pakietu).

33) Czy Zamawiający może oszacować, jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie może oszacować, jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany.

34) Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający odpowiada:

Tak – zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy Załącznik Nr 19 do SIWZ.