

Oznaczenie postępowania 53/2013

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.09.2013 r. pod numerem 2013/S 170-294552 na dostawę sprzętu medycznego w 9 pakietach.

Zamawiający informuje, że w wyniku omyłkowo błędnie udzielonych odpowiedzi w zakresie pytania nr 59, 60 i 61 w dniu 14.10.2013 r. zamieszcza prawidłowe odpowiedzi na niniejsze pytania.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2013 r. pozostaje bez zmian.

Zamawiający w zakresie pytania nr 59, 60 i 61 udziela prawidłowych odpowiedzi:

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu nr 6 pkt 15: Czy Zamawiający dopuści automatyczny, adaptacyjny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min. 5-135 Ohm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza automatyczny, adaptacyjny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min. 5-135 Ohm, gdyż pierwotny zapis w SIWZ dopuszczał do max. 240 Ohm.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu nr 6 pkt 24: Czy Zamawiający dopuści przepływ gazu w zakresie:

- a) Niski przepływ gazu: 0,5-4 standardowych litrów/ minutę $\pm 15\%$ przepływu pokazane na wyświetlaczu przepływu.
- b) Standardowy przepływ gazu: 0,5-12 standardowych litrów/ minutę $\pm 15\%$ przepływu pokazane na wyświetlaczu przepływu.

Zamawiający odpowiada

- a) Zamawiający dopuszcza niski przepływ gazu: 0,5-4 standardowych litrów/ minutę $\pm 15\%$ przepływu pokazane na wyświetlaczu przepływu, gdyż pierwotny zapis w SIWZ dopuszczał przepływ gazu: regulowany w zakresie co najmniej od 0,5 do 10 litrów/minutę.
- b) Zamawiający dopuszcza standardowy przepływ gazu: 0,5-12 standardowych litrów/ minutę $\pm 15\%$ przepływu pokazane na wyświetlaczu przepływu.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu nr 7 pkt 15: Czy Zamawiający dopuści automatyczny, adaptacyjny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min. 5-135 Ohm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza automatyczny, adaptacyjny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min. 5-135 Ohm, gdyż pierwotny zapis w SIWZ dopuszczał do max. 240 Ohm.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 14.10.2013 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego