

Oznaczenie postępowania 45/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2016 r. pod numerem 326382-2016 na dostawę echokardiografu z sondą przezprzelykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 3 Wykonawców, w wymaganym terminie tj. do 24.10.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

W związku z dostawą echokardiografu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Zamawiający odpowiada

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje na tym etapie współpracy echokardiografu z systemami RIS/PACS w związku z tym Zamawiający nie wymaga ww. licencji. Obrazy w formacie 2D i 3D będą rejestrowane i analizowane w stacji roboczej ze stosownym oprogramowaniem stanowiącej część wymaganego wyposażenia echokardiografu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Zamawiający odpowiada

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje na tym etapie współpracy echokardiografu z systemami RIS/PACS w związku z tym Zamawiający nie wymaga ww. integracji i konfiguracji. Obrazy w formacie 2D i 3D będą rejestrowane i analizowane w stacji roboczej ze stosownym oprogramowaniem stanowiącej część wymaganego wyposażenia echokardiografu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy?

Zamawiający odpowiada

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje na tym etapie współpracy echokardiografu z systemami RIS/PACS w związku z tym Zamawiający nie wymaga ww. gwarancji. Obrazy w formacie 2D i 3D będą rejestrowane i analizowane w stacji roboczej ze stosownym oprogramowaniem stanowiącej część wymaganego wyposażenia echokardiografu.

Pytanie 4

Dot. Załącznika 2B do SIWZ – Parametry podlegające ocenie E1

Czy Zamawiający dopuści sondę o zakresie częstotliwości 3-8 MHz. Różnica 1 MHz w dolnym paśmie nie stanowi istotnego znaczenia diagnostycznego.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza sondę o zakresie częstotliwości 3-8 MHz, w związku z tym zmienia parametr w pkt E1.

Pytanie 5

Dot. Załącznika 2B do SIWZ – Parametry podlegające ocenie E3

Czy Zamawiający dopuści sondę o zakresie częstotliwości 1,5-4,6 MHz. Różnica 0,4 MHz w górnym paśmie nie stanowi istotnego znaczenia diagnostycznego.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza sondę o zakresie częstotliwości 1,5-4,6 MHz, w związku z tym zmienia parametr w pkt E3.

Pytanie 6

Dot. Załącznika 2B do SIWZ – Parametry podlegające ocenie G1

Prosimy o doprecyzowanie, czy alternatywne funkcje analizy (f1) tj. pomiar odkształcenia z wykresem „oko Byka” i automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej są opcjonalne czy wymagane? Czy zamawiający potwierdza, że brak ich zaoferowania daje 0 punktów, a w przypadku ich zaoferowania 4 punkty?

Zamawiający odpowiada

Wymagana jest funkcja (oprogramowanie) do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej (pkt F5 parametrów technicznych odcinających). Natomiast oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształceń lewej komory serca przedstawieniem wyników w formie wykresu „oko byka” jest parametrem punktowanym (F1). Jeśli w oferowanym oprogramowaniu dostępne są obie ww. funkcje (pkt G1 ppkt f parametrów punktowanych), są one dodatkowo punktowane według pkt G1. Tak więc w pkt G1 tylko wszystkie funkcje oprogramowania tj. od ppkt a do ppkt f dają 4 punkty.

Pytanie 7

Dot. załącznika nr 6 do SIWZ -Wzór umowy sprzedaży

Ad. §10

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, a nie może być dokonane z błahych powodów, np. 1,2-dniowego opóźnienie w wykonaniu naprawy. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. W związku z tym prosimy o zgodę na zmianę treści zapisu w § 10 i nadanie mu brzmienia:

*„W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia **istotnie** niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie. **Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.**”*

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmiany w §10 umowy.

Pytanie 8

Dot. Załącznika 2C do SIWZ – Formularza asortymentowo - cenowego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację i uproszczenie formularza asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów echokardiograf lub sondy jako samodzielne elementy nie są środkami trwałymi. Od dnia 01.01.2016 są traktowane jako części zamienne i obarczone są stawką VAT 23%. Natomiast aparat sprzedawany

razem z sondami jest kwalifikowany jako wyrób medyczny i jako taki obarczony jest stawką VAT 8%.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo – cenowego, polegającą na wskazaniu w Załączniku nr 2C do SIWZ jednej ceny łącznej za echokardiograf z wyposażeniem, z jedną stawką VAT, z pominięciem kolumny H, przy czym pod tabelą cenową Wykonawca zamieści wykaz elementów, wchodzących w skład oferowanego aparatu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody. Wszystkie elementy wchodzące w skład echokardiografu z sondą przezprzelikową muszą być wycenione z podaniem stawki VAT.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu, iż cena całkowita brutto umowy obejmuje: - licencję na oprogramowanie. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu ogólne warunki licencji na oprogramowanie.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na dodanie ww. zapisu w umowie, dodaje natomiast pkt C6 w Załączniku nr 2A do SIWZ odnośnie kosztów oprogramowania.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. klauzuli. Zamawiający dodaje nowy Załącznik nr 7 do SIWZ w postaci umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - (a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - (c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie umowy następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy SIWZ pkt. 6.9, Załącznika nr 2A pkt. H ppkt. 1

Prosimy o dopuszczenie złożenia zamiast wpisu lub zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzonego przez URWM i ŚB powiadomienia wynikającego z przepisów ustawy o wyrobach

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679) - rozdział 7 i rozdział 14). Wpisy nie wynikają z obowiązującego porządku prawnego.

Brak zmiany w powyższym zakresie uniemożliwia nam złożenie oferty.

Zamawiający odpowiada

Oprócz wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczamy także powiadomienie wynikające z obowiązującego porządku prawnego zawartego w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 3 oraz 4

Prosimy o weryfikację i zmianę tytułu postępowania, do którego, odnoszą się załączone oświadczenia.

Zamawiający odpowiada

W Załączniku nr 3 i 4 nastąpiła omyłka, w związku z tym Zamawiający dokonuje poprawy w tytule postępowania.

Pytanie 16

Dotyczy Załącznika 2C

Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu asortymentowo-cenowym należy podać tylko elementy wchodzące w skład echokardiografu, bez podania wartości aparatu.

Zamawiający odpowiada

Należy podać wartość aparatu oraz wszystkich elementów wchodzących w jego skład, w związku z czym Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2C do SIWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 2A Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt H.3

Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?

Zamawiający odpowiada

Tak.

Pytanie 18

Dotyczy Załącznika nr 2A Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt H.3

Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający posiada urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 2A Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt H.3

Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 2A Gwarancja, serwis pkt 1

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie jako „Możliwość przedłużenia gwarancji”.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający rezygnuje z zapisu "Możliwość przedłużenia gwarancji".

Pytanie 21

Dotyczy SIWZ

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający jako dni robocze uznaje dni pod poniedziałku do piątku.

Pytanie 22

Dotyczy Załącznika nr 2A Gwarancja, serwis pkt 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby jako " Reakcja serwisu" liczyło się zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Zamawiający odpowiada

Tak.

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 2A Gwarancja, serwis pkt 4

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób: Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się na modyfikację.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 2A Gwarancja, serwis pkt 5

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o zmianę warunków przedłużenia okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy wskazane w powołanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. tj Załącznik nr 2A Gwarancja, serwis pkt 4.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 2A Gwarancja, serwis pkt 6

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu.

Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących błahych elementów takich jak np: pedał ekspozycji, centrator laserowy, czy popychacze kabli. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający podtrzymuje zapis tego punktu.

Uzasadnienie: jeżeli szeroko pojęty podzespół ulega trzykrotnej awarii, to z niezawodnościowego modelu zjawisk fizycznych i zdarzeń technicznych wynika, iż przyczyna uszkodzeń tego podzespołu leży w pozostałych elementach (podzespołach) urządzenia bezpośrednio z nim współpracujących.

Dlatego - w takiej sytuacji - wymagamy wymiany CAŁEGO urządzenia.

Pytanie 26

Dotyczy Załącznika nr 2A Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt. E.3

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat Echokardiograficzny z głowicą liniową naczyniową o zakresie częstotliwości obrazowania 3 – 12 MHz?

Zwracamy uwagę na fakt, iż różnica między wymogiem opisanym przez Zamawiającego a częstotliwością pracy oferowanej głowicy liniowej wynosi tylko 0,5 MHz w dolnym paśmie, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający zaakceptuje częstotliwość obrazowania 3–12 MHz i zmienia zakres częstotliwości obrazowania na min. 4 – 9 MHz.

Pytanie 27

Dotyczy Załącznika nr 2A Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt. F.1

Zgodnie z opisem zawartym w powyższym punkcie Zamawiający wymaga jako możliwość rozbudowy na dzień składania oferty: „System do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o jakim dokładnie systemie dezynfekcji myśli Zamawiający?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zakłada, że system (sposób) dezynfekcji oferowanej głowicy przezprzełykowej poda Wykonawca. System ten musi być technologicznie dostosowany do oferowanej głowicy zapewniając skuteczną dezynfekcję oraz nie wpływać na jej trwałość.

Pytanie 28

Dotyczy Załącznika nr 2A Szkolenie pkt. 2

Prosimy o doprecyzowanie: czy Zamawiający zaakceptuje szkolenie dla personelu technicznego wykonane przez inżyniera serwisu wykonawcy podczas instalacji systemu, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta?

Zwracamy również uwagę na fakt, iż szkolenia aplikacyjne dla personelu medycznego mogą być dokonywane tylko przez pracowników autoryzowanego serwisu wykonawcy, pracowników aplikacyjnych wykonawcy, po odbyciu specjalistycznych szkoleń aplikacyjnych prowadzonych przez producenta, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzenia i bezpieczeństwo pacjentów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą aby zaświadczenie wystawione dla personelu technicznego zawierało informację potwierdzające odbycie szkolenia uprawniającego do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta ale bez informacji uprawniających do dokonywania przeszkoleń. Tego typu informacja może być potwierdzona tylko przez producenta po pełnej autoryzacji.

Zamawiający odpowiada

Tak, jeśli jest to możliwe z formalno-prawnego punktu widzenia.

Pytanie 29

Dotyczy Załącznika nr 2B Parametry podlegające ocenie pkt. E.1

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat Echokardiograficzny z głowicą matrycową przezprzełykową 4D, obejmującą obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, trójwymiarowe w trybie kolor doppler, wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym z 2 płaszczyzn o zakresie częstotliwości 2-7 MHz?

Zwracamy uwagę na fakt, iż różnica między wymogiem opisanym przez Zamawiającego a częstotliwością pracy oferowanej głowicy przezprzełykowej matrycowej wynosi tylko 1 MHz w górnym paśmie, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający zaakceptuje, w związku z tym zmienia parametr w pkt E1.

Pytanie 30

Dotyczy Załącznika nr 2B Parametry podlegające ocenie pkt. G.1

Prosimy o doprecyzowanie: czy funkcje oprogramowania opisane przez Zamawiającego jako wyposażenie dodatkowe zawarte w powyższym punkcie odnoszą się do aparatu czy zewnętrznej stacji roboczej współpracującej z aparatem?

Zamawiający odpowiada

Przedmiotowe oprogramowanie odnosi się do zewnętrznej stacji roboczej.

Pytanie 31

Dotyczy Załącznika nr 2A Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt. G.4

Prosimy o potwierdzenie, iż możliwość rozbudowy o pakiet analizy kurczliwości i frakcji wyrzutowej prawej komory na zapisanych obrazach trójwymiarowych serca, opisana przez Zamawiającego jako wyposażenie dodatkowe, odnosi się do stacji roboczej współpracującej z aparatem echokardiograficznym?

Zamawiający odpowiada

Przedmiotowe oprogramowanie odnosi się do zewnętrznej stacji roboczej.