

Oznaczenie postępowania 45/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2016 r. pod numerem 326382-2016 na dostawę echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 26.10.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 02.11.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 10 ppkt 6. SIWZ (str. 10) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii - postępowanie nr 45/2016 – nie otwierać przed dniem 02.11.2016 r. godz. 10³⁰.”

- pkt 11 ppkt 1. SIWZ (str. 11) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10.5 i 10.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 02.11.2016 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

- pkt 11 ppkt 2. SIWZ (str. 11) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 02.11.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 068 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- pkt 13 ppkt 1.2.1. SIWZ Parametry techniczne podlegające ocenie pkt E1 i E3 (str. 13) otrzymują nowe brzmienie:

- E1. Matrycowa przezprzełykowa 4D, obejmująca obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, trójwymiarowe w trybie kolor doppler, wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym min. 2 płaszczyzn o zakresie częstotliwości min. 3-6,3 MHz.
- E3. Dla głowicy Sektorowej przezklatkowej zakres częstotliwości obrazowania w 2D obejmujący przedział min. 1,5-4,6 MHz.

- Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia pkt E3, H1 (str. 24 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:

E3. Liniowa naczyniowa, o zakresie częstotliwości obrazowania min. 4 – 9 MHz.

H1. Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub inny dokument wynikający z ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

- w Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia dodaje się nowy pkt C6 (str. 23 SIWZ), który brzmi:

C6. W cenę brutto oferty wliczone są koszty bezterminowego użytkowania oferowanego oprogramowania

- Załącznik nr 2A do SIWZ, Gwarancja i serwis pkt 1, 3, 4, 5 (str. 25 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:

1. Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.

3. Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

4. Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.

5. Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .

- Załącznik nr 2A do SIWZ, Szkolenie pkt 2 (str. 26 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg oraz jeśli jest to możliwe z formalno-prawnego punktu widzenia.

- Załącznik nr 2B do SIWZ, Parametry podlegające ocenie pkt E1, E3 (str. 28 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:

E1. Matrycowa przezprzełykowa 4D, obejmująca obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, trójwymiarowe w trybie kolor doppler, wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym min. 2 płaszczyzn o zakresie częstotliwości min. 3 - 6,3 MHz.

E3. Dla głowicy Sektorowej przezklatkowej zakres częstotliwości obrazowania w 2D obejmujący przedział min. 1,5 - 4,6 MHz

- Załącznik nr 2C do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy (str. 30 SIWZ) zostaje zmodyfikowany i dodano nowy zapis pod tabelą, który brzmi:

- W poz. I należy podać cenę za cały echokardiograf z sondą przezprzełykową, natomiast w kolejnych poz. od 1 do 8 lub dalej należy wycenić wszystkie elementy wchodzące w skład echokardiografu z sondą przezprzełykową i zsumować wartość tych elementów. Cena echokardiografu z poz. I musi równać się cenie wszystkich elementów wchodzących w skład echokardiografu.

- Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (str. 31 SIWZ), w związku z pomyłką Zamawiającego zmienia się poniższy zapis na prawidłowy:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu – znak

sprawy 45/2016” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oświadczam, co następuje:”

- **Załącznik nr 4 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (str. 33 SIWZ), w związku z pomyłką Zamawiającego zmienia się poniższy zapis na prawidłowy:**

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„dostawa echokardiografu z sondą przezprzewodową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – znak sprawy 45/2016” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oświadczam, co następuje:”

- **Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa sprzedaży (str. 39 SIWZ) §10 otrzymuje nowe brzmienie:**

§10. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia istotnie niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.

- **dodaje się nowy Załącznik nr 7 do SIWZ, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (str. 41 SIWZ).**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 26.10.2016 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 26.10.2016 r. pozostają bez zmian.