

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG, ul. KRÓLEWIECKA 146

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę echokardiografu z sondą przezprzelykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu

**w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 209.000 euro**

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. poz. 2263) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Znak sprawy 45/2016

Elbląg, 26 października 2016 r.

1. Zamawiający

NIP: 578-25-17-492, REGON: 170 745 930

Adres strony internetowej: www.szpital.elblag.pl

Adres poczty elektronicznej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną: egajdzis@szpital.elblag.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82–300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu z sondą przezprzełykową (CPV: 33112340-3) dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro

Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyłączeniem art. 93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
2. Wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w **Załączniku nr 2A do SIWZ**.
3. Parametry urządzenia podlegające ocenie przedstawiono w **Załączniku nr 2B do SIWZ**.
4. Całkowity koszt urządzenia oraz koszt poszczególnych elementów wchodzących w skład urządzenia przedstawia **Załącznik Nr 2C do SIWZ**.
5. Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2016.
6. Zaoferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
7. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego urządzenia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego i dla personelu obsługi technicznej.
8. Przedstawione parametry techniczne opisane w Załączniku nr 2A do SIWZ są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.

9. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Ceny netto dla przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawione w ofercie przetargowej nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy, tj. od daty jej podpisania do daty dostarczenia przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - b) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto.
14. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
15. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 13 i 14 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
16. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

4. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.**
2. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, termin płatności nie krótszy niż **30 dni kalendarzowych** licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Szkolenie personelu medycznego Oddziału Kardiologii oraz pracowników personelu obsługi technicznej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie max. 2 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia sprzętu do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu:

Wstępny brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru **Załącznika nr 3 do SIWZ**.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- c) Zdolności technicznej i zawodowej.

5.2. Określenie warunków udziału

5.2.1. Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1. ppkt. 2 a), b) i c) SIWZ nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego **Załącznik Nr 4 do SIWZ**.

5.2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- b) Zamawiający ocenia, czy udostępniona wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.
- c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- d) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt. a), nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 5. ppkt 2b).

5.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

5.2.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

5.3.1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

- b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- c) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy PZP z:
 - a. zamawiającym,
 - b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 - c. członkami komisji przetargowej,
 - d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

5.4 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. **Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.**

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia wraz z ofertą:

1. Oryginału oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4 do SIWZ.**

6.2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

- a. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
- b. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi **Załącznik Nr 5 do SIWZ**. *W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*
- c. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- d. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- e. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Uwaga!!!

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2. ppkt. 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2 ppkt. 3-5 Wykonawca składa tylko na wezwanie Zamawiającego. *(Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).*

- 6.3.** Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 6.4.** Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 6.5.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- 6.6.** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów z:
1. zamiast dokumentów z pkt 6.2 ppkt. c i d SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. zamiast dokumentów z pkt. 6.2 ppkt. e - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2 ppkt. e SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2 ppkt. c i d SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 ppkt. c-e SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.7.** Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 6.8.** Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji **Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.**

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki producenta, fotografie sprzętu itp. przedstawiające wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne urządzenia, w celu potwierdzenia wymaganych parametrów opisanych w Załączniku nr 2A do SIWZ (parametry wymagane) oraz w Załączniku nr 2B do SIWZ (parametry oceniane), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Uwaga!!! Powyższe dokumenty Wykonawca składa tylko na wezwanie Zamawiającego.

6.10. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem – Załącznik nr 2A do SIWZ.
3. Wypełniony arkusz z parametrami podlegającymi ocenie – Załącznik nr 2B do SIWZ.
4. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2C do SIWZ.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ zgodnie z treścią oferty.
8. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy/ nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy).
9. Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.11. Oferta wspólna

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

6.12. Informacje dotyczące jawności postępowania

1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.
 - 4.1. brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy)
 - 4.2. kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 - 4.3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 - a) działanie w kierunku ochrony fizycznej,
 - b) działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert.

Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po terminie składania ofert nie będzie skuteczne.

5. Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu dowody/ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. 6.12. ppkt. 4 SIWZ.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: egajdzis@szpital.elblag.pl**
Zamawiający wymaga, aby powyższe przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej były podpisane przez osobę uprawnioną lub umocowaną przez Wykonawcę. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **24.10.2016 r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Pani Emilia Gajdzis – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, tel. 55 234 55 47, w godzinach 7.30 - 15.00 .

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu **Załącznik nr 1 do SIWZ**) wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez Wykonawcę **Załącznikami nr 2A, 2B i 2C do SIWZ**.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii - postępowanie nr 45/2016 – nie otwierać przed dniem 02.11.2016 r. godz. 10³⁰.”
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10.5 i 10.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **02.11.2016 r.** do **godz. 10.00** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **02.11.2016 r.** o **godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 068 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionego Arkusza asortymentowo-cenowego – **Załącznik Nr 2C do SIWZ**. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w arkuszu asortymentowo-cenowym w wersji 2 zaczynającym się od litery A. Następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik Nr 1 do SIWZ**.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a. oczywiste pomyłki pisarskie
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
 - d. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
4. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.
5. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga:

- cena - 60%
- parametry techniczne - 20%

- okres gwarancji	- 20%
Łącznie	- 100%

Każda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

1.1. Kryterium nr 1 - Cena

Uwaga!!! W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena brutto (lub cena netto po doliczonym podatku, o którym mowa powyżej) podana w formularzu ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P – Wartość punktowa ceny brutto danej oferty

C_n – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

C_b – Cena brutto oferty badanej

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0 do 100 punktów

Wartość punktowa ceny danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 60%.

1.2. Kryterium nr 2 – parametry techniczne

1.2.1. Parametry techniczne podlegające ocenie

Lp	Parametry aparatu podlegające ocenie	Wartość oferowana	Zasady oceniania
A.	PARAMETRY OGÓLNE		
1.	Waga urządzenia poniżej 105 kg	Tak, podać	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
2.	Ilość efektywnych kanałów cyfrowych: minimum 880 000	Tak, podać	880 000 kanałów - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru
3.	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat	Tak / Nie	Bez panelu dotykowego - 0 pkt Z panelem dotykowym - 3 pkt
4.	Klawiatura alfanumeryczna dostępna na dotykowym panelu lub w panelu sterowania z możliwością wysuwania z obudowy.	Tak / Nie	Bez możliwości wysuwania - 0 pkt Z możliwością wysuwania - 3 pkt
5.	Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej przezprzetykowej, objętościowej, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie.	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
6.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt

	kolorowego i PW – doppler - triplex		
7.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i CW – doppler - triplex	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt
8.	Funkcje postprocessing'u – dla trybu PW (pętla/obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) a Wzmocnienie b Linia bazowa c Korekcja kąta d Inwersja spektrum e Format wyświetlania f Szybkość obrazowania (skala czasu) g Pełna oś czasu h Usuwanie słabych sygnałów i Mapy szarości j Koloryzacja	Tak / Nie	Za każdą funkcję 1 pkt
9.	Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej - pole obrazowania od punktu styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej.	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt
10.	Zakres częstotliwości pracy aparatu z głowicami USG przeznaczonymi do współpracy z tym aparatem: nie mniejszy niż 1,5÷12,0 MHz.	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 2 pkt
B. TRYBY OBRAZOWE			
1.	Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (minimum 952 obr./sek.)	Tak, podać	952 obr./sek. - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru
2.	Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej (minimum 3)	Tak, podać	3 - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru
3.	Anatomiczny M-mode: na „żywo”, na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji.	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt
4.	M-mode „krzywoliniowy”	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt
5.	Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 230 obrazów na sek.	Tak, podać	230 obr./sek. - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru
6.	Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzona prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s	Tak, podać	6,5 m/s - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru
D. ARCHIWIZACJA			
1.	Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
E. GŁOWICE			
1.	Matrycowa przezprzelykowa 4D , obejmująca obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, trójwymiarowe w trybie kolor doppler, wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym min. 2 płaszczyzn o zakresie częstotliwości min. 3-6,3 MHz.	Tak, podać	2 płaszczyzny - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru
2.	Ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz dla głowicy matrycowej przesprzelykowej 4D: min 2500	Tak, podać	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt
3.	Dla głowicy Sektorowej przezklatkowej zakres częstotliwości obrazowania w 2D obejmujący przedział min. 1,5-4,6 MHz	Tak, podać	Nie - 0 pkt Tak - 2 pkt

4.	Dla głowicy sektorowej przezklatkowej ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min 192	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
5.	Dla głowicy liniowej naczyniowej ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min 192	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
6.	Dla głowicy liniowej naczyniowej pole widzenia min. 42 mm +/- 2mm	Tak / Nie	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
F. OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY			
1.	Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA”	Tak, podać	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
2.	Obrazowanie niedopplerowskie przepływów.	Tak, podać	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt
3.	Podtrzymanie baterijne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek.	Tak, podać	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt
G. WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Funkcje oprogramowania: a. przegląd zdjęć, przechowywanie obrazów, b. generowanie raportów, c. projektowanie wzorów raportów, d. pakiet pomiarów kardiologicznych, e. anatomiczny M - mode, f. analiza: - alternatywne funkcje pomiaru odkształcenia podłużnego mięśnia sercowego lewej komory z analizą ilościową i przedstawieniem parametrów wyników w formie wykresu kołowego "oko byka" - automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej	Tak, podać	Wybrane funkcje - 0 pkt Wszystkie wymienione funkcje - 4 pkt

Wzór, według którego zostanie wyliczona ilość punktów dla danego parametru ocenianego (dotyczy pkt: A.2., B.1., B.2., B.5., B.6., E.1.):

$$P = 4 \times \frac{(W - W_{min})}{(W_{max} - W_{min})}$$

Zastosowane oznaczenia:

P - ilość punktów (przyjęty zakres 0-4)

W_{min} - minimalna wartość parametru ze złożonych ofert, lub - jeśli ocenie podlega tylko jedna oferta - parametr graniczny odcinający

W_{max} - maksymalna wartość parametru ze złożonych ofert

W - wartość oferowanego, ocenianego parametru

Jeśli oceniana jest jedna oferta i oceniany parametr jest równy lub większy od minimalnego parametru wymaganego, uzyskuje ona maksymalną ilość punktów (4).

Wszystkie wyliczone punkty danej oferty (od pkt A do pkt G) według ww. wzoru zostaną zsumowane, a następnie ta zsumowana wartość punktowa posłuży do wyliczenia końcowej punktacji (patrz niżej pkt 1.2.2.) w kryterium parametry techniczne.

1.2.2. Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2B do SIWZ (Parametry oceniane) oraz danych zawartych przez Wykonawcę w odpowiednich dokumentach załączonych do oferty.

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 –100 pkt.

Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów za parametry techniczne (zgodnie z danymi złożonymi na Załączniku nr 2B do SIWZ i zgodnie z wyliczoną punktacją zgodnie ze wzorem podanym w pkt 1.2.1.), otrzyma 100 pkt, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do niżej przedstawionego wzoru:

$$P = \frac{Pb \times 100}{Pmax}$$

P - ilość punktów przyznana ofercie za kryterium parametry techniczne

Pb - ilość punktów zsumowana badanej oferty uzyskana za kryterium parametry techniczne wyliczona zgodnie z pkt 1.2.1.

Pmax - maksymalna ilość punktów do zdobycia za kryterium parametry techniczne

Wartość punktowa zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 20%.

1.3. Kryterium nr 3 – termin gwarancji

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez Wykonawcę w pkt. V Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Wartość punktowa kryterium termin gwarancji badanej oferty podana w Formularzu ofertowym (w pkt. V Załącznika nr 1 do SIWZ) Wykonawcy będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

$$Gx = \frac{(Gz - Gm) \times 100}{Gm}$$

Gdzie:

Gx – ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium termin gwarancji

Gm – minimalny termin gwarancji

Gz – zaoferowany termin gwarancji

Stosowana punktacja od 0-100 pkt

Termin gwarancji powinien być podany z dokładnością do 1 miesiąca.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Uwaga!

Maksymalny okres gwarancji, który będzie punktowany to dwukrotność minimalnego okresu gwarancji, tj. 72 miesiące.

Zaoferowany okres gwarancji wyższy niż 72 miesiące będzie oceniany tak, jak maksymalny okres gwarancji, tj. 72 miesiące.

Wartość punktowa kryterium termin gwarancji danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 20 %.

Oferta, która łącznie wg kryteriów podanych w pkt. 13 ppkt. 1 po zsumowaniu uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie:

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,
- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na podstawie kryterium oceny.

14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 1.4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 14 ppkt.1.2 SIWZ zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt. 1.1 i 1.4 SIWZ na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
8. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

- miął interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego.
 - opisu przedmiotu zamówienia
 - wyboru najkorzystniejszej oferty
 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Termin wniesienia odwołania:
 - 8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
 - 8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
 - 8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8.1 oraz ppkt. 8.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 11. Skarga do sądu
 - 11.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 - 11.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- 11.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 11.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi: Umowa sprzedaży nr 45/2016 - **Załącznik Nr 6** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik Nr 2A – Arkusz z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem.
3. Załącznik nr 2B – Arkusz z parametrami podlegającymi ocenie.
4. Załącznik Nr 2C – Arkusz asortymentowo-cenowy.
5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.
6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
8. Załącznik Nr 6 - Umowa sprzedaży nr 45/2016 (wzór).

Oświadczam, że zapoznałam/ łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

1. lek. med. Zygfryd Reszka – Przewodniczący Komisji
2. inż. Tadeusz Gutowski - Członek Komisji
3. mgr Emilia Gajdzis – Sekretarz Komisji

Zatwierdził

.....
data i podpis Zamawiającego

.....
Wykonawca

.....
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

***OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu,
ul. Królewiecka 146***

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.....

2. Adres, województwo:

.....

3. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel.):

.....

4. Telefon/ faks:

5. Adres e-mail:

6. Nazwa banku i nr konta bankowego:

.....

7. REGON: NIP:

8. KRS/ Nr ewidencyjny:

II. Przedmiot oferty

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego zamieszczonego w BZP w dniu 19.10.2016 r. przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu na dostawę echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

1. nettozł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT :zł

2. bruttozł

słownie:

III. Warunki płatności:

- a) wysokość odsetek za ewentualne nieterminowe płatności - nie wyższe niż ustawowe w skali roku.
- b) zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie: **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) od daty dostarczenia towaru i faktury do Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, ul. Królewiecka 146. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. Termin realizacji dostawy: **tygodni** (nie dłużej niż 12 tygodni) licząc od dnia podpisania umowy.

V. Oświadczamy, że udzielamy na zaoferowany przedmiot zamówienia: **miesięcy gwarancji** (nie mniej niż 36 miesięcy) liczonej od dnia przekazaniu oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

VI. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.

VII. Oświadczamy, że przedstawione dane w Załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ są prawdziwe. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia urządzenia spełniającego parametry określone ww. Załącznikach oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

VIII. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

X. Część zamówienia, której wykonanie powierzymy/ nie powierzymy podwykonawcom*
(Wykonawca, który powierzy część zamówienia podwykonawcom wymienia poniżej firmy podwykonawców)*

-
-

XI. Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!! w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług Wykonawca powyżej w formularzu ofertowym wpisuje tylko wartość netto bez kwoty podatku VAT.

XII. Oferta została złożona łącznie na kolejnych stronach
(uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty).

UWAGA!* - niepotrzebne skreślić

.....
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

**Echokardiograf z sondą przezprzelykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z
Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

1. Parametry techniczne odcinające przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
A.	PARAMETRY OGÓLNE		
1.	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK	
2.	System przewoźny o zwartej konstrukcji wyposażony w cztery koła, z możliwością blokowania.	TAK	
3.	Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50-60Hz	TAK	
4.	Aparat wykorzystujący cyfrowy beamforming	TAK	
5.	Regulacja wysokości panelu sterowania (pulpitu) przynajmniej w zakresie 0-20cm	TAK	
6.	Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo / prawo minimum +/- 30 stopni	TAK	
7.	Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1680x1050 pikseli	TAK	
8.	Możliwość zmiany położenia monitora w poziomie, obrotu względem klawiatury i pochylenia, przód/tył.	TAK	
9.	Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG	TAK	
10.	Moduł EKG wbudowany w aparat. Kabel ekg trójodprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne	TAK	
11.	Moduł oprogramowania do obsługi sondy przezprzelykowej 4D	TAK	
12.	Obrazowanie trójwymiarowe serca w ruchu z głowicy sektorowej przezprzelykowej.	TAK	
13.	Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca aktualizowane z jednego cyklu pracy serca.	TAK	
14.	Pakiet echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo	TAK	
B.	TRYBY OBRAZOWE		
1.	B-mode	TAK	

2.	Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D dla głowicy sektorowej: minimum 30cm, zależy od nastaw i sondy.	TAK	
3.	Powiększenie obrazu min. 4x w stosunku do rzeczywistej wielkości	TAK	
4.	M-mode	TAK	
5.	Kolor M-mode	TAK	
6.	Power Doppler	TAK	
7.	Regulacja bramki w zakresie min. 1-8 mm	TAK	
8.	Kolorowy Doppler Tkankowy	TAK	
9.	Doppler spektralny z falą ciągłą z max mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12 m/s	TAK	
10.	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami.	TAK	
C. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO - OBLICZENIOWE			
1.	Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań: - echokardiograficznych dorosłych - echokardiograficznych pediatrycznych - badań naczyniowych - badań TCD	TAK	
2.	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.	TAK	
3.	Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu	TAK	
4.	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	TAK	
5.	Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów	TAK	
6.	W cenę brutto oferty wliczone są koszty bezterminowego użytkowania oferowanego oprogramowania	TAK	
D. ARCHIWIZACJA			
1.	Pamięć CINE LOOP dla obrazów 2D	TAK	
2.	Pamięć CINE LOOP dla M-mode	TAK	
3.	Pamięć CINE LOOP dla PW	TAK	
4.	Dysk twardy o pojemności min 500 GB	TAK	
5.	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach JPEG, AVI, na pamięci typu USB pendrive	TAK	
6.	Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne i naczyniowe	TAK	
7.	Video Printer czarno - biały	TAK	
E. GŁOWICE			
1.	Matrycowa przezprzetykowa 4D (patrz pkt E1 w tabeli parametrów ocenianych)	TAK	

1a.	Kąt pola obrazowania min 90 stopni	TAK	
1b.	Maksymalna głębokość obrazowania min 18 cm.	TAK	
2.	Sektorowa przezklatkowa do badań dorosłych, wykonana w technice wielorzędowej lub innej	TAK	
2a.	Kąt pola obrazowania min 90 stopni	TAK	
2b.	Głębokość obrazowania min.30 cm	TAK	
3.	Liniowa naczyniowa , o zakresie częstotliwości obrazowania min. 4 – 9 MHz	TAK	
3a.	Głębokość obrazowania min.12 cm	TAK	
F. OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY			
1.	System do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej	TAK	
2.	Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego.	TAK	
3.	Sonda sektorowa przezklatkowa dziecięca o zakresie częstotliwości min. 3 – 8 MHz	TAK	
4.	Sonda sektorowa przezklatkowa neonatologiczna o zakresie częstotliwości min. 4 – 10 MHz	TAK	
5.	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej	TAK	
G. WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Stacja robocza z oprogramowaniem do analizy i obróbki obrazów w formacie 2D i 3D w czasie rzeczywistym, uzyskiwanych z aparatów echokardiograficznych	TAK	
2.	Wymagania techniczne dla stacji - komputer PC o minimalnych wymaganiach: - Dysk twardy min. 2TB - Karta graficzna min. 2GB - Pamięć RAM min. 8GB - Procesor Intel Core i7 - Nagrywarka DVD - Monitor min. 23"	TAK	
3.	Stacja i oprogramowanie służące do rejestracji i analizy danych zbieranych z głowic przezklatkowych i przezprzełykowych	TAK	
4.	Możliwość rozbudowy o pakiet analizy kurczliwości i frakcji wyrzutowej prawej komory na zapisanych obrazach trójwymiarowych serca	TAK	
H. INNE			
1.	Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub inny dokument wynikający z ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.	TAK	
2.	Certyfikaty i świadectwa wymagane zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych płatne przeglądy aparatu w okresie gwarancji	TAK	
3.	Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową	TAK	

2. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2.	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.	Tak	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.	Tak	
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.	Tak	
5.	Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	Tak	
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8.	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	Tak	
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	Tak	
10.	Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji – ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Tak	
11.	Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej.	Tak	

3. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
4.	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem	TAK	

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

4. Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
1.	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg oraz jeśli jest to możliwe z formalno-prawnego punktu widzenia.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	TAK	
4.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Lp	Parametry aparatu podlegające ocenie	Skala ocen	Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
A.	PARAMETRY OGÓLNE		
1.	Waga urządzenia poniżej 105 kg	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
2.	Ilość efektywnych kanałów cyfrowych: minimum 880 000	880 000 kanałów - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru	
3.	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat	Bez panelu dotykowego - 0 pkt Z panelem dotykowym - 3 pkt	
4.	Klawiatura alfanumeryczna dostępna na dotykowym panelu lub w panelu sterowania z możliwością wysuwania z obudowy.	Bez możliwości wysuwania - 0 pkt Z możliwością wysuwania - 3 pkt	
5.	Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej przezprzełykowej, objętościowej, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie.	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
6.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i PW – doppler - triplex	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
7.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i CW – doppler - triplex	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
8.	Funkcje postprocessing'u – dla trybu PW (pętla/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) a. Wzmocnienie b. Linia bazowa c. Korekcja kąta d. Inwersja spektrum e. Format wyświetlania f. Szybkość obrazowania (skala czasu) g. Pełna oś czasu h. Usuwanie słabych sygnałów i. Mapy szarości j. Koloryzacja	Za każdą funkcję 1 pkt	
9.	Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej - pole obrazowania od punktu styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej.	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
10.	Zakres częstotliwości pracy aparatu z głowicami USG przeznaczonymi do	Nie - 0 pkt Tak - 2 pkt	

	współpracy z tym aparatem: nie mniejszy niż 1,5÷12,0 MHz.		
B.	TRYBY OBRAZOWE		
1.	Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (minimum 952 obr./sek.)	952 obr./sek. - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru	
2.	Ilość częstotliwości harmonicznnych dla sondy sektorowej przezskłatkowej (minimum 3)	3 - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru	
3.	Anatomiczny M-mode: na „żywo”, na pętłach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji.	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
4.	M-mode „krzywoliniowy”	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
5.	Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 230 obrazów na sek.	230 obr./sek. - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru	
6.	Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzona prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s	6,5 m/s - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru	
D.	ARCHIWIZACJA		
1.	Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
E.	GŁOWICE		
1.	Matrycowa przezprzełykowa 4D , obejmująca obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, trójwymiarowe w trybie kolor doppler, wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym min. 2 płaszczyzn o zakresie częstotliwości min. 3 - 6,3 MHz .	2 płaszczyzny - 0 pkt Wartość największa - 4 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru	
2.	Ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz dla głowicy matrycowej przezprzełykowej 4D: min 2500	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
3.	Dla głowicy Sektorowej przezskłatkowej zakres częstotliwości obrazowania w 2D obejmujący przedział min. 1,5 - 4,6 MHz	Nie - 0 pkt Tak - 2 pkt	
4.	Dla głowicy sektorowej przezskłatkowej ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min 192	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
5.	Dla głowicy liniowej naczyniowej ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min 192	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
6.	Dla głowicy liniowej naczyniowej pole widzenia min. 42 mm +/- 2mm	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	

F. OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY			
1.	Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA”	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
2.	Obrazowanie niedopplerowskie przepływów.	Nie - 0 pkt Tak - 4 pkt	
3.	Podtrzymanie baterijne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek.	Nie - 0 pkt Tak - 3 pkt	
G. WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Funkcje oprogramowania: a. przegląd zdjęć, przechowywanie obrazów b. generowanie raportów c. projektowanie wzorów raportów d. pakiet pomiarów kardiologicznych e. anatomiczny M - mode f. analiza: - alternatywne funkcje pomiaru odkształcenia podłużnego mięśnia sercowego lewej komory z analizą ilościową i przedstawieniem parametrów wyników w formie wykresu kołowego "oko byka" - automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej	Wybrane funkcje - 0 pkt Wszystkie wymienione funkcje - 4 pkt	

.....
 data i podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=DxF	H=GxVAT	I=G+H
I.	Echokardiograf z sondą przezprzelykową	szt.	1					
	w tym:							
1.	Głowica matrycowa przezprzelykowa 4D	szt.	1					
2.	Głowica sektorowa przezklatkowa	szt.	1					
3.	Głowica liniowa naczyniowa	szt.	1					
4.	Komputer PC	szt.	1					
5.		szt.						
6.		szt.						
7.		szt.						
8.		szt.						
Razem wartość netto (od poz. 1 do 8 lub dalej)								
Razem kwota podatku VAT (od poz. 1 do 8 lub dalej)								
Razem wartość brutto (od poz. 1 do 8 lub dalej)								

- Wszystkie elementy wchodzące w skład echokardiografu należy wycenić w kolejnych poz. 5, 6, 7 itd. (przykład jak w tabeli).
- W poz. I należy podać cenę za cały echokardiograf z sondą przezprzelykową, natomiast w kolejnych poz. od 1 do 8 lub dalej należy wycenić wszystkie elementy wchodzące w skład echokardiografu z sondą przezprzelykową i zsumować wartość tych elementów. Cena echokardiografu z poz. I musi równać się cenie wszystkich elementów wchodzących w skład echokardiografu.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)
reprezentowany przez:*

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**dostawa echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – znak sprawy 45/2016**” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....

(*podpis*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....

(*podpis*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (*miejsowość*), dnia r.

.....

(*podpis*)

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**dostawa echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – znak sprawy 45/2016**” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ – znak sprawy 45/2016

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ – znak sprawy 45/2016 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

.....
Pieczęć Wykonawcy

**Oświadczenie
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „dostawę echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – nr postępowania 45/2016.

Oświadczamy, że:

1. Nie należymy do grupy kapitałowej*

2. Należymy do grupy kapitałowej*

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1.
2.
3.
4.
5.
- (...)

*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy			
Imię i Nazwisko		Data	Podpis
1.			
2.			

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 45/2016

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

Regon: nr 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
2. mgr Grażynę Sokołowską - Główny księgowy

zwanym dalej **Zamawiającym lub W.Sz.Z.**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....

.....

.....

REGON:

NIP:

KRS :

konto nr

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji: fabrycznie nowego echokardiografu z sondą przezprzełykową, którego rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, którego wymagane funkcje i parametry techniczne, gwarancja, serwis i szkolenia przedstawiono w Załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ, które stanowią załączniki do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.
2. Wykonawca gwarantuje, że ww. echokardiograf jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

§ 2

1. Dostawa echokardiografu z sondą przezprzełykową nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez niego transportem na Oddział Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.
2. Dostawa i montaż urządzenia łącznie z przekazaniem do eksploatacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag nastąpi w terminie: **tygodni** (nie dłużej niż 12 tygodni) od dnia podpisania umowy.
3. Termin przekazania do bieżącej eksploatacji echokardiografu ustala się na dzień jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
4. Wykonawca do dostawy urządzenia zobowiązany jest dołączyć plastikowy skoroszyt wpinany z wpiętymi następującymi dokumentami:
 - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę,
 - kopia podpisanej umowy zakupu z wymaganymi załącznikami,
 - kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowane wyroby wymogów ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych,
 - instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, dostarczy do siedziby Zamawiającego fakturę VAT (zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.), która będzie zawierała następujące dane: asortyment, numer katalogowy, nazwę producenta, rok produkcji, numer umowy.
6. Przy dostawie urządzenie musi zawierać dane identyfikacyjne: np. numer katalogowy producenta, nazwę producenta, typ, model itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia r.
7. Osobą upoważnioną do odbioru echokardiografu z sondą przezprzełykową i podpisania protokołu odbioru końcowego jest Pan Stanisław Nadraus – Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego lub inny upoważniony do tego pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi: **zł**
Słownie:
2. Cena zawiera podatek VAT w kwocie:**zł**

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar cenę zaoferowaną w ofercie przetargowej z dnia r.
2. Ceny netto dla przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawione w ofercie przetargowej z dnia r. nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy, tj. od daty jej podpisania do daty dostarczenia przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - b) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto.
4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
5. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 3 i 4 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
6. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§ 5

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: w terminie: **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.
Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek nie wyższych niż ustawowe w skali roku.

§ 6

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia echokardiografu z sondą przezprzełykową, które zapewnia Wykonawca nastąpią według Załącznika nr 2A do SIWZ, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie przetargowej z dnia r.

§ 7

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, a w przypadku nie wykonania skutecznej naprawy w zdefiniowanym terminie lub nie zapewnienia urządzenia zastępczego zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu dyspozycyjności urządzenia (zakończenia naprawy, lub dostarczenia urządzenia zastępczego) w wysokości i na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych

§ 8

1. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające w niniejszej umowie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 9

Za jakość, tożsamość oraz termin ważności dostarczanego towaru odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 10

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia **istotnie** niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie. **Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.**

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
 - b) w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczęła lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów uzależnionych od Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin jest zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 - 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 - 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości lub braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 13

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**Wzór Umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu, z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146,
82-300 Elbląg,

zwanym dalej „**Powierzającym**”,

reprezentowanym przez:

mgr Elżbietę Gelert - Dyrektora Naczelnego

a

.....

reprezentowanym przez:

1.

2.,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zaś łącznie zwanymi w dalszej części umowy „**Stronami**”.

W związku z zawarciem Umowy nr 45/2016, zwanej dalej „**Umową nr 45/2016**”, której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji: fabrycznie nowego echokardiografu z sondą przezprzełykową dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Strony postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1

Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące znaczenie niżej wymienionych określeń:

- 1) „**ustawa**” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),
- 2) „**rozporządzenie**” – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
- 3) „**dane osobowe**” – dane osobowe, w rozumieniu art. 6 ustawy,
- 4) „**Administrator danych**” – Powierzający w odniesieniu do danych osobowych powierzonych

Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową.

- 5) „**przetwarzanie danych osobowych**” – wszelkie operacje wykonywane na powierzonych danych osobowych.

Przedmiot umowy, zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych

§ 2

1. Na podstawie art. 31 ustawy Powierzający jako Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zawarte w historii choroby.
3. Powierzone przez Przekazującego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania przez Wykonawcę na rzecz Powierzającego usług szczegółowo opisanych w Umowie nr 45/2016 i w sposób zgodny z niniejszą Umową, ustawą, rozporządzeniem i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Przekazującego w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca przedstawi Powierzającemu wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy Nr 45/2016.
5. Pracownicy Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 złożą oświadczenia i otrzymają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy.
6. Dane osobowe, w zależności od potrzeb, będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Powierzającego lub w siedzibie Wykonawcy. Fakt każdorazowego przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Powierzającego poza jego siedzibę, potwierdza na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy. Po wykonaniu czynności serwisowych, Wykonawca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.
7. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia innym podmiotom przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania w imieniu i na rzecz Powierzającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Powierzającego do niewykorzystywania pozyskanych w związku z realizacją umowy informacji, w tym danych osobowych, w celach innych niż cel określony w Umowie nr 45/2016.

Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 36-39a ustawy.
2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem:
 - 1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
 - 2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki,
 - 3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego o:
 - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności

przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

- 2) każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych,
- 3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.
4. Powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
5. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 4, przedstawiciel Powierzającego sporządza protokół, który podpisują i otrzymują obie Strony. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe powierzone przez Powierzającego, w tym nagrań wideo w dowolnej formie, formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych, innych niż określone w Umowie nr 45/2016.

Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 4

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Powierzający, jako Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Powierzającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.

Współdziałanie Stron

§ 5

Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jej wykonanie.

Warunki wypowiedzenia Umowy

§ 6

1. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Wykonawca:
 - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
 - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Powierzającego,
 - 3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
 - 4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczególności niespełniania wymagań określonych w § 3.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Powierzającego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Nr 45/2016.

Rozwiązanie Umowy

§ 7

Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia Umowy nr 45/2016 i niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych, o których mowa w §2 i §3 pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe protokołem przekazanym Powierzającemu.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz rozporządzenia.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia obowiązywania Umowy Nr 45/2016.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

POWIERZAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załącznik Nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Elbląg, dnia r.
(data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznała(e)m się, rozumiem i będę przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz dokumentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności:

Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, obowiązujących w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepożądanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których uzyskam dostęp w trakcie realizacji Umowy nr 45/2016 z dnia r. również po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia, ponoszę odpowiedzialność na podstawie przepisów Rozdziału 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.

.....
imię i nazwisko pracownika Wykonawcy

.....
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Potwierdzam odbiór 1 egz. oświadczenia

.....
Czytelny podpis pracownika

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm),
– udziela się Panu/ Pani*:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy nr 45/2016.

Upoważnienie traci ważność po upływie terminu, na jaki Umowa nr 45/2016 została zawarta.

.....
(data i podpis Pracownika Wykonawcy)

.....
(podpis Administratora Danych)

* niepotrzebne skreślić

Potwierdzam odbiór 1 egz. upoważnienia

.....
Czytelny podpis pracownika