

Znak sprawy 41/2016

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.10.2016 r. pod numerem 2016/S 194-348773 na dostawę środków opatrunkowych oraz pakietów i zestawów zabiegowych dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 10-24.10.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 8, 9, 10, 11, 12 i 13 elastyczną siatkę opatrunkową o składzie 71% przędzy poliamidowej i 29% włókno elastyczne, bez zawartości bawełny, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 1. Nie

2. dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5 i 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 2. Nie

3. dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycje 1, 3, 4, 5 i 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 3. Nie

4. dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 w pozycji 3 opatrunek o wymiarach 10cm x 8cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 4. Tak

5. dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 3, 4 i 5, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 5. Nie

6. dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji 1, 2, 3 i 4, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 6. Nie

7. dot. pakietu nr 68

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 68 opatrunek donosowy wykonany z hemostatycznej gąbki z hydroksylowanego polimeru octanu winylu – Merocel?

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie Merocelu – brak stabilności opatrunku pianki PU

8. dot. pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamiast przylepca na tkaninie bawełnianej, przylepiec ze sztucznego jedwabiu?. Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 8. Tak

9. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do pakietu 6 opatrunku Jałowy, samoprzylepny, przezroczysty, elastyczny opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10cm x 12cm.

Ad. 9. Tak dopuszcza, ale tylko w zakresie pozycji Nr 1.

10. dot. pakietu Nr 65 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek do mocowania czujnika pulsoksymetrycznego o rozmiarach 7,5x1,9 cm zapinaną na rzep, 12,8 cm x 2,7 cm z rzepem, oraz 14,6 cm x 5,1 cm z rzepem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian,

Ad. 10. Tak

11. dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2,3,4 z pakietu nr 10 do oddzielnego pakietu? Zgoda na powyższe pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.

Ad. 11. Nie

12. dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 w pozycji 2 kompresy o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż **0,38 g**, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 12. Nie

13. dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 w pozycji 3 kompresy o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż **0,83 g**, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 13. Nie

14. dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 w pozycji 4 kompresy o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż **1,43 g**, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Ad. 14. Nie

15. dot. pakietu 63 poz. 1

Czy zamawiający wymaga i dopuszcza plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych) w opakowaniach zbiorczych pakowanych po 20 szt. w danym rozmiarze, pakowane oddzielnie z widoczną na opakowaniu pojedynczym datą ważności?

Ad. 15. Zamawiający dopuszcza proponowany sposób pakowania, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.

16. dot. pakietu 64 poz.1

Czy zamawiający wymaga aby powierzchnia odbijająca była w kolorze złotym co wspomaga prawidłowy pomiar temperatury z powierzchni ciała.

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

17. dot. pakietu nr 65 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski w następujących rozmiarach posiadające rzep w opakowaniach zbiorczych po 100szt pakowane oddzielnie:

Small / małe: 75 mm x 20 mm (+- 1mm)

Large / duże : 125 mm x 25 mm (+- 1mm)

X Large / extra duże: 150 mm x 50 mm (+- 1mm)

Ad. 17. Tak

18. dot. pakietu nr 65 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby opaski były wykonane z materiału NeoFoam który jest odporny na działanie światła UV oraz temperaturę?

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

19. dot. pakietu nr 66 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli plastry do ochrony przegrody nosa podczas terapii CPAP do bezpośredniego naklejania na noski kaniul nosowych lub innych adapterów nosowych zapobiegające odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa w rozmiarze długość 25 mm szerokość 12.5 mm o kształcie owalnym posiadające dwa otwory na noski o średnicy około 5 mm

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

20. dot. pakietu 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski z masą gipsową: 95% (α - i β -siarczan wapnia, hemihydrat)?

Ad. 20. Nie

21. dot. pakietu Nr 1 poz. 8, 10, 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek opatrunkowych o składzie 71 % poliamid i 29 % elastodien?

Ad. 21. Nie

22. dotyczy pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej zgodnej z SIWZ z zawartością lateksu?

Ad. 22. Nie

23. dot. pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 x 12 cm?

Ad. 23. Tak

24. dot. pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 cm x 25 cm lub 15 cm x 20 cm?

Ad. 24. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozmiaru 15cmx20cm.

25. dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku 20 g z odpowiednim przeliczeniem na 1350 szt.?

Ad. 25. Tak, ale pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

26. dot. pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. powierzchni klejącej 45 cm x 20 cm, o grubości folii 0,048 mm?

Ad. 26. Nie

27. dot. pakietu 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. powierzchni klejącej 15 cm x 20 cm, o grubości folii 0,048 mm?

Ad. 27. Nie

28. dot. pakietu 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 cm x 10 cm? Opatrunek wykonany z saszetki włókninowej – włókna

poliester/polietylen oraz filcu z węgla aktywowanego – włókna węgla aktywowanego impregnowane srebrem?

Ad. 28. Nie

29. dot. pakietu 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 cm x 20 cm? Opatrunek wykonany z saszetki włókninowej – włókna poliester/polietylen oraz filcu z węgla aktywowanego – włókna węgla aktywowanego impregnowane srebrem?

Ad. 29. Nie

30. dot. pakietu 31 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli rozm. 2 g, 30 cm?

Ad. 30. W opisie Zamawiający wpisał 2cm x 30 cm, ale dopuszcza rozmiar 2g x 30 cm.

31. dot. pakietu 58 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 8 cm x 9 cm?

Ad. 31. Tak, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

32. dot. zapisów umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 2 lit. d o następującej treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Ad. 32. Zamawiający nie wyraża zgody

33. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wydzieli z pakietu nr 4 poz. 1 oraz 2 tworząc z nich osobny pod pakiet 4a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Ad. 33. Nie

34. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 9, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach powierzchni klejącej nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x24cm dla poz. 1 oraz 24x16cm dla poz. 2, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Ad. 34. Zamawiający dla poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie rozmiaru 24x16 cm. Dla poz. 1 nie dopuszcza oferowanego rozmiaru.

35. dot. pakietu 1, pozycja 8-13

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej w formie rękawa wykonanej w z przędzy poliuretanowej (15%) i poliamidowej (85%)? Włókniny te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonna wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Ad. 35. Nie

36. dot. pakietu 1, pozycja 8-13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie pozycji od 8-13 z pakietu 1? Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert.

Ad. 36. Nie

37. dot. pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski o wymiarach: 6 cm x 4 m?

Ad. 37. Nie

38. dot. zapisów umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 38. Tak

39. dot. zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażąco stratą”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Ad. 39. Nie

40. dot. zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto danego zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Ad. 40. Nie

41. dot. zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Ad. 41. Nie

42. dot. zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli 48-godzinny termin rozpatrzenia reklamacji dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z dostawą. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Ad. 42. Tak

43. dot. pakietu 1, poz. 8-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej o składzie 70-80% poliamidowej przędzy teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej, w opakowaniu jednostkowym 10m?

Ad. 43. Nie

44. dot. pakietu 2, poz. 7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Ad. 44. Nie

45. dot. pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o składzie: 70% poliester, 30% wiskoza?

Ad. 45. Nie

46. dot. pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z folii polietylenowej?

Ad. 46. Nie

47. dot. pakietu 9, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o grubości 0,03 mm?

Ad. 47. Tak, zamawiający dopuszcza grubość 0,03mm.

48. dot. pakietu 10, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 0,411g?

Ad. 48. Nie

49. dot. pakietu 59, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 7cm x 7,1 cm?

Ad. 49. Nie

50. dot. Pakietu 5 poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to Państwu na pozyskanie korzystnej ceny jakościowej i cenowej na wydzielany asortyment.

Ad. 50. Nie

51. dot. Pakietu nr 5 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 5 x 7,5 cm

Ad. 51. Nie

52. dot. Pakietu nr 5 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 10 x 10 cm

Ad. 52. Nie

53. dot. Pakietu nr 5 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 15 x 10 cm

Ad. 53. Nie

54. dot. Pakietu nr 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to Państwu na pozyskanie korzystnej ceny jakościowej i cenowej na wydzielany asortyment.

Ad. 54. Nie

55. dot. Pakietu nr 8 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 9 x 11 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Ad. 55. Nie

56. dot. Pakietu nr 8 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Opatrunek z wycięciem do mocowania obwodowych wkłuc dożylnych z przezroczystej półprzepuszczalnej folii. Jałowy, posiadający ramkę ułatwiającą aseptyczną aplikację oraz dwa sterylne paski mocujące i metkę do oznaczania daty założenia wkłucia. Opatrunek wodoodporny, stanowiący barierę dla bakterii, odporny na środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu. Warstwa kleju akrylowego naniesiona w sposób nierównomierny gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej w rozmiarze 7 x 9 cm.

Ad. 56. Zamawiający dopuszcza rozmiar 7 x 9cm, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.

57. dot. Pakietu 6 poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x12cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Ad. 57. Tak, Zamawiający dopuszcza

58. dot. Pakietu 6 poz.2

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Ad. 58. Tak, Zamawiający dopuszcza

59. dot. Pakietu 15

Prosimy o dopuszczenie sterylnego antybakteryjnego opatrunku regulującego poziom wilgoci w ranie. Opatrunek składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%).

Opatrunek samoprzylepny w rozmiarze 17,5cm x 17,5cm.

Ad. 59. Tak, Zamawiający dopuszcza

60. dot. Pakietu 16

Prosimy o dopuszczenie sterylnego antybakteryjnego opatrunku regulującego poziom wilgoci w ranie. Opatrunek składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%).

Opatrunek samoprzylepny w rozmiarze 21cm x 21 cm.

Ad. 60. Tak, Zamawiający dopuszcza

61. dot. Pakietu 18

Prosimy o dopuszczenie sterylnego antybakteryjnego opatrunku regulującego poziom wilgoci w ranie. Opatrunek składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w

strukturę włókien jonami srebra (1,2%). Opatrunek samoprzylepny w rozmiarze 10cm x 10 cm.

Ad. 61. Tak, Zamawiający dopuszcza

62. dot. Pakietu 19

Prosimy o dopuszczenie sterylnego antybakteryjnego opatrunku regulującego poziom wilgoci w ranie. Opatrunek składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%). Opatrunek samoprzylepny w rozmiarze 12,5cm x 12,5 cm.

Ad. 62. Tak, Zamawiający dopuszcza

63. dot. Pakietu 24

Prosimy o dopuszczenie sterylnego antybakteryjnego opatrunku regulującego poziom wilgoci w ranie. Opatrunek składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa). Opatrunek samoprzylepny w rozmiarze 10x10cm.

Ad. 63. Tak, Zamawiający dopuszcza

64. dot. pakietu 57 poz. 1

Czy zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, w szczególności cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bezłateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Ad. 64. Tak.

65. dot. pakietu Nr 4 Poz. nr 1-4, 6-8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania przylepców, plastra z opatrunkiem i taśmy chirurgicznej na kleju kauczukowym?
Z badań klinicznych wynika, że opatrunki oraz przylepce posiadające warstwę przylepną zawierającą zarówno klej akrylowy jak i klej bazujący na syntetycznym lub naturalnym kauczuku są bezpieczne dla skóry. Wyżej wymienione kleje nie oddziałują toksycznie, alergizująco ani też uczulająco na skórę.

Ad. 65. Nie

66. dot. pakietu Nr 4 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na włókninie o składzie 20%poliester, 80% celuloza?

Ad. 66. Nie

67. dot. pakietu Nr 4 Poz. nr 2 i 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca i plastra z opatrunkiem na tkaninie wiskozowej?

Ad. 67. Nie

68. dot. pakietu Nr 5 Poz. nr 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 12,5 x 12,5cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 68. Tak

69. dot. pakietu Nr 5 Poz. nr 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 69. Tak

70. dot. pakietu Nr 5 Poz. Nr 23 - prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości pasków do zamykania ran.

Ad. 70. 100 szt.

71. dot. pakietu Nr 10 Poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych z gazy o wadze pojedynczego kompresu min. 0,38 g/m²? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Ad. 71. Nie

72. dot. pakietu Nr 10 Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych z gazy o wadze pojedynczego kompresu min. 0,83 g/m²? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Ad. 72. Nie

73. dot. pakietu Nr 10 Poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych z gazy o wadze pojedynczego kompresu min. 1,44 g/m²? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Ad. 73. Nie

74. dot. pakietu Nr 14 poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zmiany opatrunku o następującym składzie:

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5 cm
 - 1 x pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5 cm
 - 6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki
- Opakowanie Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki

Ad. 74. Nie

75. dot. pakietu Nr 14 poz. Nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do usuwania szwów o następującym składzie:

- 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki
- 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm
- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Ad. 75. Nie

76. dot. pakietu Nr 14 poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Ad. 76. Nie

77. dot. pakietu Nr 14 poz. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wklucia centralnego o następującym składzie:

- 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu
- (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
- 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana)

- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
 - 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
 - 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
- Opakowanie** Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Ad. 77. Nie

78. dot. pakietu Nr 14 poz. Nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu cewnikowania o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
- 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm
- 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)
- 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Ad. 78. Nie

79. dot. pakietu Nr 14 poz. Nr 1-6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu aby na opakowaniach znajdował się wskaźnik sterylizacji. Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji posiada tylko jedna firma, Wprowadzony w SIWZ wymóg uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ad. 79. Nie