

Ogłoszenie nr 332943 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.



Elbląg: dostawa wieży laparoskopowej VISERA ELITE – 1 szt.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**
nie

**Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przewodzenie postępowania:**

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych:**

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 17074593000000, ul. ul. Królewiecka 146, 82300 Elbląg, państwo , woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 2344111, faks 552 345 547, e-mail mdudzinska@szpital.elblag.pl Adres strony internetowej (URL): www.szpital.elblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wieży laparoskopowej VISERA ELITE – 1 szt.

Numer referencyjny 46/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: wieża laparoskopowa VISERA ELITE – 1 szt. o wymaganych parametrach granicznych, na warunkach gwarancji, serwisu, szkolenia, które zostały określone w Załączniku Nr 5 do niniejszego zaproszenia.

II.5) Główny kod CPV): 33100000-1,

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 178375.75

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Podstawa prawna art.67 ust. 1pkt. 1 lit. a) - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności :
dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnych charakterze. **UZASADNIENIE FAKTYCZNE:** Jedyń dostępny na rynku produkt z zintegrowanym system światłowodów i obrazowodu z kamerą CCD umieszczoną na końcu układu. System ten pozbawiony jest soczewek, obraz powstaje na końcówce laparoskopu, a nie tak jak w innych wyrobach przekazywany przez zestaw soczewek do kamery znajdującej się w rękojeści klasycznego laparoskopu. Jest w związku z tym ostry, o wyraźnych, naturalnych kolorach i bardzo dobrej rozdzielczości. Ma to ogromne znaczenie podczas operacji wykonywanych w małej przestrzeni, np. miednicy mniejszej, gdzie zakres ruchów narzędzi operacyjnych i kamery laparoskopu odbywa się często w promieniu zaledwie 10 - 15 cm we wszystkich kierunkach, a struktury, które należy zidentyfikować w celu uniknięcia ich uszkodzenia mają średnicę do 1-3 mm (jak w przypadku nerwów splotów przedkrzyżowych i podbrzusnych). Przetworniki CCD na końcu dystalnym gwarantują ostrość i równomierne doświetlenie obrazu na całej jego powierzchni bez konieczności dostosowywania ostrości pokrętkiem lub przyciskiem podczas zabiegu. Dodatkowo przetworniki CCD na końcu dystalnym wideolaparoskopu pozwalają na uniknięcie aberracji chromatycznych i zniekształceń

powstających poprzez załamywanie się światła na soczewkach „klasycznych optyk”. Opisane funkcje wideolaparoskopu nie mają odpowiednika w systemie głowicy kamery i optykach więc obu technologii nie można porównać. - dużym problemem podczas operacji laparoskopowych jest parowanie końcówki optyki, co utrudnia operowanie znacznie pogarszając widoczność. W celu poprawienia widoczności należy za każdym razem usuwać optykę z jamy brzusznej i przecierać ją, co powoduje przerwy w zabiegu, ponowne ustawianie systemu i „łapanie ostrości”. Produkt Olympusa (wideolaparoskop) zaopatrzony jest w sensor temperatury, dzięki któremu końcówka wideo laparoskopu ma zawsze kontrolowaną temperaturę 37st. C i zabezpieczona jest przed parowaniem, co z kolei pozwala uzyskać klarowny obraz endoskopowy od początku do końca wykonywanej procedury, co znacznie polepsza bezpieczeństwo zabiegu i skraca jego czas. W zaawansowanych operacjach laparoskopowych takich jak resekcja odbytnicy w chirurgii onkologicznej, usuwanie narządów rodnych w ginekologii, resekcja prostaty lub nerki w urologii ma to ogromne znaczenie ze względu na trudność i złożoność tych operacji wykonywanych metodą laparoskopową. - zintegrowany wideolaparoskop można poddać w całości sterylizacji w autoklawie wraz z układem elektronicznym, bez konieczności oddzielnej sterylizacji światłowodu, optyki i obrazowodu (jeden pakiet zamiast trzech). Nie ma potrzeby podłączania kamery i zabezpieczania jej folią sterylną przed zabiegiem, ponieważ EndoEye można w całości poddać sterylizacji w autoklawie. Brak folii na obudowie kamery ułatwia dostęp do przycisków funkcyjnych przez operatora. Reasumując wideolaparoskop firmy Olympus jest najbardziej racjonalnym wyborem spośród testowanych i dostępnych na rynku laparoskopów z przeznaczeniem do zaawansowanych zabiegów laparoskopowych w chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, ginekologii i urologii. W naszej ocenie możliwości techniczne aparatu zwiększają precyzję zabiegów, ograniczają ryzyko powikłań .

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o., , ul.Suwak 3, 02-676, Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie