

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę preparatów chemicznych do: mycia, dezynfekcji i konserwacji instrumentarium, sprzętu i podłoża, dezynsekcji i deratyzacji w 23 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu w okresie 18 miesięcy, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **24.10.2016r.**, numer ogłoszenia: **329002 - 2016**.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 31.10.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) **Pakiet 14 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci bakteriostatycznego żelu, który może pozostać na narzędziach 72h i nie wymaga splukiwania przed maszynową dekontaminacją narzędzi, w opakowaniach 650 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) **Pakiet 5.** Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb.

Zamawiający odpowiada:

Tak, jeżeli zawiera pozostałe składniki opisane w SIWZ.

3) **Pakiet 7.** Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (niezawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji.

Zamawiający odpowiada:

Tak, preparat spełnia wymagania SIWZ.

4) Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia z możliwością stosowania do 30 dni?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

5) Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający wymaga walidowanych testów paskowych do kontroli aktywności roztworu?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

Dotyczy Pakietu nr 5 i 6:

6) Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1) w czasie do 5 min.?

Zamawiający odpowiada:

Tak, preparat spełnia wymagania SIWZ.

7) Czy Zamawiający wymaga preparatu stabilnego podczas stosowania i pozwalającego na moczenie oprzyrządowania nawet do 72 godzin?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

8) Z uwagi na szeroką dostępność preparatów z możliwością wielogodzinnego moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym czy Zamawiający wymaga potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

Dotyczy Pakietu nr 8 i 9:

9) Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty, spełniające wymagania SIWZ, skuteczne wobec grzybów na poziomie Candidy albicans?

Zamawiający odpowiada:

Tak, preparaty spełniają wymagania SIWZ.

10) Dotyczy Pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w 15 minut – 0,5%: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota, HIV), sporobójczy (Clostridium difficile)?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

Dotyczy Pakietu nr 14:

11) Z uwagi na dostępność preparatów z możliwością wielogodzinnego zwilżania oprzyrządowania w roztworze roboczym czy Zamawiający wymaga potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

12) Mając na uwadze udowodnione właściwości myjące preparatów posiadających w składzie kompleks enzymów (amylazy, proteazy i lipazy), które skutecznie rozkładają cukry, białka i tłuszcze do substancji prostych oraz usuwają biofilm, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał powyższe właściwości i zawierał w składzie enzymy z różnych grup chemicznych (amylazę, proteazę i lipazę)?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

13) Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał w swoim składzie poliheksanid, który sprawia, że preparat doskonale rozkłada zanieczyszczenia i brak jest efektu wytrącania się osadów?

Zamawiający odpowiada:

Nie.

14) **Pakiet nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu enzymatycznego, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi o spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), V (BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

15) **Pakiet 8.** Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i alkoholi, zawierający substancje zapachowe?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

16) **Pakiet 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie nadtlenu wodoru o spektrum działania: B, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

17) Do pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, na bazie etanolu i 2-propanolu o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (C. albicans) (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, spełniający wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

18) Do pakietu 19: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ zawierający w składzie do 3% czwartorzędowych związków amoniowych?

Zamawiający odpowiada:

Tak, preparat spełnia wymagania SIWZ.