

Oznaczenie postępowania 42/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.10.2016 r. pod numerem 2016/S 195-351017 na dostawę:

Pakiet nr 1: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy;

Pakiet nr 2: odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 3 Wykonawców, w wymaganym terminie tj. do 26.10.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w zapisie "brak interferencji ze strony odczynnika reumatoidalnego do 400 IU/ml" (Warunki graniczne analizatora podstawowego) nie znalazła się omyłka pisarska i czy zapis ten nie powinien brzmieć "brak interferencji ze strony czynnika reumatoidalnego do 400 IU/ml"?

Zamawiający odpowiada

Tak. Nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy zastosowanie odczynnika do D-dimerów w wykluczeniu ŻchZZ powinno być również potwierdzone odpowiednimi oficjalnymi zapisami w ulotce, potwierdzającymi czułość kliniczną i negatywną wartość produkcyjną bliską 100%, ustaloną w badaniach klinicznych?

Zamawiający odpowiada

Tak.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowego półautomatu do inkubacji testów typu blot i ujęcie dodatkowej dzierżawy sprzętu w Arkuszu asortymentowo-cenowym nr 3 (Załącznik nr 2C do SIWZ)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego półautomatu do inkubacji testów typu blot pod warunkiem, że miesięczny koszt za dzierżawę będzie nie wyższy niż 50,00 zł netto.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 21 zamiast testu Saccharomyces cerevisiae IgM (ASCA Elisa) test Saccharomyces cerevisiae w klasie IgG (ASCA Elisa)?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania testu D-dimer z poświadczeniem przeznaczenia wykluczenia ŻCHZZ (zatoru płucnego i zakrzepicy żył głębokich) dokonanych przez europejską jednostkę notyfikowaną (badania oparte są m.in. na badaniach klinicznych wykonywanych w niezależnych jednostkach).

Wymaganie wyłącznie certyfikatu FDA jest rażącym ograniczeniem konkurencji poprzez naruszenie art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 2. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zobligowany jest zaakceptować inny certyfikat wydany przez inne równoważne jednostki oceniające.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza inny alternatywny certyfikat potwierdzony w ulotce odczynnika, ze stosownym zapisem potwierdzającym czułość kliniczną i negatywną wartość produkcyjną bliską 100%, ustaloną w badaniach klinicznych.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania odczynnika do APTT gotowego do użytku, zawierającego kwas elagowy jako aktywator.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania analizatora z wewnętrznym automatycznym czytnikiem kodów kreskowych dla prób badanych. Skanowanie odczynników odbywa się manualnie (wymagane zeskanowanie łatwo dostępnym czytnikiem wewnętrznym max. 3-4 kodów w ciągu dnia).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania analizatorów (podstawowy i zastępczy) wykonujących panel badań: PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, TT, Białko C i Wolne S, D-dimery, AT III.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie (na wezwanie) kart charakterystyki na płycie CD?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza odczynnik do D-dimerów z brakiem interferencji ze strony odczynnika reumatoidalnego do 50 IU/ml?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.