

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania o złożenie ostatecznej oferty cenowej w związku z planowanym udzieleniem zamówienia do 30 000 euro w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- dostawę Respiratora Stacjonarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.11.2016 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

- 1) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowanym akumulatorem zapewniający pracę na ok. 240 min.? Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczną pracę bez potrzeby dodatkowego akumulatora.

Ad. 1. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

- 2) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością zewnętrznego zasilania 24V w przypadku awarii głównego i wyczerpania akumulatorów. Dodatkowo oferowany respirator posiada zasilanie akumulatorowe pozwalające na ciągłą wentylację pacjenta przez okres 4 godzin.

Ad.2. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

- 3) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez możliwości rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością?

Ad.3. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

- 4) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w zakresie od 0,1 do 15 cmH₂O ?

Ad. 4. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

- 5) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie 5-95% przepływu szczytowego ?

Ad. 5. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

6) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z funkcją wstrzymania na wdechu do 10 sekund? Taki zakres wstrzymania na wdechu i wydechu jest całkowicie wystarczający do poprawnej wentylacji pacjentów.

Ad. 6. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

7) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z funkcją kompensacji podatności układu oddechowego bez możliwości włączania i wyłączenia w trakcie wentylacji?

Ad.7. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego

8) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający manualne ustawienie stężenia tlenu stosowanego w aktualnym trybie wentylacji przy wystąpieniu bezdechu oraz możliwość podaży 100% tlenu w czasie 2 minut natomiast bez automatycznego rozpoznania odłączenia oraz bez zatrzymania respiratora? Ze względu na możliwość nagłej zmiany stanu pacjenta to forma ustawień manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza.

Ad.8. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego

9) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający ciśnienie wdechowe i wspomaganie w zakresie do 80 cmH₂O? Ze względu na fizjologię człowieka, taki zakres ciśnienia jest całkowicie wystarczający do poprawnej wentylacji pacjentów.

Ad.9. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego

10) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 13,3 bez możliwości regulacji nachylenia ekranu ?

Ad.10. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego

11) -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający zamiast pomiaru parametru ciśnienie PEEP_{total} parametr autoPEEP?

Ad.11. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego

12) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w zewnętrzny czujnik przepływu montowany do układu oddechowego pacjenta z możliwością sterylizacji ?

Ad.12. Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego