

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania o złożenie ostatecznej oferty cenowej w związku z planowanym udzieleniem zamówienia do 30 000 euro w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- dostawę Respiratora Stacjonarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.11.2016 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający dopuści zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2,8-6 bar?

Ad.1 Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym.

2) Czy Zamawiający dopuści regulowany czas wdechu zakres 0,2 do 5s?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym

3) Czy Zamawiający dopuszcza ciśnienie wydechowe PCV zakres 2-80 cm H2O?

Ad.3 Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym

4) Czy Zamawiający dopuszcza ciśnienie wspomagania PSV zakres 2-80 cm H2O?

Ad.4 Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym

5) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w parametrach wyświetlanych pkt. 17.P 0,1?

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym