

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania o złożenie ostatecznej oferty cenowej w związku z planowanym udzieleniem zamówienia –w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawę Systemu Monitorującego Funkcje Życiowe (Monitory i Centrala) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 29.11.2016r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor ze złączem USB służącym do aktualizacji oprogramowania oraz do zapisu danych na zewnętrznym nośniku typu Pendrive w celu późniejszego odczytu danych na komputerach zewnętrznych?

Ad.1 Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

2. Czy Zamawiający może określić jakiego oczekuje sposobu komunikacji kardiomonitorów ze stanowiskiem centralnego monitorowania ? Przewodowego czy bezprzewodowego. Czy kardiomonitor mają posiadać jedynie możliwość bezprzewodowej komunikacji?

Ad.2 Komunikacja kardiomonitorów z centralą ma przebiegać w zbudowanej w całości przez Wykonawcę sieci LAN. Połączenie kardiomonitorów stacjonarnych - przewodowe (RJ45), współpraca kardiomonitorów mobilnych - przewodowe (RJ45) oraz bezprzewodowe (Wi-Fi). Ekran kopiujący - połączenie przewodowe.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację monitorowania wyposażoną w opcję drukowania informacji o pacjencie wraz alarmami i krzywymi, ale bez drukowania dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń?

Ad.3 Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego.

4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację monitorowania bez możliwości rozbudowy o podane funkcje statystyczne?

Ad.4 Zamawiający nie dopuści do postępowania przetargowego.