

Elbląg. 30.11.2016r.

Oznaczenie sprawy 50/2016

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca jednojamowych i dwujamowych wraz z zestawem elektrod oraz introducerów z jednoczesnym użyczeniem na okres użytkowania stymulatorów urządzeń niezbędnych do ich programowania w 4 pakietach dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Oddz.Szpitala Zespolonego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 216- 393081 z dnia 09.11.2016r z póź. zm.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniach 22.11.2016r. i 25.11.2016r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet 3 poz. 11 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatora z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku, a w komorze zgodnie z opisem w SIWZ?
2. Pakiet 4 poz. 11 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatora z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku, a w komorze zgodnie z opisem w SIWZ?
3. dot. Pakietu 4 Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające jedynie refrakcję w przedsionku (A. Refractory Period 150; 160... 310 ... 500 ms (+5; -30 ms)?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie stymulatora z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku, a w komorze zgodnie z opisem w SIWZ w Pakiecie nr 3 poz. 11 .

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie stymulatora z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku, a w komorze zgodnie z opisem w SIWZ w Pakiecie nr 4 poz. 11 .

Ad.3 – Zamawiający nie wyraża zgody.





