

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania o złożenie ostatecznej oferty cenowej w związku z planowanym udzieleniem zamówienia do 30 000 euro –w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych- dostawę Inkubatora noworodkowego do intensywnej opieki medycznej dla potrzeb Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 13.12.2016r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający oczekuje aby panel sterujący był ruchomy (w obu płaszczyznach) umożliwiając zgodnie z zapisem SIWZ obserwację i obsługę z obu stron inkubatora?

Ad.1. Zamawiający nie oczekuje aby panel sterujący był ruchomy (w obu płaszczyznach) w postępowaniu przetargowym.

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w otwierane ścianki boczne, wyposażone w mechanizm wolnego opadania, zabezpieczający je przed przypadkowym opuszczeniem i uszkodzeniem ścianki ?

Ad 2. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.

3. Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w szufladę na kasety RTG wysuwaną obustronnie bez konieczności otwierania ścianek bocznych inkubatora a co za tym idzie bez konieczności niepotrzebnej ingerencji w przedział noworodka?

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.

4. Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w regulację nachylenia materacyka bez konieczności otwierania ścianek bocznych, ani też drzwiczek inkubatora? Każda dodatkowa ingerencja we wnętrzu inkubatora prowadzi do stresu noworodka i podniesieniu hałasu wewnątrz inkubatora co zakłóca prawidłowy rozwój noworodka.

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.

5. Czy Zamawiający wymaga aby system minimalizacji spadku temperatury kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu noworodka podczas otwarcia ścianki bocznej inkubatora, była również częścią automatyki inkubatora tj. uruchamianą automatycznie w momencie otwarcia ścianki bocznej inkubatora?

Ad.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.

6. Czy pod pojęciem „poziom głośności w czasie pracy inkubatora” Zamawiający rozumie pracujący inkubator z włączonym nawilżaniem oraz podażą tlenu?

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.

7. Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie mierzone parametry były wyświetlone na ekranie inkubatora?

Ad.7. Zamawiający nie oczekuje aby wszystkie mierzone parametry były wyświetlone na ekranie inkubatora?

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyłącznie jednej szuflady otwieranej obustronne bez dodatkowej półki?

Ad.8. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyłącznie jednej szuflady otwieranej obustronne bez dodatkowej półki?

9. Czy Zamawiający oczekuje aby na monitorze były wyświetlane i zapisywane trendy: wilgotności, temperatury i stężenia tlenu?

Ad.9. Zamawiający nie oczekuje aby na monitorze były wyświetlane i zapisywane trendy: wilgotności, temperatury i stężenia tlenu?

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu inkubator wyposażony w 9 calowy wyświetlacz LED obsługiwany przy pomocy przycisków ?

Ad.10. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.

11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu inkubator wyposażony w zamontowany pulsoksymetr w technologii Nellcor ?

Ad.11. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.

12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania najnowszej generacji inkubator zamknięty, urządzenie międzynarodowego producenta jakim jest GE Healthcare – GiraffeIncubatorCarestation? Urządzenie wyposażone jest w duży, ponad 10 calowy, kolorowy wyświetlacz LCD sterowany poprzez ekran dotykowy umieszczony w taki sposób, że istnieje możliwość obsługi urządzenia z obu stron. Inkubator wyposażony jest w specjalny, przeciwoślepy materacyk, który można obracać, co ułatwia dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go. Ponadto urządzenie ma możliwość automatycznego doboru temperatury komfortu cieplnego na podstawie wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego. Oferowany inkubator zapewnia ograniczenie niepotrzebnego hałasu wokół dziecka, dzięki odpowiedniemu położeniu głośników oraz niskiemu poziomowi hałasu wewnątrz kopuły na poziomie poniżej 40dB. Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta, system nawilżania i podażą nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora zmniejsza ryzyko pojawienia się drobnoustrojów. Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, ponieważ wymagane na chwilę obecną parametry spełniane są przez jednego producenta.

Ad.12. Zamawiający utrzymuje zapisy wymagań w załączniku Nr 1 do zaproszenia.