

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostyczno - ochronnych w 10 pakietach dla potrzeb WSZ w Elblągu w okresie 18 miesięcy, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **12.15.2016r.**, numer ogłoszenia: **367943 - 2016**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 19.12.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Zadanie 5

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem $AQL \leq 1,5$?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2) Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości palca min. 0,16 mm (grubość palca waha się od 0,16 mm do 0,20 mm), pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości palca min. 0,16 mm (grubość palca waha się od 0,16 mm do 0,20 mm), pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie protein poniżej 70 ug/ g, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5)Pakiet nr 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie AQL = 1,5, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

6)Pakiet nr 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie protein poniżej 100 ug/ g, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7)Projekt umowy – par. 4 ust. 3 lit. d)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 18 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.

Zamawiający odpowiada:

Autonomiczność woli stron.

W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

8)Projekt umowy - §6 ust. 2

Prosimy o zmianę kary umownej przewidzianej w §6 ust. 2 z 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)“Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9) Projekt umowy - §7 ust. 3

Prosimy o zmianę kary umownej przewidzianej w §7 ust. 3 ze 100 zł za każdy dzień na np. 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.

Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Zamawiający odpowiada:

Nie, zdaniem Zamawiającego jest to właściwa klauzula.

10) Projekt umowy

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów w koszt, którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie jest w stanie podać prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego

11) Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe z specjalną antypoślizgową warstwą na całej powierzchni?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice.

13) Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne nitrylowe ze specjalną antypoślizgową warstwą na całej powierzchni?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

14) Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimeryzowane o grubości na palcu 0,21mm ($\pm 0,02$ mm) z specjalną antypoślizgową warstwą na całej powierzchni spełniające pozostałe parametry swiz?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w rękawic.

15) Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, o zawartości protein 137 μ g/g ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

16) Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ok. 89 μ g/g ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

17) Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm ($\pm 0,02$ mm)?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

18) Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

19) Pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200 szt (XS-L) oraz a'180szt (XL) z przeliczeniem ilości oraz wyceną za 6 000 opakowań?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

20) Pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL = 1,5?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

21) Pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 83\mu\text{g/g}$?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

22) Pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice z specjalną antypoślizgową warstwą na całej powierzchni?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

23) Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice z specjalną antypoślizgową warstwą na całej powierzchni?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

24) Pytania ogólne:**Pytanie nr 1**

Prosimy o uszczegółowienie czy opisane rękawice w Załączniku nr 1 poz. 1-10 uznać należy za pojedyncze pakiety a w efekcie można złożyć ofertę na poszczególne pozycje czy jest to jeden niepodzielny pakiet ?

Zamawiający odpowiada:

Załącznik Nr 1 do SIWZ zawiera 10 pakietów (od Nr 1 do Nr 10), każda pozycja stanowi oddzielny pakiet. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jeden pełny pakiet określony odpowiednio w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

25) Pytanie nr 2

Prosimy o uszczegółowienie nr pakietu dla rękawic diagnostycznych nitrylowych sterylnych oraz rękawic z polichlorku winylu jaki diagnostycznych niesterylnych lateksowych pudrowanych ?

Zamawiający odpowiada:

SIWZ nie przewiduje rękawic diagnostycznych sterylnych.

26) Poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Posiadających

zewnątrzną warstwę antypoślizgową, mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień, o poziomie AQL po zapakowaniu 0,65.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

27) Poz. 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, cienkich, o poziomie oznaczonym jako AQL <1,5 - informacja na opakowaniu wraz ze stosownym piktogramem szczelności dla mikroorganizmów oraz z informacją na opakowaniu o poziomie kontroli jakości G1 zgodnym z wymaganiami EN 455-1 AQL 1,5, mikroteksturowane na całości lub na końcach palców, grubość na palcach min. 0,1 mm z tolerancją +/- 0,02 mm, dłoń 0,07 mm, zgodność z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 - potwierdzona na opakowaniu, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 lub alternatywną – min 10 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i 70% izopropanol z czasem przenikania 22 min, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem serii, datą ważności, nr katalogowym producenta i co najmniej 5 substancji z poziomami ochrony. Opakowanie 100 szt.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

28) Poz. 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.)

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

29) Poz. 6

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein <115 µg/g.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

30) Poz. 6

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.).

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

31) Poz.10

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.).

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

32) Poz.10

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o przedłużonym mankiecie do procedur wysokiego ryzyka, o długości min. 260 mm, opakowanie max 150 szt.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

33) Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 2 i 3.

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne sterylne, składane w połowie?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

34) Pytanie 2 – dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 10% w § 6 ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

35) Dotyczy pozycji nr 2 pakietu 1.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 rękawice o zawartości protein <50mg/g, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

36) Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic, dla których poziom protein jest ≤ 50 mg/g?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

37) Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic, dla których AQL $\leq 1,5$?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

38) Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic, dla których poziom protein jest ≤ 85 mg/g?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

39) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godziny dostaw z 13:30 do 15:00?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

40) Czy Zamawiający może określić, jaki procent umowy zostanie przez niego zrealizowany?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie może określić, jaki procent umowy zostanie przez niego zrealizowany.

41) Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 do 5% wartości niedostarczonej części zamówienia?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

42) Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem Załącznika Nr 6 do SIWZ, patrz. § 4 ust. 3 pkt. c.