

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017 r. pod numerem 1107-2017 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach – dezynfektorach w 15 pakietach w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 5 Wykonawców, w wymaganym terminie tj. do 09.01.2017 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 13: Czy Zamawiający dopuści do oceny chemicznej sprawdzian sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnej taśmy z naniesionym atramentem wskaźnikowym o rozmiarze 18 mm x 55 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmę o szerokości 24 mm, która tylko nieznacznie różni się rozmiarem od opisanej (1 mm różnicy)?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby substancja testowa naniesiona była z dwóch stron, co przy użyciu uchwytu daje możliwość kontroli mycia w czterech płaszczyznach? Takie rozwiązanie znacząco podnosi efektywność kontroli mycia.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o możliwości stosowania testu w myjce ultradźwiękowej?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aktualnego dokumentu producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 3: Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „kompatybilny w zakresie metody odczytu”? Czy Zamawiający wymaga testu o szybkim odczycie 3h, czy 24h?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający przez „kompatybilny w zakresie metody odczytu” rozumie test, który można inkubować w inkubatorze Attest firmy 3M.

Zamawiający nie wymaga testu o szybkim odczycie 3h ani 24h.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1: Uprzejmie prosimy o określenie parametrów dezynfekcji do jakiej mają być przeznaczone wymagane testy 90°C/5 min. lub 93°C/10 min.?

Zamawiający odpowiada

93°C/10 min.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.