

Do wszystkich uczestników  
postępowania

Dotyczy: postępowania o złożenie ostatecznej oferty cenowej w związku z planowanym udzieleniem zamówienia –w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do 30 000 euro na sprzedaż i dostawę zestawów do cementoplastyki trzonów kręgów piersiowych i lędźwiowych oraz zestawów do biopsji tkankowej z kości kręgosłupa

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 17.01.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**1 Pakiet- nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby cement posiadał konsystencję pasty do zębów zaraz po wymieszaniu, oraz czas pracy w temperaturze 21 st. Celsjusza co najmniej 17 minut?

**Ad.1. Zamawiający wymaga, aby cement posiadał standardowe cechy produktu wymagane do przeprowadzenia procedury wertebroplastyki natomiast konsystencja pasty do zębów po wymieszaniu (niekoniecznie „zaraz” po wymieszaniu); musi posiadać względną plastyczność przez okres kilkunastu nawet minut po wymieszaniu na czas umożliwiając podanie cementu do kręgosłupa ( nie koniecznie musi to być 17 minut, ale czas ten nie powinien być zbyt krótki).**

**2. Pakiet- nr 1**

Czy Zamawiający dopuści Cement PMMA dwuskładnikowy o pojemności 16ml?

**Ad2. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.**

**3. Pakiet nr1.**

Czy Zamawiający dopuści czas aplikacji 14-16 min?

**Ad.3. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego**

**4. Pakiet nr1**

Zamawiający dopuści podwyższoną gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu?

**Ad.4. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.**

**5. Pakiet Nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści cement o konsystencji plasteliny?

**Ad.5. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.**

**6. Pakiet Nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast-siarczan baru)?

**Ad.5. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego**

**7. Pakiet Nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw podajnik umożliwiający kontrolę ilości podanego cementu?

**Ad.7. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego**

**8. Pakiet Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej –wodnej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa?

**Ad.8. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.**

**9. Pakiet Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści cement przechowywany w temperaturze pokojowej?

**Ad.9. Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego.**

**10. Pakiet Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet: 1 szt. igła do podawania cementu, 1 szt.cement wraz z mikserem , 1 szt. system do podawania cementu ,2szt. pojemnik na cement

**Ad.10. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania przetargowego.**