

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę drobnych narzędzi chirurgicznych w 5 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do 31.12.2017r licząc od dnia podpisania umowy.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 5: czy Zamawiający dopuści wziernik zestaw łopatką 90x40 mm i 90x33 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.1.Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 33: czy Zamawiający dopuści kleszczyki Schumacher, pyski 5 mm, dł. 240 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza

3. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 35: czy Zamawiający dopuści skrobaczkę o szerokości 7 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza

4. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 36: czy Zamawiający dopuści skrobaczkę o szerokości 8 mm i dł. 310 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza

5. Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 6, 7 i 73: czy Zamawiający dopuści kleszcze typu Spencer-Wells? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza

6. Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 16: czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 210 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza

7. Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 30: czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Lexer? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza.

8. Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 44: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 150 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.8Zamawiający nie dopuszcza

9.Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 55: czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 21,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.9 Zamawiający nie dopuszcza.

10.Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 63: czy Zamawiający dopuści kleszczyki atraumatyczne typu Bainbridge? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.10. Zamawiający nie dopuszcza

11.Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 79: czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 16 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.11. Zamawiający nie dopuszcza

12.Pakiet nr1

- L.p. 4 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł.roboczej 120 mm.
Ad. Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp 13 Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej. W poz. 12 Zamawiający wymaga zaoferowania rozwieracza ostrego. Czy w niniejszej pozycji Zamawiający wymaga zaoferowania rozwieracza tępego?
Ad. Pomyłka pisarska poz.13 poprawiono w załączniku.
- Lp,2 Ł Prosimy o dopuszczenie dłuta o szer. 5 mm.
Ad. Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp.23 Prosimy o dopuszczenie kaniuli ssącej ci śr, 20 mm i dł. roboczej 120 mm.
Ad. Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp.24 Prosimy o dopuszczenie kaniuli ssącej ci śr. 3,3 mm i M. roboczej :120 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

13.Pakiet nr2

- Lp,2 Prosimy o dopuszczenie nożyczek ci dł. 230 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp.5 Prosimy o dopuszczenie wiertnika ci wymt. łopatek 90x40 i 90x33 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp.33 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o szer. szczek 6 mm i dł. 240 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp.35 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki fig.1 szer.7 mm i dł 310 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp,36 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o. szer. 8 mm i dł. 310 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp. 44 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków 4x5 zębów.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.
- Lp.60 Prosimy o dopuszczenie pęsety Semken o dł. 155 mm.
Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

14.Pakiet nr3

- Lp.2 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie 2 szt. pilek czy 2 opakowań pilek k po 5 szt. każde?

Ad . Zamawiający wymaga 2 opakowania x 5 szt.

- Lp,4 Prosimy o dopuszczenie igły o dł 65 mm, względnie igły o dł. 80 mm i złączeniem J. uer.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp.14 Prosimy o .dopuszczenie haka o wym, łopaty 20x60 mm.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp.24 Prosimy o dopuszczenie podnośnika o dl. 250 mm względnie podnośnika nie posiadającego nazwy własnej o szer, 20 mm.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp32 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dl. 250 mm.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- L.p,35 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 160 mm.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp.40 Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Ad. Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu.

- Lp.41 Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej i konkurencji.

Ad. Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu.

- Lp44 Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie szpatułki mózgowej elastycznej, nieczernionej o wym. 7x8 mm.

Ad. Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu. Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp.45Z uwagi na fakt że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert . większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie szpatułki mózgowej elastycznej , nieczernionej o wymiarach . 10x11mm.

Ad. Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu. Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp.46Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie szpatułki mózgowej elastycznej, nieczernionej o wymiarach 16x17mm,

Ad. Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu. Zamawiający nie Dopuszcza.

- Lp.48 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. „150 mm nie posiadającej nazwy własnej.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp,49 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dl. 180 mm,

Ad . Zamawiający nie dopuszcza

15. Pakiet nr 5

- Lp. 16 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków, o dł. 210 mm.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza.

- Lp. 70 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 130 mm.

Ad . Zamawiający nie dopuszcza

16. Pakiet 5 L.p. 64- Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Ad.16 Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu.

17. L.p. 69- Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Ad.17 Zamawiający nie stworzy odrębnego pakietu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 22.03.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 220mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody.

2 Pakiet 2, poz. 6, poz. 7, poz. 8 i poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Pean, reszta parametrów bez zmian.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pakiet 2, poz. 42 i poz. 43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110mm, lub 130mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody.

4 Pakiet 2, poz. 44: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze, 4x5z, reszta parametrów bez zmian.

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody.

5 Pakiet 3, poz. 4, poz. 13, poz. 40, poz. 51 i poz. 58: Czy Zamawiający może udzielić dodatkowych informacji na temat wymaganego narzędzia, zamieścić nr katalogowy, lub zdjęcie.

Ad. 5. Zamawiający nie udzieli dodatkowych informacji.

6 Pakiet 3, poz. 9 i poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 210mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody.

7 Pakiet 3, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Mayo Stille, reszta parametrów bez zmian.

Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody.

8 Pakiet 3, poz. 31 i poz. 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Metzenbaum, reszta parametrów bez zmian.

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody.

9 Pakiet 3, poz. 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,

nożyczki dł. 250mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.9Zamawiający nie wyraża zgody.

10 Pakiet 3, poz. 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 140mm, lub 160mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.10Zamawiający nie wyraża zgody.

11 Pakiet 3, poz. 57: Czy Zamawiający może potwierdzić, że doszło do omyłki i wymagane narzędzie to zacisk Bircher, reszta parametrów bez zmian?

Ad. 11 Prawidłowa nazwa-Bicher.

12. Pakiet 5, poz. 6 i poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna Pean, reszta parametrów bez zmian.

Ad.12Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Pakiet 5, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna Kocher Ochsner, reszta parametrów bez zmian.

Ad.13Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pakiet 5, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 210mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.14Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pakiet 5, poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło do igieł utwardzane Halsey, gładkie szczęki, dł. 13cm.

Ad.15Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Pakiet 5, poz. 35 i 66: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110mm, lub 130mm, reszta parametrów bez zmian.

Ad.16Zamawiający nie wyraża zgody.

17 Pakiet 5, poz. 41 i poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna Crile Rankin, reszta parametrów bez zmian.

Ad.17Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Pakiet 5, poz. 46: Czy Zamawiający wymaga pęsetę ząbkowaną, czy 1x2?

Ad.18. Zamawiający wymaga pęsetę ząbkowaną.

19 Pakiet 5, poz. 50: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta nazwa własna Stille, reszta parametrów bez zmian.

Ad.19Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Pakiet 5, poz. 68: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Metzenbaum, reszta parametrów bez zmian.

Ad.20Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Pakiet 5, poz. 73: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna Kocher, reszta parametrów bez zmian.

Ad.21Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Pakiet 5, poz. 77: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Metzenbaum Fino, reszta parametrów bez zmian.

Ad.22Zamawiający nie wyraża zgody.