

Elbląg, 27.03.2017r.

Oznaczenie sprawy 14/2017

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prowadnika do pomiaru FFR wraz z użyczeniem aparatu do oceny FFR wraz z niezbędnym wyposażeniem współpracującego z prowadnikiem do pomiaru FFR na czas trwania umowy sprzedaży dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 49310 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 27.03.2017r. i od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

- 1.** Czy Zamawiający dopuszcza, zamiast użyczenia, możliwość dzierżawy z opłatą miesięczną?
- 2.** Ze względu na dużą wartość sprzętu czy Zamawiający dopuści ocenę jakości na podstawie dostarczonych szczegółowych materiałów informacyjnych, bez konieczności dostarczenia próbki?
Zamawiający bez wymaganego urządzenia nie jest w stanie wykorzystać próbki w czasie zabiegu, celem potwierdzenia parametrów wystarczą materiały techniczne.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę użyczenia na dzierżawę.

Ad.2. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki. Zamawiający dopuszcza możliwość oceny jakości cewnika poza naszym ośrodkiem, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, tam gdzie jest eksploatowane urządzenie.