

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę Kardiomonitorów w 2 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu .

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 24.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pakiet 1:

1. Do punktu 6: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez specjalnego trybu dużych znaków? W standardowym ustawieniu widoku kardiomonitora wszystkie liczbowe wartości są dobrze widoczne nawet z dużej odległości.
Ad.1 Zamawiający nie dopuści.
2. Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze równej 6 kg?
Ad.2 Zamawiający dopuści.
3. Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci ze standardowym protokołem sieciowym TCP/IP, umożliwiający współpracę z centralą jednak bez interaktywnej komunikacji pomiędzy kardiomonitorami?
Ad.3 Zamawiający nie dopuści .
4. Do punktu 10: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor jedynie z manualną regulacją progów alarmowych?
Ad.4 Zamawiający nie dopuści
5. Do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z okresu sięgającego aż 72 godzin, umożliwiając zapisanie 10 odcinków krzywych dynamicznych?
Ad.5 Zamawiający nie dopuści.
6. Do punktu 12: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar częstości pracy serca w zakresie 30-300bpm? Szerszy zakres pomiarowy nie ma znaczenia klinicznego.
Ad.6 Zamawiający nie dopuści.
7. Do punktu 15: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o rozszerzoną analizę arytmii?
Ad.7 Zamawiający nie dopuści
8. Do punktu 19: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru częstości oddechu 4-120 rpm oraz z alarmem bezdechu uruchamiającym się w momencie, gdy w przeciągu jednej minuty nie odbędą się 3 oddechy?
Ad.8 Zamawiający nie dopuści.
9. Do punktu 2,3, Części C – Przeglądy eksploatacyjne: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogu opisanego w punkcie 2 i 3 części C, dotyczącej przeglądów eksploatacyjnych. Czy Zamawiający może wskazać zakres wymaganych przeglądów, jakich oczekuje, zgodnie z przepisami dotyczącymi Dozoru Technicznego oraz Sanepidu? Ad.9 Pkt-y 2 i 3 części C nie dotyczą kardiomonitorów

Pakiet 2:

1. Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez specjalnego trybu dużych znaków? W standardowym ustawieniu widoku kardiomonitora wszystkie liczbowe wartości są dobrze widoczne nawet z dużej odległości.
Ad.1 Zamawiający nie dopuści.
2. Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze równej 6 kg?
Ad.2 Zamawiający dopuści.
3. Do punktu 9: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci ze standardowym protokołem sieciowym TCP/IP, umożliwiający współpracę z centralą jednak bez interaktywnej komunikacji pomiędzy kardiomonitorami?
Ad.3 Zamawiający nie dopuści.
4. Do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor jedynie z manualną regulacją progów alarmowych?
Ad.4 Zamawiający nie dopuści.
5. Do punktu 12: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z okresu sięgającego aż 72 godzin, umożliwiający zapisanie 10 odcinków krzywych dynamicznych?
Ad.5 Zamawiający nie dopuści.
6. Do punktu 13: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar częstości pracy serca w zakresie 30-300bpm? Szerszy zakres pomiarowy nie ma znaczenia klinicznego.
Ad.6 Zamawiający nie dopuści.
7. Do punktu 16: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o rozszerzoną analizę arytmii?
Ad.7 Zamawiający nie dopuści.
8. Do punktu 20: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru częstości oddechu 4-120 rpm oraz z alarmem bezdechu uruchamiającym się w momencie, gdy w przeciągu jednej minuty nie odbędą się 3 oddechy?
Ad.8 Zamawiający nie dopuści.
9. Do punktu 21: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez oprogramowania do obliczania leków, kalkulatora hemodynamicznego oraz wentylacyjnego?
Ad.9 Zamawiający nie dopuści.
10. Do punktu 2,3, Części C – Przeglądy eksploatacyjne: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogu opisanego w punkcie 2 i 3 części C, dotyczącej przeglądów eksploatacyjnych. Czy Zamawiający może wskazać zakres wymaganych przeglądów, jakich oczekuje, zgodnie z przepisami dotyczącymi Dozoru Technicznego oraz Sanepidu? Ad.10 Pkt-y 2 i 3 części C nie dotyczą kardiomonitorów.
11. - **Pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w pełną analizę odcinka ST z wszystkich odprowadzeń z cyfrową prezentacją na ekranie natomiast bez zapisu w tabeli trendów wszystkich odcinków? Oferowany kardiomonitor posiada zapis dwóch odcinków w formie graficznej jak i tabelarycznej z ostatnich 150 godzin.
Ad.11. Zamawiający dopuści.
12. Pakietu nr 2, pkt 21
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez kalkulatora do obliczeń wentylacyjnych z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie?
Ad.12 . Zamawiający dopuści.
12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wysokiej klasy bez obliczeń hemodynamicznych i wentylacyjnych? Wymóg ten ogranicza konkurencję do zaledwie kilku firm, które oferują taką opcję. Proszę o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji.
Ad.12 Zamawiający nie dopuści.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Kardiomonitor (Oddział Noworodków)

1. Pytanie do pkt. 6

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z fabrycznie zaprogramowanym ekranem dużych cyfr?

Ad.1. Zamawiający nie dopuści.

2. Pytanie do pkt. 8

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do komunikacji po sieci (zarówno przewodowej jak i WI-FI) z centralą, jednak bez możliwości komunikacji pomiędzy poszczególnymi kardiomonitorami?

Ad.2. Zamawiający nie dopuści.

3.Pytanie do pkt. 9

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmami wszystkich mierzonych parametrów, rozróżnialnymi kolorem oraz tonem?

Ad.3. Zamawiający dopuści.

4.Pytanie do pkt. 15

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 13 rodzajów arytmii, jednak bez możliwości jej rozszerzenia?

Ad.4 . Zamawiający nie dopuści.

5.Czy zamawiający wymaga, aby kardiomonitor posiadał złącze na karty SD, za pomocą którego będzie można przeprowadzić sprawną aktualizację oprogramowania np. w przypadku zmiany wytycznych?

Ad.5. Zamawiający nie dopuści.

Zadanie nr 2: Kardiomitory (Oddziały Szpitalne)

1.Pytanie do pkt. 7

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z fabrycznie zaprogramowanym ekranem dużych cyfr?

Ad.1 . Zamawiający nie dopuści.

2.Pytanie do pkt. 9

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do komunikacji po sieci (zarówno przewodowej jak i WI-FI) z centralą, jednak bez możliwości komunikacji pomiędzy poszczególnymi kardiomonitorami?

Ad.2. Zamawiający nie dopuści.

3.Pytanie do pkt. 10

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmami wszystkich mierzonych parametrów, rozróżnialnymi kolorem oraz tonem?

Ad.3. Zamawiający dopuści.

4.Pytanie do pkt. 16

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 13 rodzajów arytmii, jednak bez możliwości jej rozszerzenia?

Ad.4. Zamawiający nie dopuści.

5.Pytanie do pkt. 21

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z kalkulatorem lekowym, jednak bez kalkulatora hemodynamicznego czy wentylacyjnego?

Ad.5. Zamawiający nie dopuści.

6.Czy zamawiający wymaga, aby kardiomonitor był wyposażony w analizę HRV i pomiar APG?

Ad.6. Zamawiający nie dopuści.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 28.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy części B, pkt. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach”

zapisem:

„W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, uszkodzony podzespół/moduł podlega wymianie na nowe po 3 naprawach tego podzespołu/modułu”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Ad.1 Zamawiający dopuści.