

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **wózka transportowego do przewozu pacjentów w pozycji leżącej, wózka transportowego do przewozu pacjentów w pozycji leżącej dla SOR, łóżka rehabilitacyjnego, łóżka ortopedycznego w 4 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu .

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 22.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm?
Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego zakres regulacji (hydraulicznie) wysokości wynosi 510-890?
Ad.2 Zamawiający dopuści.
3. Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 230 kg?
Ad.3 Zamawiający dopuści.
4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-85°? Ad.4 Zamawiający dopuści.
5. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 760 mm?
Ad.5 Zamawiający nie dopuści .
6. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2170 mm?
Ad.6 Zamawiający dopuści
7. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego zakres regulacji (hydraulicznie) wysokości wynosi 765-1070?
Ad.7. Zamawiający nie dopuści.
8. Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200 kg?
Ad.8. Zamawiający nie dopuści.
9. Czy Zamawiający dopuści wózek oparty na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych?
Ad.9 Zamawiający dopuści.
10. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w opuszczane barierki pokryte zmywalnym tworzywem?
Ad.10 Zamawiający dopuści.
11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac bez uchwytów?
Ad.11 Zamawiający nie dopuści.
12. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 770 mm?
Ad.12 Zamawiający dopuści.
13. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego zakres regulacji (hydraulicznie) wysokości wynosi 600-900?
Ad.13 Zamawiający dopuści.
14. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-75°?
Ad.14 Zamawiający dopuści.
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w antystatyczne koła o średnicy 125mm?
Ad. Zamawiający dopuści.
16. Czy w rozumieniu pkt 5 Zamawiający dopuści barierki boczne wyposażone w protektor, które zabezpieczają pacjenta na całej długości leża oraz jednoosiowe krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne? Jest to rozwiązanie tożsame nie pogarszające w żaden sposób funkcjonalności łóżka.
Ad.16 Zamawiający dopuści
17. Prosimy w pkt. 5 o możliwość zaoferowania łóżka rehabilitacyjnego wyposażonego w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni leża, bez możliwości ich wydłużania przy przedłużeniu leża, zgodne z normą EN 60601-2-52; w narożnikach łóżka jednoosiowe, duże (wys. 6 cm) krążki odbojowe zabezpieczające łóżko i ściany przed uszkodzeniami.
Ad. Zamawiający nie dopuści

18. Prosimy w pkt. 25 o możliwość zaoferowania łóżka rehabilitacyjnego posiadającego dźwignię CPR oznaczoną widocznym kolorem pomarańczowym.

Ad.18 Zamawiający dopuści

19. Prosimy w pkt. 30 o możliwość zaoferowania łóżka rehabilitacyjnego wyposażonego w panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta.

Ad.19 Zamawiający dopuści.

20. Prosimy w pkt. 34 o możliwość zaoferowania łóżka rehabilitacyjnego posiadającego metalowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodnie normą EN 60601-2-52.

Ad.20 Zamawiający dopuści

21. Prosimy w pkt. 5 o możliwość zaoferowania łóżka ortopedycznego wyposażonego w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni leża, bez możliwości ich wydłużania przy przedłużeniu leża, zgodne z normą EN 60601-2-52; w narożnikach łóżka jednoosiowe, duże (wys. 6 cm) krążki odbojowe zabezpieczające łóżko i ściany przed uszkodzeniami.

Ad.21. Zamawiający nie dopuści

22. Prosimy w pkt. 30 o możliwość zaoferowania łóżka ortopedycznego wyposażonego w panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta.

Ad.22 Zamawiający dopuści.

23. Prosimy w pkt. 34 o możliwość zaoferowania łóżka ortopedycznego posiadającego metalowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodnie normą EN 60601-2-52.

Ad.23 Zamawiający dopuści

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 24.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o szerokości całkowitej 830 mm?

Ad.1 Zamawiający nie dopuści.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o wysokości regulowanej w zakresie 560 – 880 mm?

Ad.2 Zamawiający dopuści.

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z bezpiecznym obciążeniem 235 kg?

Ad.3 Zamawiający dopuści.

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z leżem wypełnionym płytą HPL?

Ad.4 Zamawiający dopuści

5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym w zakresie 0 - 90°?

Ad.5 Zamawiający dopuści

6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej wyposażony w materac z pasem bezpieczeństwa, ale bez uchwytu?

Ad.6 Zamawiający nie. dopuści

Pakiet nr 2

7.Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z bezpiecznym obciążeniem 235 kg?

Ad.7 Zamawiający nie dopuści

Pakiet nr 3

8.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne posiadające zintegrowane barierki boczne zgodne z normą EN 60601-2-52 , zabezpieczające pacjenta na całej długości leża z jednoosiowymi krążkami odbojowymi? W przypadku przedłużenia leża powstaje niewielka przestrzeń, która nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta przebywającego na łóżku.

Ad.8 Zamawiający nie dopuści

9.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne wyposażone w półkę na pościel wysuwaną spod ramy leża od strony nóg pacjenta, nieznacznie wystającą poza obrys ramy łóżka?

Ad.9 Zamawiający nie dopuści

10.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z możliwością przedłużenia leża o 170 mm?

Ad.10 Zamawiający dopuści jeżeli po przedłużeniu długość osiągnie wartość min. 230cm

11.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej maksymalnej z uniesionymi barierkami 102 cm?

Ad.11 Zamawiający nie dopuści

12.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne o długości leża 196 cm?

Ad.12 Zamawiający nie dopuści

13.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 420 – 835 mm?

Ad.13 Zamawiający dopuści

14.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne wyposażone w panel centralny, z możliwością odłożenia na półkę na pościel z chromowanym relingiem zabezpieczającym lub zawieszenia na szczytce od strony nóg pacjenta?

Ad.14 Zamawiający dopuści

15.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z sekcjami leża wypełnionymi odcinowanymi panelami z tworzywa ABS wyprofilowanymi na krawędziach w celu zapobieżenia przesuwania się materaca, zamiast tworzywowych uchwytów do materaca?

Ad.15 Zamawiający dopuści

Pakiet nr 4

16.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne posiadające zintegrowane barierki boczne zgodne z normą EN 60601-2-52 , zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? W przypadku przedłużenia leża powstaje niewielka przestrzeń, która nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta przebywającego na łóżku.

Ad.16 Zamawiający nie dopuści

17.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne wyposażone w półkę na pościel wysuwaną spod ramy leżą od strony nóg pacjenta, nieznacznie wystającą poza obrys ramy łóżka?

Ad.17 Zamawiający nie dopuści

18.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z możliwością przedłużenia leża o 170 mm?

Ad.18 Zamawiający dopuści, jeżeli po przedłużeniu długość osiągnie wartość min. 230cm.

19.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej maksymalnej z uniesionymi barierkami 102 cm?

Ad.19 Zamawiający nie dopuści.

20.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne o długości leża 196 cm?

Ad.20 Zamawiający nie dopuści

21.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 420 – 835 mm?

Ad.21 Zamawiający dopuści

22.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne wyposażone w panel centralny, z możliwością odłożenia na półkę na pościel z chromowanym relingiem zabezpieczającym lub zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta?

Ad.22 Zamawiający dopuści

23.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z sekcjami leża wypełnionymi odcinowanymi panelami z tworzywa ABS wyprofilowanymi na krawędziach w celu zapobieżenia przesuwania się materaca, zamiast tworzywowych uchwytów do materaca?

Ad.23 Zamawiający dopuści

24.Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną z polerowanej stali nierdzewnej? Jest to rozwiązanie bardziej trwałe w porównaniu z powłoką z chromu, wizualnie bardzo zbliżone.

Ad.24 Zamawiający dopuści

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pakiety?

Ad Zamawiający dopuści

2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) o szerokości całkowitej 730 mm, zarówno w przypadku podniesionych, jak i opuszczonych barier bocznych?

Ad.2 Zamawiający dopuści

3.Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Ad.3Zamawiający dopuści

4.Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) z pozycją Trendelenburga 20°?

Ad.4 Zamawiający dopuści

5.Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) z prowadnicami na kasetę RTG o długości 155 cm?

Ad.5 Zamawiający dopuści

6.Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Ad.6 Zamawiający dopuści

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z możliwością przedłużenia leża o 20 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego długość łóżka bez przedłużenia leża to 2180 mm)?

Ad.7 Zamawiający dopuści

8.Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) o szerokości całkowitej 996 mm, zarówno w przypadku podniesionych jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.8 Zamawiający dopuści .

9.Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z leżem o wymiarach 87 x 200 cm?

Ad.9 Zamawiający dopuści

10.Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z Trendelenburgiem 18° i anti-Trendelenburgiem 18°?

Ad.10 Zamawiający dopuści

11.Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Ad.11 Zamawiający dopuści

12.Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Ad.12 Zamawiający dopuści

13 Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z możliwością przedłużenia leża o 20 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego długość łóżka bez przedłużenia leża to 2180 mm)?

Ad.13 Zamawiający dopuści

14.Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) o szerokości całkowitej 996 mm, zarówno w przypadku podniesionych jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.14 Zamawiający dopuści

15.Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z leżem o wymiarach 87 x 200 cm?

Ad.15 Zamawiający dopuści

16Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Ad.16 Zamawiający dopuści

17.Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Ad.17 Zamawiający nie dopuści

18.Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) o szerokości całkowitej 870 mm, zarówno w przypadku podniesionych, jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.18 Zamawiający dopuści

19.Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°?

Ad.19 Zamawiający dopuści

20.Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) wyposażony w materac bez właściwości niepalności?

Ad.20 Zamawiający dopuści

21. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) o szerokości całkowitej 730 mm, zarówno w przypadku podniesionych, jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.21 Zamawiający dopuści

22.Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Ad.22 Zamawiający dopuści

23 Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) z pozycją Trendelenburga 20°?

Ad.23 Zamawiający dopuści

24. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (3 szt.) z prowadnicami na kasetę RTG o długości 155 cm?

Ad.24 Zamawiający dopuści

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Ad.25 Zamawiający dopuści

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z możliwością przedłużenia leża o 20 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego (długość łóżka bez przedłużenia leża to 2180 mm)?

Ad.26 Zamawiający dopuści

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) o szerokości całkowitej 996 mm, zarówno w przypadku podniesionych jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.27 Zamawiający dopuści

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z leżem o wymiarach 87 x 200 cm?

Ad.28 Zamawiający dopuści

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z Trendelenburgiem 18° i anty-Trendelenburgiem 18°?

Ad.29. Zamawiający dopuści

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko ortopedyczne (4 szt.) z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Ad.30 Zamawiający dopuści

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Ad.31 Zamawiający dopuści

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z możliwością przedłużenia leża o 20 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego (długość łóżka bez przedłużenia leża to 2180 mm)?

Ad.32 Zamawiający dopuści

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) o szerokości całkowitej 996 mm, zarówno w przypadku podniesionych jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.33 Zamawiający dopuści

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z leżem o wymiarach 87 x 200 cm?

Ad.34 Zamawiający dopuści

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (3 szt.) z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Ad.35 Zamawiający dopuści

36. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Ad.36 Zamawiający nie dopuści

37. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) o szerokości całkowitej 870 mm, zarówno w przypadku podniesionych, jak i opuszczonych barierek bocznych?

Ad.37 Zamawiający dopuści

38. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°?

Ad.38 Zamawiający dopuści

39. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (1 szt.) wyposażony w materac bez właściwości niepalności?

Ad.39 Zamawiający dopuści

