

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę klipsów laparoskopowych, protez naczyniowych, opony sztucznej, znaczników chirurgicznych w 7 pakietach wraz z utworzeniem magazynu depozytowego i użyczeniem sprzętu wielorazowego użytku, dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w okresie 24 miesięcy, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **23.03.2017r.**, numer ogłoszenia: **49840 – 2017.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 29.03.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Pakiet nr 4, pozycja nr 3. Czy Zamawiający mając na celu zwiększenie konkurencyjności składanych ofert wydzieli z pakietu nr 4 pozycję nr 3 i utworzy z niej osobny pakiet?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Pakiet nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania biologicznego, wchłanialnego substytutu opony twardej w rozmiarze: 5,0 x 5,0 cm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Implant posiada dwuwarstwową budowę – jedna warstwa składa się z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa składa się z wysokooczyszczzonego kolagenu, pozyskiwanego z dwoin bydłych.

Jest to cienki, elastyczny i sprężysty materiał, posiadający doskonałą zdolność do dopasowywania się, może być stosowany w obrębie czaszki jak i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na wyrywanie szwów.

Liofilizowany niskotemperaturowo, pakowany sterylnie, pojedynczo, możliwość implantacji w technice szwowej jak i bezszwowej. Brak możliwości resterylizacji. Okres przydatności implantu do użycia: 5 lat.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

3) Pakiet nr 6, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania biologicznego, wchłanialnego substytutu opony twardej w rozmiarze: 7,5 x 7,5 cm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Implant posiada dwuwarstwową budowę – jedna warstwa składa się z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa składa się z

wysokooczyszczzonego kolagenu, pozyskiwanego z dwoin bydłych.

Jest to cienki, elastyczny i sprężysty materiał, posiadający doskonałą zdolność do dopasowywania się, może być stosowany w obrębie czaszki jak i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na wrywanie szwów.

Liofilizowany niskotemperaturowo, pakowany sterylnie, pojedynczo, możliwość implantacji w technice szwowej jak i bezszwowej. Brak możliwości resterylizacji. Okres przydatności implantu do użycia: 5 lat.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

4) Pytanie 1 – Zadanie 5, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy e-PTFE proste, zbrojone spiralnie w rozmiarze 6mm dł. 60 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Parametry są zgodne z zapisami SIWZ.

5) Dotyczy Pakietu nr 2.

Zwracamy się z prośbą o podzielenie pakietu na dwa odrębne zadania, tworząc z dotychczasowych pozycji nr 1 i 2 samodzielny pakiet dla zacisków do płata skórno, oraz z pozycji 3 i 4 pakiet dla staplerów skórnych wraz z urządzeniami do usuwania zszywek. Podział taki nie będzie miał wpływu na obniżenie jakości zamawianych produktów, ponieważ wymagania dotyczące parametrów technicznych podane w SIWZ, pozostają bez zmian, natomiast z pewnością zwiększy się konkurencyjność cenowa ofert, co z pewnością leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

6) Dotyczy formularza cenowego pakiet 2 i 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie kolumn w formularzu cenowym. Według nas, wpisy do kolumn powinny być przesunięte o jedną pozycję w prawo.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający poprawia omyłkę w Pakiecie Nr 2 i 3.

7) Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania klipsów konfekcjonowanych po 50 magazynków w opakowaniu. W tym przypadku jednostką miary będzie magazynek. Natomiast w kolumnie ilość sztuk – równoważność stanowić będzie 360.

Zamawiający odpowiada:

W przypadku, gdy oferowane opakowanie klipsów zawiera inną ilość sztuk **Wykonawca upoważniony jest do przeliczenia ilości opakowań.** Jeżeli po przeliczeniu otrzymana zostaje niepełna ilość opakowań - oferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

Dla poz. 1 Wykonawca przeliczy wymaganą ilość klipsów 2160 szt. na opakowania zaokrąglając do pełnego opakowania w górę.

8) Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania klipsów konfekcjonowanych po 20 magazynków w opakowaniu. W tym przypadku jednostką miary będzie magazynek. Natomiast w kolumnie ilość sztuk – równoważność stanowić będzie 90.

Zamawiający odpowiada:

W przypadku, gdy oferowane opakowanie klipsów zawiera inną ilość sztuk **Wykonawca upoważniony jest do przeliczenia ilości opakowań.** Jeżeli po przeliczeniu otrzymana zostaje niepełna ilość opakowań -oferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.

Dla poz. 2 Wykonawca przeliczy wymaganą ilość klipsów 540 szt. na opakowania zaokrąglając do pełnego opakowania w górę.

9) Dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worka laparoskopowego o pojemności 1200 ml, samorozprężalnego, posiadającego pamięć kształtu koła. Obręcz wyposażona w specjalny uchwyt, ułatwiający skuteczne i bezpieczne zamknięcie worka. Trzon worka jest kompatybilny z trokarem 10 mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10) Pytanie 1 - pakiet nr 4 - pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego o wymaganej pojemności 1500ml, z trzonem przechodzącym przez trokary o średnicy 10mm, z samorozprężalną pełną obręczą, po zamknięciu worka przechodzącą w kształt podkowy?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w pozycji 3 Pakietu Nr 4.

11) Dotyczy Pakietu nr 3 Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE o grubości ściany 0,47mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Dotyczy Pakietu nr 3 Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE o grubości ściany 0,59mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2017 -03- 3 0
DYREKTOR NACZELNY
Elżbieta Gelert
mgr Elżbieta Gelert