

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę zestawów do stabilizacji tylnej transpedikularnej złamań pourazowych i zmian zwyrodnieniowych dla potrzeb Oddziału Neurotraumatologii, i Chirurgii kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy załącznika nr 3 (wzór umowy sprzedaży) § 7 ust. 1, przez dodanie słów „*łącznie nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto danego zamówienia*”.

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy załącznika nr 3 (wzór umowy sprzedaży) § 8 ust. 8, przez dodanie słów „*łącznie nie więcej jednak niż 10 % reklamowanego przedmiotu*”.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuszcza następujący produkt:

- Stabilizacja transpedicularna piersiowo – lędźwiowa kręgosłupa. do wyboru tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie gwintowane na całej długości) śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie; średnice śrub: 4,35 do 7 mm; zakres długości: od 30-55 mm (dopuszczalne dł. 25-50mm dla śrub o średnicy 4,35-5mm); haki pedikularne, laminarne prawe i lewe oraz kontowe w rozmiarach 5.0 mm, 6.5 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm

- dostępne śruby poliaktydne, wysokość głowy nie może przekraczać 14mm; wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm, prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej; stabilizatory poprzeczne mocowane od góry, pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluźowaniem blokera w śrubie.

- Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaktydne umożliwiające dystrakcję i kompresję równoległą, pręty o długościach: 400, 300, 200, 150, 120, 110, 100 mm opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte w długościach 30mm do 95mm, w zestawie klucz dynamometryczny.

Ad.3 Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy w specyfikacji.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 24.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy zamawiający Dopuszcza do postępowania przetargowego zestaw o następujących parametrach:

System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym. Śruby przeznasadowe o samotnym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotny-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 25-100mm ze skokiem co 5 mm, dłuższe co 10mm. Średnica śrub w zakresie 4,5 -8,5mm co 1mm. Średnica łba śruby 14 mm (w przypadku 8,5 mm 15 mm). Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby.

Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa.

Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm

Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne.

Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.

W skład kompletu wchodzi:

śruba – 4 szt

bloker — 4 szt

pręt – 2 szt

poprzeczka — 1 szt

Ad.1.Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy w specyfikacji.

2.Bardzo proszę o doprecyzowanie jaką długość pręta gładkiego zamawiający wymaga? W formularzu cenowym opisu asortymentu zamawiający określił długość pręta 400mm natomiast w opisie depozytu umieszczonym pod tabelą jest wpisana długość 500mm.

Ad.2 Nastąpił błąd pisarski w depozycie winno być „ 400mm” długość pręta.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 27.03.2017 od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuszcza następujący produkt:

- prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej
- średnica śrub 4,35mm, 5mm, 6mm, 7mm, 7,5mm
- pręty dogięte od 30mm-95mm oraz prosty do docięcia 480
- łączniki poprzeczne w dwóch rozmiarach składające się z zacisków oraz łącznika
- wysokość głowy nie przekracza 14mm.

Ad.1 Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy ze specyfikacji.

2.Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuszcza następujący produkt:

- Stabilizacja transpedicularna piersiowo – lędźwiowa kręgosłupa. do wyboru tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie gwintowane na całej długości) śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie; średnice śrub: 4,35 do 7 mm; zakres długości: od 30-55 mm (dopuszczalne dł. 25-50mm dla śrub o średnicy 4,35-5mm); haki pedikularne, laminarne prawe i lewe oraz kontowe w rozmiarach 5.0 mm, 6.5 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm
- dostępne śruby poliaksjalne, wysokość głowy nie może przekraczać 14mm; wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm, prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej; stabilizatory poprzeczne mocowane od góry, pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie.
- Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresję równoległą, pręty o długościach: 400, 300, 200, 150, 120, 110, 100 mm opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte w długościach 30mm do 95mm, w zestawie klucz dynamometryczny.

Ad.2 Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy w specyfikacji.