

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych –**pasków do pomiaru poziomu glikemii** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (opis asortymentu, ilości i wymagań w Załączniku Nr 1 do zaproszenia) zwraca się do Państwa o złożenie ostatecznej oferty cenowej na sprzedaż w/w. przez okres 01.05.2017-30.04.2019 licząc od dnia podpisania umowy (realizacja zgodnie z zamówieniem częściowym).

I. Warunki realizacji -

1. Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
2. Termin dostawy w dni powszednie do godz. 7 :30 do godz. 14:00 do Apteki Szpitalnej WSZ
3. Termin realizacji dostaw- maksymalnie do 48 godzin od złożenia zamówienia częściowego przez pracownika Apteki Szpitalnej WSZ.

II. Kryterium oceny ofert w danym pakiecie:

1. cena -100%

III. Wymogi :

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych dla całego zaoferowanego asortymentu zgodnego z załącznikiem Nr1 do niniejszego zaproszenia.
3. Termin płatności 30 dni (przelew) licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru do siedziby Zamawiającego oraz faktury za dana dostawę.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć załącznik do oferty stanowiący opis przedmiotu zamówienia np. katalogi, potwierdzające spełnione wymagania.
5. Wymagane bezpłatne dostarczenie 80 glukometrów. Terminy i wielkość dostaw częściowych zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
6. Wymagane bezpłatne dostarczenie płynów kontrolnych do przeprowadzania bieżącej kontroli glukometrów (ilość niezbędna do przeprowadzenia jednej kontroli każdego urządzenia raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy). Terminy i wielkość dostaw częściowych zostaną uzgodnione z Zamawiającym
7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi urządzenia dla poszczególnych użytkowników w terminach ustalonych z Zamawiającym.
8. Raz na 6 miesięcy wymagana jest walidacja glukometrów, przeprowadzona przez Wykonawcę za pomocą płynu kontrolnego, potwierdzona protokołem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany baterii zasilających oraz niesprawnych glukometrów w trakcie trwania umowy na swój koszt.
10. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji glukometrów na swój koszt.
11. Wymagania dla glukometrów i pasków testowych:
 - a) zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów (konieczność załączenia certyfikatu)
 - b) krew badana: świeża krew włośniczkowa pobrana z opuszki palca
 - c) możliwość dokonania pomiaru z alternatywnych miejsc nakłucia
 - d) wielkość próbki krwi nie większa niż 1 µl
 - e) jednostka pomiaru: mg/dl
 - f) zakres oznaczenia wyniku glikemii 20-600 mg/dl
 - g) glukometr skalibrowany do osocza
 - h) automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
 - i) czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund

- j) automatyczny wyrzut paska z glukometru po dokonaniu pomiaru
 - k) paski testowe podlegające refundacji
 - l) kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego. Nie dopuszcza się kapilary umiejscowionej z boku paska.
 - ł) enzym wykorzystywany na paskach: oksydaza glukozowa (GOD). Wymagane załączenie listy substancji interferujących.
 - m) ważność testów paskowych po otwarciu pojemnika minimum 3 miesiące.
12. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy (zał. Nr 1) stosownie do zakresu złożonej oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów (np. pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, wymaganych atestów itp.) lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
14. Wypełniony druk oferty wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty
15. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku:
- a) nie załączenia druku oferty (zał. Nr 2 zaproszenia)
 - b) nie załączenia wypełnionego arkusza asortymentowo –cenowego (zał. Nr1 do zaproszenia)
 - c) nie wypełnienia cen jednostkowych, w każdym wierszu danego arkusza asortymentowo-cenowego (zał Nr 1 do zaproszenia)
 - d) nie uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie brakujących dokumentów złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. III ppkt. 13 (Zamawiający informuje, że tylko jeden raz wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów)
 - e) gdy oferta Wykonawcy i/lub uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej
 - f) zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy gdy wpłyną do Zamawiającego później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert. (nie licząc dnia terminu składania ofert).

IV. Osoba upoważniona do kontaktu : Dorota Serafin S. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 55 234 55 47

W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone, lub pojawi się błąd, który uniemożliwi podpisanie ważnej umowy wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.

Ofertę opatrzoną następującym napisem: „Oferta na dostawę **pasków do pomiaru poziomu glikemii** dla potrzeb WSZ ” prosimy przesłać pisemnie w terminie **do dnia 18.04.2017r.** na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
Sekretariat pok. Nr 44