

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę pasków do pomiaru glikemii** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 11.04.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści glukometr z czasem pomiaru do 10 sekund?

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe, miały maksymalny dostępny na rynku polskim (potwierdzone w instrukcji obsługi pasków, na opakowaniu pasków) zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 35°C (latem ma to duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C) ?

Ad.2 Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga glukometr , posiadający tylko jeden przycisk dzięki czemu jest prosty i szybki w obsłudze ?

Ad3. Zamawiający nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga paski testowe wraz z glukometrem , które są wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat, są przetestowane przez kliniki , oddziały szpitalne i posiadają certyfikat potwierdzający posiadanie normy ISO 15197:2015 z niezależnej jednostki notyfikującej, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję i powtarzalność pomiaru ?

Ad.4 Zgodnie z wymaganiami z zaproszenia.

5. Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności płynów kontrolnych do użycia po otwarciu opakowania miał 6 miesięcy ?

Ad.5 Zamawiający nie wymaga.