

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę Instrumentarium do endoskopowych operacji krtani dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 26.05.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający zmniejszy okres gwarancji z 30 miesięcy do 24 miesięcy oraz odstąpi od wymogu ostrzenia narzędzi? Zużyte wyroby medyczne tego rodzaju podlegają odpłatnej wymianie na nowe przez producenta. Zaproponowany okres gwarancji nie jest adekwatny do rodzaju asortymentu.

Ad.1. Zamawiający zmniejszy okres gwarancji z 30 do 24 miesięcy i wymaga aby w tym okresie zużyte narzędzia podlegały nieodpłatnemu ostrzeniu bądź nieodpłatnej wymianie na nowe przez Wykonawcę.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 14 kleszcze miseczkowe, bransze o śr.5 mm, dł. rob.23cm z jedną branszą ruchomą?

Ad.2 Zamawiający nie dopuści.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 igłę iniekcyjną KLEINSASSER zakrzywioną, z LUTER-Lock, o dł. roboczej 25cm?

Ad.3 Zamawiający nie dopuści

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 17 nóż sierpowaty, zakrzywiony, delikatny, o dł. 25cm?

Ad.4 Zamawiający nie dopuści

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 haczyk 90°, śr.1 mm, ostry, delikatny, o dł. 25cm?

Ad.5 Zamawiający nie dopuści

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 20 nóż okrągły, tnący, o dł. 25cm?

Ad.6 Zamawiający nie dopuści

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 23 rurkę ssącą KLEINSASSER, zakończoną kuliście, śr. Zew. 2 mm, o dł. roboczej 23cm?

Ad. 7 Zamawiający nie dopuści

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 25 rurkę ssącą KLEINSASSER, zakończoną kulką, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 23cm- prostą ?

Ad.8 Zamawiający nie dopuści