

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: ofert w związku z planowanym udzieleniem zamówienia w trybie art. 4 pkt.8 pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych **na dostawę materiałów szewnych i hemostatyków w 5 pakietach Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146”**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 07.06.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.1. Zamawiający nie dopuści do postępowania.

2. Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Ad. 2 Zamawiający nie dopuści do postępowania.

3 Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie szwu z igłą okrągłą, nieodczepianą 1x75cm.

Ad.3. Zamawiający nie dopuści do postępowania.

W dniu 08.06.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 39mm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na igły o długości 39mm.

2.Dotyczy: Pakiet 1,Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji.

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Ad. 5 **Zamawiający nie dopuści wydzielenia ww. pozycji w postępowaniu.**