

Znak sprawy 28/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 14.06.2017 r. pod numerem 532354-N-2017 na dostawę w dwóch pakietach aparatu do znieczulania w ilości 1 szt. oraz wieży laparoskopowej w ilości 1 kpl. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 20.06.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany w pakiecie nr 2 sprzęt był fabrycznie nowy, ale wyprodukowany w 2016 r.?

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest produkowany w niewielkich seriach w specjalistycznych fabrykach, w kontrolowanych warunkach i wyprodukowanie sprzętu z konkretnym rokiem produkcji prowadziłoby do produkcji na zamówienie co spowoduje wzrost kosztów i wydłużenie czasu dostawy. Ponadto nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na rok produkcji sprzętu.

Ad. 1. Tak

2. Dot. SIWZ pkt. 3.6, 6.5.1, projekt umowy par. 1 ust. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niemedycznego wyposażenia (np. akcesoria do pompy, akcesoria do wózka) i nie będzie wymagał dostarczenia dla tych pozycji dokumentów dopuszczających?

Ad. 2 Nie. Zamawiający żąda dokumentów dopuszczających na cały sprzęt, w kompletnej konfiguracji umożliwiającej jego pełne wykorzystanie. Wspomniane akcesoria są niezbędne do pracy wieży laparoskopowej, podlegają więc takim samym wymagom jak urządzenia zasadnicze.

3. Dot. pakietu nr 2 tabela B. Gwarancja serwis pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

Ad. 3. Tak

4. Dot. pakietu nr 2 tabela B. Gwarancja serwis pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, aby urządzenie podlegało wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) gwarancyjnych tego samego podzespołu (bloku)?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia, dlatego zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że chodzi o naprawy gwarancyjne.

Ad. 4. Zapis pkt. 6 tabeli B dotyczy w całej swej treści okresu gwarancyjnego, więc proponowane uzupełnienie jest zbędne.

5. Dot. pakietu nr 2 tabela B. Gwarancja serwis pkt. 7
Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o zapewnienie dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 10 lat (a nie zapewnienie w ramach oferty).

Ad. 5. Tak chodzi o dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

6. Dot. pakietu nr 2 tabela D. Szkolenie pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu „(...) oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg”, ponieważ takie świadectwo może zostać wydane jedynie przez producenta podmiotowi, który uzyska status serwisu autoryzowanego?

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „(...) bez pisemnej zgody Zamawiającego”?,

Ad. 7. Nie

8. Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2016 dla poz. 5,6,7 wymienionych w tabeli A. Parametry techniczne wymagane?

Ad. 8. Tak.

9. dot. załącznika nr 2 część A poz. 3:
Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci zakładanych jednorazowych pokrowców na optykę, światłowód i przewód transmisyjny ? Dzięki takiemu rozwiązaniu używany sprzęt nie ulega uszkodzeniom podczas sterylizacji i transportu co daje o wiele dłuższą żywotność.

Ad. 9. Tak

10. dot. załącznika nr 2 część A poz. 4:
Pozycja 4 – Czy w związku z tym, iż proponujemy rozwiązanie w postaci jednorazowych pokrowców Zamawiający zrezygnuje z kontenera do sterylizacji ?

Ad. 10. Nie

11. dot. załącznika nr 2 część A poz. 6:
Pozycja 6 – Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci jednorazowych pojemników do pompy ssąco-płuczącej ?

Ad. 11. Tak

12. dot. załącznika nr 2 część A poz. 9:
Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści źródło światła ksenonowe bez wbudowanej drugiej żarówki z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian ? Zaproponujemy zapasową żarówkę z możliwością szybkiego i prostego zamontowania.

Ad. 12. Nie

13. dot. załącznika nr 2A poz. 1
Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie optyki 30 stopni bez możliwości zmiany kąta patrzenia natomiast z możliwością obrotu obrazu o 180 stopni ? Parametr ten wskazuje jednoznacznie na jednego oferenta i odcina możliwość zaoferowania innego sprzętu.

Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W załączniku Nr 2A są wymienione parametry oceniane, a nie bezwzględnie wymagane.

14. dot. załącznika nr 2A poz. 6
Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści filtr do pompy ssąco-płuczącej wbudowany w dren ? Pozwoli to na zaoferowanie Państwu dwóch produktów pod jednym kodem.

Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W załączniku Nr 2A są wymienione parametry oceniane, a nie bezwzględnie wymagane.

15. dot. załącznika nr 2A poz. 7 i 8
Pozycja 7 i 8 - Czy zamawiający dopuści sprzęt nie posiadający parametrów zawartych w pozycji 7 i 8 ? Pozwoli to na zaoferowanie sprzętu o wysokich parametrach technicznych większej liczbie oferentów bez wskazywania na konkretną firmę .

Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W załączniku Nr 2A są wymienione parametry oceniane, a nie bezwzględnie wymagane.

16. dot. załącznika nr 2A poz. 9
Pozycja 9 – Punkt 9 wskazuje jednoznacznie na jednego oferenta i uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję co nie jest zgodne z PZP. Prosimy o odstąpienie od tego punktu. Pozwoli to na zaoferowanie Państwu sprzętu najwyższej jakości i konkurowanie z innymi oferentami.

Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W załączniku Nr 2A są wymienione parametry oceniane, a nie bezwzględnie wymagane.

17. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania wyposażony w pochłaniacz o pojemności ok. 2 l.?

Ad. 17. Tak

18. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 23
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania o regulacji wyzwalacza przepływowego w zakresie od 1 l/min?

Ad. 18. Nie

19. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 27
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania bez automatycznego przełączenia na wentylację mechaniczną po wykryciu bezdechu w trybie PSV?

Ad. 19. Nie

20. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 39
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania posiadający alarm Apnea działający na podstawie analizy ciśnienia, przepływu?

Ad. 20. Tak

21. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 87
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z monitorem zapewniającym pomiar IBP bez możliwości wpisywania nazw ciśnień? Lista nazw jest już wpisana w pamięć urządzenia.

Ad. 21. Nie

22. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy posiadana przez Zamawiającego kolumna Movita Lift firmy Draeger wyposażona jest zamek uniwersalny do aparatów do znieczulania, czy też w zaczep umożliwiający zamocowanie urządzeń tylko jednego producenta?

Ad. 22. Uchwyt Holder M

23. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 2
Prosimy o podanie nośności posiadanej przez Zamawiającego kolumny Movita Lift firmy Draeger .

Ad. 23. 168 kg

24. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 54
Czy Zamawiający dopuści automatyczny test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, w którym użytkownik przestawia jedynie przełącznik wentylacji mechanicznej/ręcznej i używa przycisku obejścia tlenowego przed włączeniem fazy testu?

Ad. 24. Tak

25. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 75
Czy Zamawiający dopuści pomiar Saturacji technologii Mindray- producenta urządzenia jako równorzędnej technologii ?

Ad. 25. Nie

26. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 88
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładność pomiaru ciśnienia +/- 2% lub 1 mmHg?

Ad. 26. Tak

27. dot. pakietu Nr 1 Pkt. 94
Czy Zamawiający wymagając „komunikacja Moduł jednostka centralna w języku polskim” miał na myśli obsługę modułu na ekranie kardiomonitora w języku polskim?

Ad. 27. Tak

28. dot. pakietu Nr 1; gwarancja i serwis pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści w okresie gwarancji wymianę podzespołu na nowy w razie nieudanej trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu?

Ad. 28. Nie