

Do wszystkich uczestników

postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę Instrumentarium laparoskopowego dla potrzeb Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 02.08.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pyt.1 do poz.1. Czy Zamawiający wymaga możliwości podłączenia insuflacji do trokara (opis narzędzia nie jest spójny)?

Ad.1 . Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.2 do poz.1. Czy Zamawiający dopuści Trokar wielorazowy, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – dwu częściowy (zawór, kaniula), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny?

Ad.2. Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.3 do poz.2. Czy Zamawiający dopuści Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm, autoklawowalny?

Ad.3. Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.4 do poz.3. Ile sztuk uszczelek wymaga Zamawiający (opis narzędzia i jednostek miary nie jest spójny)?

Ad.4. Zamawiający wymaga 1 opakowanie zawierające 20 szt. uszczelek.

Pyt.5 do poz.4. Czy Zamawiający dopuści Trokar wielorazowy, do instrumentów 13,5mm, dł. 11,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, niebieskie oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – dwu częściowy (zawór, kaniula), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny?

Ad.5. Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.6 do poz.5. Czy Zamawiający dopuści Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 13,5 mm i dł. 11,5 cm, autoklawowalny?

Ad.6. Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.7 do poz.7. Ile sztuk uszczelek wymaga Zamawiający (opis narzędzia i jednostek miary nie jest spójny)?

Ad.7 Zamawiający wymaga 1 opakowanie po 5 szt. uszczelek.

Pyt.8 do poz.11. Ile sztuk uszczelek wymaga Zamawiający (opis narzędzia i jednostek miary nie jest spójny)?

Ad.8 Zamawiający wymaga 1 opakowanie po 20 szt. uszczelek

Pyt.9 do poz.22. Czy Zamawiający dopuści uchwyt z zaworem dwudrożnym, do zastosowania z rurkami ssąco-płuczącymi o średnicy 5 mm, autoklawowalny?

Ad.9 Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.10 do poz.22. Czy Zamawiający dopuści rurkę ssąco-płuczącą z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36cm, autoklawowalna?

Ad.10 Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.11 do poz.23. Czy Zamawiający dopuści rurkę ssąco-płuczącą z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36cm, autoklawowalna?

Ad.11 Zamawiający dopuści do postępowania.

Pyt.12 do wzoru umowy Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na wyroby medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku (takich jak uszczelki i dreny – poz. 3, 7, 11 i 24) wchodzących w skład przedmiotu umowy?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Ad.12 Zamawiający potwierdza, o ile nie jest wyrób wadliwy przy otwarciu opakowania.

Pyt.13 do wzoru umowyCzy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestów i certyfikatów dla Uszczelki typu pokrywka poz. 3, spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego, która nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679)?

Ad.13 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestów i certyfikatów dla uszczelki typu pokrywka poz.3 ,która nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.