

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę w 2 pakietach: 1 szt. ambulansu drogowego typu „C” wraz z zabudową przedziału medycznego, wyposażenia medycznego ambulansu typu „C”, dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia na koszt Wykonawcy dla pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego, personelu medycznego Działu Ratownictwa Medycznego i kierowników WSZ w Elblągu w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **11.08.2017r.**, numer ogłoszenia **568033-N-2017**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 16.08.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający wymaga, aby przesuwne drzwi boczne po lewej i prawej stronie posiadały elektryczne wspomaganie ich domykania, co ułatwia ich zamykanie i nie obciąża prowadnic drzwi, które bez tego wspomagania dość często ulegają awariom?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga, aby przesuwne drzwi boczne po lewej i prawej stronie posiadały elektryczne wspomaganie ich domykania, za posiadanie elektrycznego systemu wspomagania domykania drzwi bocznych Zamawiający przyznaje punkty przy ocenie ofert.

2) W związku z tym, że wymagane ogrzewanie przedziału medycznego tzw. powietrzne spełnia wymogi normy PN-EN 1789 (pkt. 4.5.5.1) w zakresie wymaganych norm parametrów i jest w tym zakresie w 100% wystarczające, a opisane jako wymóg ogrzewanie wodne wykorzystujące ciecz chłodzącą silnika takich wymogów nie spełnia, a tym samym niepotrzebnie zwiększa koszt zakupu (po okresie gwarancji - również koszt serwisu) oraz masę zabudowy wnioskujemy o dopuszczenie do zaoferowania przez Zamawiającego ambulansu, w których przedział medyczny ogrzewany będzie przez spełniający wymogi normy, niezależny od silnika system ogrzewania powietrznego w połączeniu z grzałką wpiętą w obieg cieczy chłodzącej silnika zasilaną z instalacji 230V oraz nagrzewnicę wodną wpiętą w obieg cieczy chłodzącej silnika.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie spełniające wymogi aktualnej normy PN-EN 1789.

3) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści, aby odczyt aktualnej daty i czasu odbywał się z osobnego urządzenia zamontowanego na ścianie działowej, odczyt temperatury odbywał się z panelu zamontowanego przy termoboxie?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

4) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści sygnalizację uprzywilejowaną w postaci belki zespolonej LED w przedniej części dachu oraz niskiej lampy zespolonej LED i reflektorów LED do oświetlania przedpola za ambulansem? Pragniemy nadmienić, iż sygnalizacja taka nie powoduje zwiększenia wysokości ambulansu więcej niż sygnalizacja zintegrowana a ponadto jest dużo tańsza w eksploatacji i serwisowaniu.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

5) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści, aby szyny Kramera, kamizelka KED, deska pediatryczna oraz torba opatrunkowa mocowane były w zewnętrznym schowku, co bardzo poprawia przestrzeń i ergonomię pracy w przedziale medycznym?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

6) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści trzy podsufitowe szafki z wewnętrznymi przegrodami na lewej ścianie?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

7) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści kosz otwierany ręką a zamykany stopą?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

8) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści dwie przesuwne płyty na lewej ścianie do montażu pompy i defibrylatora a montaż respiratora do specjalnie wzmocnionej ściany na wysokości głowy leżącego pacjenta?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

9) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści instalację tlenową bez przełącznika butla/butla a wyposażoną w trójnik umożliwiający zasilenie gniazd tlenowych z obydwu butli bez konieczności przełączania?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

10) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści lawetę pod nosze sterowaną mechanicznie z wysuwem na zewnątrz ambulansu z jednoczesnym opuszczaniem do wysokości kółek najazdowych noszy bez regulacji jej wysokości?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

11) Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści termobox o wymiarach wys. 30cm, szer. 17cm, dł. 36cm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

12) Zapisy umowy w paragrafie 6 są bardzo niekorzystne dla potencjalnego wykonawcy z uwagi na zbyt rygorystyczna wysokość kar umownych, może to uniemożliwić złożenie konkurencyjnej oferty, dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych w sposób następujący: 1) Z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu umowy Zamawiający

może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia. 2) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem § 6 umowy.

13) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdu wyposażonego w fabryczne radio RDS z wejściem USB i AUX oraz portem na kart SD i obsługą plików MP3 wraz funkcją Bluetooth bez odtwarzacza CD bądź radio niefabryczne spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu bez poduszek bocznych nadokiennych dla kierowcy i pasażera?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

15) Zamawiający podzielił zamówienie na dwa pakiety tj. pakiet pierwszy - ambulans, pakiet drugi - sprzęt medyczny, jednakże z niezrozumiałych względów pozostawił w pakiecie pierwszym urządzenie medyczne do mechanicznej kompresji klatki piersiowej co powoduje znaczne utrudnienie przy składaniu ofert przetargowych. Po pierwsze, dlatego iż pakiet pierwszy tj. dostarczony ambulans ma być ubezpieczony (pakiet AC/OC/NW) a firmy ubezpieczeniowe oferując pakiet ubezpieczenia ograniczają go do pojazdu i nie dopuszczają ubezpieczenia w tym samym pakiecie sprzętu medycznego. Po drugie, producenci ambulansów nie są jednocześnie dystrybutorami sprzętu medycznego, co powoduje iż skompletowanie oferty uzależnione jest od działań jednego dystrybutora sprzętu (to dystrybutor urządzenia de facto wpłynie bezpośrednio na przebieg postępowania przetargowego np. nie oferując urządzenia wszystkim producentom lub oferując je w różnych cenach).

W związku z powyższym wnosimy o wydzielenie urządzenia medycznego do kompresji klatki piersiowej z pakietu pierwszego (sugerujemy by urządzenie to było włączone do pakietu nr 2 lub stanowiło oddzielny pakiet nr 3) Takie działanie Zamawiającego umożliwi wszystkim producentom ambulansów sanitarnych na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie urządzenia medycznego do kompresji klatki piersiowej z pakietu pierwszego. Zamawiający ubezpiecza sprzęt medyczny niezależnie czy jest on kupiony z ambulansem czy bez ambulansu. Na rynku można kupić to urządzenie w wielu sklepach. Ponadto Wykonawca zgodnie z opisem ma ubezpieczyć pojazd.

Przyjęte rozwiązanie jest tak samo konkurencyjne dla wszystkich dostawców ambulansów, bo nie są dystrybutorami sprzętu medycznego.

16) Czy Zamawiający wymaga by wraz z transporterem noszy zaoferowano dedykowany certyfikowany system mocowania zestawu transportowego do podstawy opisanej w pakiecie nr 1 (ławety transportowej)?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wymaga.

17) Prosimy o dopuszczenie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o wadze

tylko 4 kg nie wymagający stosowania podkładek pod głowę oraz pasów do mocowania rąk poszkodowanego, wyposażony zamiast ssawki relaksacyjnej w pas wielorazowego użytku wspomagający relaksację klatki piersiowej uzyskujący ten sam efekt co ssawka.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

18) Biorąc pod uwagę fakt, iż wytyczne RKO 2015 mówią o głębokości uciśnięć klatki piersiowej nie mniejszej niż 5 cm i nie większej niż 6 cm dla osób dorosłych prosimy o dopuszczenie urządzenia działającego zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz siłą kompresji automatycznie dopasowywaną do podatności klatki piersiowej.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia o głębokości naciśnięć w przedziale (5-6) tzn.4-6 lub 5-6.

19) Czy pod pojęciem " urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokości klatki piersiowej do 45cm" oznacza, iż zamawiający dopuszcza wszystkie urządzenia które pracują w zakresie do max 45cm szerokości klatki piersiowej?

Zamawiający odpowiada:

Tak. pod pojęciem " urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokości klatki piersiowej do 45cm" oznacza, iż zamawiający dopuszcza wszystkie urządzenia które pracują w zakresie do max 45cm szerokości klatki piersiowej.

20) Czy nie doszło do oczywistej pomyłki przy określeniu możliwości pracy w temperaturze - 20stopni C przez min 1 godzinę biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający wymaga czasu pracy na 1 akumulatorze wynoszącym do 45 min. Prosimy o ujednolicenie wymagań w tym zakresie do 45 minut.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający pisząc o 1 godz. ma na myśli możliwości urządzenia, a nie baterii.

21) Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w zewnętrzną ładowarkę akumulatorów dwustanowiskową z bardzo szybkim czasem ładowania baterii do 50 minut zasilaną z sieci 230V oraz 12V instalacji ambulansu.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

22) W związku z faktem iż jedynym urządzeniem grzewczym zapewniającym spełnienie wymagań aktualnej normy PN-EN 1789+A2 w zakresie ogrzewania przedziału medycznego jest ogrzewanie powietrzne, to czy Zamawiający zamiast dwóch postojowych grzejników elektrycznych wymaga zaoferowanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania powietrznego o mocy min. 5,0 kW oraz jednego postojowego grzejnika elektrycznego? Dodatkowe ogrzewanie powietrzne oraz jeden grzejnik elektryczny spełniają aktualne normy i są wystarczające do utrzymania odpowiedniej temperatury w przedziale medycznym.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie spełniające wymogi aktualnej normy PN-EN 1789.

23) Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania panel sterujący w kabinie kierowcy posiadający wymagane przez Zamawiającego funkcje za wyjątkiem tych, które dotyczą przedziału medycznego tj. za wyjątkiem sterowania oświetleniem, wentylacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego? Sygnalizacja niedomkniętych drzwi jest wyświetlana

na desce rozdzielczej, a sterowanie dodatkowym dogrzewaniem silnika na postoju jest realizowane poprzez specjalnie oznaczony przycisk na desce rozdzielczej. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli zaoferować państwu panele sterowania tzw. guzikowe, a nie ciekłokrystaliczne co obniży koszt zabudowy medycznej.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

24) Czy w przypadku, gdy pojazd bazowy będzie wyposażony w sygnalizację niedomkniętych drzwi to czy panel sterujący w kabinie kierowcy może nie posiadać tej samej funkcji (niepotrzebnie dublować tą samą informację)?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

25) W związku z wymogiem by ambulans był wyposażony w "moduł CAN zainstalowany, gotowy do współpracy z programem AVL Klient" prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

a. czym jest program "AVL Klient" tzn. jakie ma funkcje, do czego służy

b. na czym ma polegać współpraca modułu CAN np. jakie ma przekazywać dane do programu.

Zamawiający odpowiada:

Karetka ma być wyposażona w moduł CAN i moduł GPRS współpracujący z serwerem GPRS firmy Platan zainstalowanym w WSPR Olsztyn. Moduł GPRS ma mieć dodatkowo podłączony moduł GPS. Komplet urządzeń ma transmitować z karetki do serwera GPRS współrzędne geograficzne, ilość paliwa i stan licznika w karetkce.

26) Czy wymóg Zamawiającego iż przegroda między kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym ma umożliwiać komunikację oznacza iż ma umożliwiać komunikację wizualno-głosową czyli ma być wyposażona w otwierane okno czy też chodzi o komunikację tj. przemieszczanie i przegroda ma być wyposażona w przejście umożliwiające przechodzenie z jednego przedziału do drugiego (drzwi)?

Zamawiający odpowiada:

Wymóg oznacza, że przegroda między kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym ma umożliwiać komunikację wizualno-głosową czyli ma być wyposażona w otwierane okno.

27) Czy Zamawiający dopuści przegrodę z drzwiami zgodną z normą?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

28) Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie załączników w formie edytowalnej.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający prześle załączniki w formie edytowalnej.

29) Czy głośnik do sygnałów dźwiękowych może być zainstalowany za grillem (atrapą silnika) w specjalnym uchwycie ułatwiającym serwis? Zmiana umieszczenia głośnika nie ma wpływu na jego pracę i słyszalność.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

30) Czy Zamawiający dopuści ambulans bez układu umożliwiającego spięcie dwóch akumulatorów w celu zwiększenie siły przy rozruchu? Wykonawca nie chciałby ingerować w

układ rozruchowy samochodu bazowego, a rozwiązania stosowane przy produkcji ambulansu są tak zaprojektowane aby taki układ nie był potrzebny.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

31) Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma zamontować tylko adaptery do uchwytów do systemu SWD czy Zamawiający wymaga oprócz adapterów również stacji dokującej do drukarki oraz uchwytu do drukarki?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga gotowego zestawu do zamontowania i zasilania wszystkich elementów SWD PRM, tzn. również stacji dokującej do drukarki oraz uchwytu do drukarki.

32) Czy Zamawiający dostarczy do wykonawcy mocowanie noszy, które Wykonawca zamontuje na lawecie? Czy mocowanie noszy jest po stronie Wykonawcy?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający transporter noszy przekaze Wykonawcy do montażu w siedzibie Zamawiającego po rozstrzygnięciu Pakietu Nr 2.

33) Czy Zamawiający dopuści termobox montowany na prawej ścianie przed nadkolem na dole o pojemności 3 litrów? Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający będzie miał więcej miejsca w szafce na ścianie działowej ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

34) Czy Zamawiający po rozstrzygnięciu drugiego pakietu przyśle uchwyty do sprzętu medycznego do siedziby Wykonawcy w celu ich montażu co zmniejszy koszt ambulansu? Czy Zamawiający jednak będzie wymagał aby serwis Wykonawcy zrobił to w jego siedzibie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z opisem.

35) W związku z faktem iż producent samochodu bazowego standardowo udziela gwarancji mechanicznej oraz na lakier na 24 miesiące – pragniemy zapytać czy Zamawiający dopuści gwarancję 24 miesięczną?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z opisem.

36) W związku z faktem iż producent urządzenia do kompresji klatki piersiowej standardowo udziela gwarancji na 24 miesiące – pragniemy zapytać czy Zamawiający dopuści gwarancję 24 miesięczną?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem.

37) Czy Zamawiający dopuści Ambulans z przedziałem medycznym o długości 3,08 m?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem.

38) Czy Zamawiający wymaga, aby radioodtwarzacz był fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego i miał możliwość podłączenia telefonu przez Bluetooth, a jego sterowanie było możliwe za pomocą manipulatora w kolumnie kierownicy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

39) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z drzwiami przesuwными lewymi z szybą lub bez, pod warunkiem zasłonięcia zawartości przedziału technicznego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

40) Czy Zamawiający dopuści pojazd z alternatorem 185A, który w zupełności wystarcza do ładowania obu akumulatorów pod obciążeniem?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

41) Czy Zamawiający dopuści pojazd z napędem na koła przednie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem.

42) Czy Zamawiający zgodzi się na zainstalowanie termoboxu w innym miejscu niż ściana działowa, oraz żeby jego miejsce było uzgodnione po podpisaniu umowy?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

43) Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez kurtyn nadokiennych?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

44) Zamawiający oczekuje od wykonawcy montażu noszy po rozstrzygnięciu pakietu II?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający oczekuje od wykonawcy montażu noszy po rozstrzygnięciu pakietu II.

45) Czy Zamawiający, oczekuje, aby dostarczony Ambulans był wyposażony w reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów i niezależne od tego systemu światła przeciwmgielne przednie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie oczekuje.