

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę staplerów do zespołów jelitowych oraz ładunków do staplerów w 4 pakietach dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu w okresie 24 miesięcy, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **06.09.2017r.**, numer ogłoszenia **583576-N-2017.**

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 12.09.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,0 mm, bez łamanej główki, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym aktywowaniem staplera. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką ułatwiającą obsługę w warunkach mokrego pola operacyjnego. Stapler zaopatrzony w tytanowe zszywki o okrągłym przekroju. Rozmiary staplera: 21, 25, 28, 32 mm. Stapler dostępny również w wersji długiej - endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, oraz prostej, średnica 28 i 32mm, długość ramienia roboczego 345mm oraz przelykowej rozmiar 25mm z główką w kształcie stożka prostego, posiadającą otwór do przeprowadzenia szwu asekuracyjnego. Wysokość otwartej zszywki w staplerach 25, 28, 32mm - 5,00 mm w staplerze 21mm – 4,2mm. Wszystkie staplery pokryte są czarną powłoką antyrefleksyjną. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia). Stapler w wersji przelykowej 25mm aktualnie używany jest przez Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2) Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, pozycja 1 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm, długość linii zszycia 60mm, ładunek zaopatrzony w tytanowe zszywki o okrągłym przekroju. Dodatkowo zaoferowanie staplera w wersji poprzecznie tnącej z nożem będącym integralną częścią ładunku, długość linii zespolenia 59mm, 4 rzędy tytanowych zszywek o okrągłym przekroju, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, dwie dźwignie – pozycjonująca i aktywująca zszywki wraz z nożem?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3) Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, pozycja 2 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm, długość linii zszycia

60mm, ładunek zaopatrzony w tytanowe zszywki o okrągłym przekroju. Dodatkowo zaoferowanie staplera w wersji poprzecznie tnącej z nożem będącym integralną częścią ładunku, długość linii zespolenia 59mm, 4 rzędy tytanowych zszywek o okrągłym przekroju, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, dwie dźwignie – pozycjonująca i aktywująca zszywki wraz z nożem?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

4) Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, pozycja 3 dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 81mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, ładunek staplera zaopatrzony w ogranicznik tkanki, ładunek do tkanki standardowej 3,8mm oraz do tkanki grubej 4,5mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

5) Pakiet nr 1. Czy zamawiający dopuści stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze od 26 mm do 32 mm z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający zszywki okrągłe na całej długości oraz podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

6) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w:

§ 7 ust. 1.2:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,25 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 8 ust. 4:

4. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł, za każdy dzień po tym terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.