

Oznaczenie sprawy 39/2017

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów radiologicznych w 12 pakietach dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 586833-N-2017 z dnia 2017-09-12

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniach 13.09.2017r. i 15.09.2017r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 – Cewnik balonowy do PTA hydrofilny niskoprofilowy – cewników balonowych o nieznacznie zmienionych parametrach:
 - dostępne średnice balonów od 2 mm do 8 mm w tym wartości skrajne
 - maksymalne ciśnienie robocze (RBP 14-16 atm)
 - długość cewnika 100/140/150 cmReszta parametrów zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 – Cewnik balonowy uniwersalny do angioplastyki – cewników balonowych o nieznacznie zmienionych parametrach:
 - dostępne długości 20-200 mm w tym wartości skrajne
 - RBP 13-16 atmReszta parametrów zgodnie z SIWZ.
3. Pytanie dot. zad. 2. Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic 2-7 mm, RBP 15 atm., spełniające pozostałe kryteria?"
4. Dotyczy pakietu 4 Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści samorozprężalny stent nitinolowy pokrywany paclitaxelem kompatybilny z przewodnikiem 0,035, koszulką 6F o długości 40,60,80,100,120,150mm , średnicy 6 i 7 mm o długości sytemu dostawczego 75,130 cm?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 cewników balonowych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dostępne średnice balonów od 2 mm do 8 mm w tym wartości skrajne
- maksymalne ciśnienie robocze (RBP 14-16 atm)
- długość cewnika 100/140/150 cm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 cewników balonowych w zakresie średnic 2-7 mm, RBP 15 atm., spełniające pozostałe kryteria.

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Eżbieta Gelert