

Elbląg, dnia 10.10.2017

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
w związku z planowanym udzieleniem zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – na **dostawę czujników
pacjenta oraz czujników środowiskowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblągu . Zamówienie składa się z 58 pakietów**, informuje, że w
dniu 09.10.2017 wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1 do pakietów 20- 28, 35- 49, 51-58

Proszę o podanie rodzaju czujników (dla dorosłych, dzieci, klips,silikon) oraz
długości

Pytanie 2 do pakietu 20

Prosimy o podanie technologii czujnika SpO2 do Edana (nellcor oximax lub
nellcor)

Pytanie 3 do pakietu 21

Czy kabel z czujnikiem SpO2 do Mindray, ma być rozdzielny czy nie?

Pytanie 4 do pakietu 23

Czy czujnik SpO2 Imec_8 (Masimo) ma być LNCS czy LNOP?

Pytanie 5 do pakietu 50

Czy zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika silikonowego dla
dorosłych Oxileks R-200 z kablem przedłużającym Dsub- Desu 2.40 m.
Pulsoksymetr Vitro

Pytanie 6

Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na
wydłużony proces wysyłki i odpowiedzi na pytania zawiązany z wymogiem
wysyłki pytań drogą tradycyjną.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Pakiet 20- Rodzaj czujnika dla noworodków silikon Y- długość min 120 cm

Pakiet 21 – Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 23 – Rodzaj czujnika dla dzieci klips – długość min. 120 cm

Pakiet 24- Rodzaj czujnika dla noworodków silikon Y- długość min 120 cm

Pakiet 25- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 26- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 27- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 28- Rodzaj czujnika dla noworodków silikon Y- długość min 120 cm
(5szt)

Rodzaj czujnika dla dzieci klips – długość min. 120 cm (5szt)

Pakiet 35- Rodzaj czujnika dla noworodków silikon Y- długość min 120 cm

Pakiet 36- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 37- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 38- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 39- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 40- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 41- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 42- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 43- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 44- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 45- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 46- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 47- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 48- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 49- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 50- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 51- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 52- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 53- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 54- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Pakiet 55- Rodzaj czujnika dla noworodków silikon Y- długość min 120 cm

Pakiet 56 – Rodzaj czujnika dla dzieci klips – długość min. 120 cm

Pakiet 57 – Rodzaj czujnika dla dzieci klips – długość min. 120 cm

Pakiet 58- Rodzaj czujnika dla dorosłych klips- długość min 120 cm

Ad.2. Technologia czujnika SpO2 do Edana (nellcor oximax)

Ad.3. Kabel może, ale nie musi być rozłączny

Ad.4. Czyjnik SpO2 Imec_8 (Masimo) – ma być LNCS

Ad.5. Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika silikonowego dla

dorosłych Oxifleks R-200 z kablem przedłużającym Dsub- Desu 2.40 m

Ad.6. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.10.2017 do godz. 12.00