

Elbląg, dnia 11.10.2017

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg w związku z planowanym udzieleniem zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – **na dostawę czujników pacjenta oraz czujników środowiskowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu . Zamówienie składa się z 58 pakietów na okres 12 miesięcy**, informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

1.Dotyczy pakietu 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje czujnika na palec do pomiaru SpO2 w technologii Nellcor- czujnik typu klips na palec Dura DS. 100A?

2.Dotyczy pakietu 15

Prosimy o sprecyzowanie, z jakim urządzeniem ma być kompatybilny czujnik tlenu?

3.Dotyczy pakietu 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje czujnika do pomiaru SpO2 w technologii Nellcor- czujnik wielopozycyjny Dura-Y? Jeżeli tak, to dodatkowo, czy wraz z czujnikiem ma być dostarczony klips na ucho do umocowania czujnika Dura-Y

4.Pakiet 16,17

Prosimy o podanie modelu obecnie stosowanego czujnika tlenu

5.Pakiet 23

Czy zamawiający oczekuje czujników z połączeniem bezpośrednim do monitora czy podłączonych czy podłączonych do kabla przedłużającego.
Jeśli do kabla to prosimy o podanie typu złącza- LNOP czy NLCS.

6.Pakiet 41

Czy w monitorze PM800 Zamawiający posiada moduł Nellcor czy Massimo?

7.Pakiet 45, 46

Czy zamawiający oczekuje czujników z połączeniem bezpośrednim do monitora czy podłączonych do kabla przedłużającego.
Jeśli do kabla to prosimy o podanie typu złącza- LNOP czy NLCS.

8.Pakiet 47

Prosimy o podanie nr kat. Czujników stosowanych w defibrylatorze Lifepak1000?

9.Pakiet 20,22,51,52,53

Prosimy o podanie jakie czujniki stosuje Zamawiający- w systemie Nellcor czy Nellcor Oximax

10.Pakiet

20,22,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,40,41,42,43,44,51,52,53,54,55,56,57,58

Czy zamawiający oczekuje czujników z połączeniem bezpośrednim do monitora czy podłączonych do kabla przedłużającego

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.Dotyczy pakietu 11

Zamawiający oczekuje czujnika na palec do pomiaru SpO2 w technologii Nellcor.

Ad.2.Dotyczy pakietu 15

Czujnik tlenu ma być kompatybilny z inkubatorem noworodkowym Isolette IC 8000.

Ad.3.Dotyczy pakietu 31

Zamawiający oczekuje czujnika z do pomiaru SpO2 w technologii Nellcor typu Y

Ad.4.Pakiet 16,17

Obecnie stosowane czujniki tlenu:

Pakiet 16- Envitec OOM202 czujnik tlenu

Pakiet 17- Nova E-17/M czujnik O2

Ad.5. Pakiet 23

Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora lub komplet z kablem przedłużającym

Ad.6.Pakiet 41

W monitorze PM800 Zamawiający posiada moduł Nellcor

Ad.7.Pakiet 45,46

Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora lub komplet z kablem przedłużającym

Ad.8.Pakiet 47

Czujnik stosowany- 2054 DCI-DC12 (Masimo Red)

Ad.9.Pakiet 20, 22,51,52,53

Zamawiający stosuje czujniki w systemie:

Pakiet 20- Nellcor Oximax

Pakiet 22- Nellcor Oximax

Pakiet 51- Nellcor- czujnik (6PIN podwójna wypustka)

Pakiet 52- Nellcor- czujnik (6PIN podwójna wypustka)

Pakiet 53- Nellcor- czujnik (6PIN podwójna wypustka)

Ad.10.Pakiet

20,22,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,40,41,42,43,44,51,52,53,54,55,56,57,58

Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora lub komplet z kablem przedłużającym