

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę kardiomonitora wieloczynnościowego – 2 sztuki - dla potrzeb Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.10.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. - **Pkt. 9.8,9** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar odcinka ST w zakres +/- 2,5 mV z wszystkich monitorowanych odprowadzeń jednocześnie z prezentacją cyfrową wartości na ekranie głównym kardiomonitora bez możliwości zmiany jednostki na mm oraz prezentacji zmian odchylenia w postaci wzorcowych odcinków? Wymagana prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami jest dostępna jedynie w kardiomonitorach MINDRAY lub w formie wykresów kołowych w kardiomonitorach Philips.

Odp. Zamawiający dopuszcza do postępowania. Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

2. - **Pkt. 9.3** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji inteligentnego przełączania odprowadzenia? Zaproponowane urządzenie posiada alarmy sygnalizujące słaby sygnał EKG oraz odłączenie kabla EKG i poszczególnych odprowadzeń. Taka sygnalizacja pozwala na uniknięcie sytuacji, w których pacjent monitorowany jest częściowo, lub w sposób przypadkowy, co może mieć miejsce przy zastosowaniu funkcji inteligentnego przełączania odprowadzenia. Dodatkowo w zamian oferowany kardiomonitor posiada funkcje automatycznego wykrywania ilości monitorowanych odprowadzeń w zależności od podłączonego przewodu EKG z automatyczną rekonfiguracją ekranu.

Odp. Zamawiający dopuszcza do postępowania . Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

3. - **Pkt. 12.5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez trybu pomiaru NIBP sekwencyjnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

4. - **Pkt. 18.5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość regulacji sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 poziomów bez możliwości ustawienia wzorca? Powyższa funkcja nie ma istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza do postępowania. Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

5. - **Pkt. 22.6-** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający eksport danych do komputera osobistego w formacie txt lub csv bez dedykowanego oprogramowania do archiwizacji danych ? Do odczytu danych nie potrzeba dedykowanego oprogramowania, ponieważ system windows posiada już je w standardzie.

Odp. Zamawiający dopuszcza do postępowania. Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.

- **Pkt. 22.7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor przystosowany do współpracy z sieciami centralnego monitorowania (przewodowymi i bezprzewodowymi) wyposażonymi w inne moduły pomiarowe takie jak:

- inwazyjny pomiar ciśnienia inwazyjnego
- rzut minutowy serca metodą termodylucji
- rzut minutowy nieinwazyjny ICG
- kapnografia
- gazy anestetyczne

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania