

Elbląg. 24.10.2017r.

Oznaczenie sprawy 43/2017

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę histeroresektoskopu z torem wizyjnym – 1 zestaw dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie n 602398-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 23.10.2017r. od Wykonawcy wpłynęły zapytanie następującej treści:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia/i dopuszczenia:

A/ do załącznika nr 2 „HISTERO/RESEKTOSKOP - 1 zestaw”:

1.Prosimy o dopuszczenie w pkt E.1 tabeli - monitora medycznego o parametrach:

Monitor medyczny 27”

- Matryca/panel LED (IPS)
- Przekątna 27”
- Proporcje/ Format obrazu 16:9
- Maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli
- Jasność 800 cd/m²
- Kontrast 1000:1
- Kolorystyka/ilość wyśw. kolorów: 16.700.000
- Czas reakcji matrycy 14 ms
- Wejścia 2xDVI-D, 1xVGA (D-sub), 1xSD/HD/3G SDI (BNC), 1 x C-Video (BNC)
- Wejścia/wyjścia 1 x DVI D, 1 x SD/HD/3G SDI (BNC)
- System mocowania Vesa (100 x 100 mm)
- waga 8,2 kg
- Funkcje: PIP, PBP

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający dokonuje w SIWZ (pkt.E-Monitor) następujących zmian:

- dopuszcza kontrast min 1000:1
- dopuszcza czas reakcji matrycy maksimum 14ms
- w zestawie wyjść monitora rezygnuje z wyjścia S-Video

Pozostałe wymagania techniczne określone w SIWZ pozostają bez zmian.

24 PAŹ. 2017

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

Piotr Tomaszewski