

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę urządzenia do schładzania i ocieplania noworodków Tecotherm neo dla potrzeb Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 25.10.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Załącznik Nr 1 –arkusz asortymentowo-cenowy

1. **(Pkt 3.)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie do schładzania i ocieplania całego ciała noworodka równoważne do opisanego urządzenia Tecotherm neo, które zapewnia zakres nastawień temperatury ciała noworodka w granicach od 30 do 40 °C, w którym temperatura zadana i aktualna są wyświetlane na wyświetlaczu LCD i informacje przekazywane są użytkownikowi w języku polskim?

Odp.1 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.

2. **(Pkt 4.)** Czy Zamawiający dopuści system, w którym kontrola temperatury ciała noworodka jest w granicach od 16°C do 45°C?

Odp.2 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.

3. **(Pkt 9.)** Czy Zamawiający dopuści system, w którym głównymi trybami leczenia są: kontrolowane zarządzanie temperaturą (servo), automatyczny kontrolowany powrót po hipotermii do normotermii w wybraną przez użytkownika prędkością ogrzewania oraz szybkie ogrzewanie do normotermii?

Odp.3 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.

- 4.**(Pkt 10.)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, łatwe do dezynfekowania, w którym płyn cyrkulacyjny w urządzeniu jest woda sterylna?

Odp.4 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.

5. **(Pkt 11.)** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, o wymiarach: 384 mm (szerokość) x 323 mm (głębokość) x 216 mm (wysokość)?

Odp.5 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.

6.(Pkt 12.) Czy Zamawiający dopuści urządzenie, o masie/wadze wynoszącej 11 kg, dodatkowo wyposażone w baterię, która choć zwiększa masę to zapewnia pracę bez zasilania przez ok. 60 min.?

Odp.6. Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.

7.(Pkt 17.) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o stałości temperatury mierzonej w pacjencie $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$?

Odp.7 Zamawiający dopuści do postępowania.

8.(Pkt 18.) Czy Zamawiający dopuści system zapisujący dane terapii z ostatnich 17 dni na zasadzie FIFO, w formie zewnętrznego nośnika pamięci połączonego z urządzeniem za pomocą portu RS 232, w celu archiwizacji dokumentacji i analizy prowadzonej terapii z użyciem dedykowanego oprogramowania do analizy?

Odp.8 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana w załączniku nr 1- arkusz asortymentowo-cenowy.