

Znak sprawy 49/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 25.10.2017 r. pod numerem 606979-N-2017 na dostawę w sześciu pakietach stanowiska do resuscytacji (1 szt.), aparatu USG (1 szt.) oraz inkubatorów (4 szt.) dla potrzeb Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 26-30.10.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu Nr 4 pkt. 8

Czy Zamawiający wymaga aby inkubator posiadał wielopłaszczyznowy dotykowy ekran sterujący urządzeniem, minimum 8 cali, umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora ?

Ad. 1. Nie

2. dot. pakietu Nr 4 pkt. 17

Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien umożliwiać wprowadzenie kasety RTG pod materacyk bez konieczności otwierania ścianek bocznych, ani też drzwiczek inkubatora? Każda dodatkowa ingerencja we wnętrzu inkubatora prowadzi do stresu noworodka i podniesieniu hałasu wewnątrz inkubatora co zakłóca prawidłowy rozwój noworodka.

Ad. 2. Tak

3. dot. pakietu Nr 4 pkt. 18

Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w regulację nachylenia materacyka bez konieczności otwierania ścianek bocznych, ani też drzwiczek inkubatora? Każda dodatkowa ingerencja we wnętrzu inkubatora prowadzi do stresu noworodka i podniesieniu hałasu wewnątrz inkubatora co zakłóca prawidłowy rozwój noworodka

Ad. 3. Tak

4. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający oczekuje aby na monitorze były wyświetlane i zapisywane trendy: **wilgotności, temperatury i stężenia tlenu?**

Ad. 4. Zamawiający wymaga wyświetlania wilgotności, temperatury i stężenia tlenu (patrz pkt. 28)

5. dot. pakietu Nr 1 pkt. 1.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych maksymalnych 76x115x197 cm?

Parametr niewiele różni się od wymaganego a jego dopuszczenie umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej.

Ad. 5. Tak

6. dot. pakietu Nr 1 pkt. 1.4

Czy Zamawiający dopuści promiennik bez uchwytów po obu stronach?

Oferowane przez nas urządzenie pozwala na odsunięcie promiennika bez konieczności korzystania z dodatkowych uchwytów.

Ad. 6. Tak

7. dot. pakietu Nr 1 pkt. 1.12 lit. d

Czy Zamawiający dopuści ścianki bez przepustu dla mocowania rur i przewodów, z konstrukcją ścianek umożliwiającą umieszczenie rur i przewodów między ściankami?

Ad. 7. Nie

8. dot. pakietu Nr 1 pkt. 1.12 lit. e

Czy Zamawiający dopuści ścianki bez mechanizmu wolnego opadania, z konstrukcją ścianek umożliwiającą ich bezpieczne wyjęcie do mycia i dezynfekcji?

Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego stosowane jest tylko przez jednego producenta i nie ma żadnego praktycznego zastosowania. Jednak utrzymanie tego wymogu praktycznie wyłącza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Ad. 8. Tak

9. dot. pakietu Nr 1 pkt. 3.4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pokrowca i prześcieradełka na materacyk?

Ad. 9. Tak

10. dot. pakietu Nr 1 pkt. 3.7

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z mieszalnikiem i ssakiem niezintegrowanymi w jednej obudowie?

Ad. 10. Tak

11. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych maksymalnych 76x115x197 cm?

Parametr niewiele różni się od wymaganego a jego dopuszczenie umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej.

Ad. 11. Tak

12. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.4

Czy Zamawiający dopuści promiennik bez uchwytów po obu stronach?
Oferowane przez nas urządzenie pozwala na odsunięcie promiennika bez konieczności korzystania z dodatkowych uchwytów.

Ad. 12. Tak

13. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.12 lit.d

Czy Zamawiający dopuści ścianki bez przepustu dla mocowania rur i przewodów, z konstrukcją ścianek umożliwiającą umieszczenie rur i przewodów między ściankami?

Ad. 13. Nie

14. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.12 lit.e

Czy Zamawiający dopuści ścianki bez mechanizmu wolnego opadania, z konstrukcją ścianek umożliwiającą ich bezpieczne wyjęcie do mycia i dezynfekcji?
Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego stosowane jest tylko przez jednego producenta i nie ma żadnego praktycznego zastosowania. Jednak utrzymanie tego wymogu praktycznie wyłącza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Ad. 14. Tak

15. dot. pakietu Nr 2 pkt. 3.4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pokrowca i prześcieradła na materacyk?

Ad. 15. Tak

16. dot. pakietu Nr 2 pkt. 3.6

Proszę o określenie, co Zamawiający rozumie przez zestaw akcesoriów do pozycjonowania noworodka lub o usunięcie tego wymogu.

Ad. 16. Zamawiający wykreśla wymóg

17. dot. pakietu Nr 4 pkt. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu inkubator wyposażony w 9 calowy wyświetlacz LED obsługiwany przy pomocy przycisków membranowych?

Ad. 17. Zamawiający nie wyraża zgody

18. dot. pakietu Nr 1 pkt.1.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stanowiska do resuscytacji o wymiarach:
Długość: 103 do 129 cm (w zależności od wyposażenia)
Szerokość: 77 cm
Wysokość: 170 do 186 cm (elektrycznie regulowana wysokość)

Ad. 18. Tak

19. dot. pakietu Nr 1 pkt.1.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Promiennika ogrzewającego z obrotową głowicą +/- 130 stopni (umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG) z wbudowanym oświetleniem.

Ad. 19. Tak

20. dot. pakietu Nr 1 pkt 1.7.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Automatyczna regulacja temperatury(SERVO) bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34,5 – 37,5 °C ze skokiem co 0,1°C

Ad. 20. Tak

21. dot. pakietu Nr 1 pkt 1.10.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo). Zakres $\pm 10^\circ$

Ad. 21. Tak

22. dot. pakietu Nr 1 pkt 3.7.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Aparat do resuscytacji wbudowany w kolumnę inkubatora, z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H₂O), i PEEP (zakres 1-9 cm H₂O) – ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika, z wyposażeniem jednorazowego użytku po 1 szt. o parametrach:

-dren do pacjenta, min. 145 cm długości;

-dren doprowadzający gaz do apartu;

-zastawka PEEP, znajdująca się na końcu drenu do pacjenta;

- maseczka w rozmiarach: średnica maseczki 42 mm lub 50 mm lub 60 mm

Ad. 22. Tak

23. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie inkubatora otartego o wymiarach:

Długość: 103 do 129 cm (w zależności od wyposażenia)

Szerokość: 77 cm

Wysokość: 170 do 186 cm (elektrycznie regulowana wysokość)

Ad. 23. Tak

24. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Promiennika ogrzewającego z obrotową głowicą +/- 130 stopni (umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG) z wbudowanym oświetleniem.

Ad. 24. Tak

25. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.7.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Automatyczna regulacja temperatury(SERVO) bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34,5 – 37,5 °C ze skokiem co 0,1°C

Ad. 25. Tak

26. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.10.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo). Zakres $\pm 10^\circ$

Ad. 26. Tak

27. dot. pakietu Nr 2 pkt. 1.15.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Zestawu dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad)

Ad. 27. Tak