

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg w związku z planowanym udzieleniem zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – **na dostawę wózków na brudną bieliznę, wózków oddziałowych, stojaków do kroplówek w 3 pakietach na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ informuje, że w dniu 09.11.2017r wpłynęły następujące pytania :

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 i 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pokrywę ze stali nierdzewnej niemalowanej, ze spowalniaczem?

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w podstawę ze stali nierdzewnej niemalowanej, bez osłon z tworzywa?

Ad 2 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Dotyczy pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wg poniższych parametrów:

Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150mm. Podstawa pięcioramienna wyposażona w 5 kółek fi 50mm(w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie budzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235, wg EN, malowanej proszkowo wg. palety RAL. Dopuszczalne obciążenie -8kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpiecznie.

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

2. Czy Zamawiający dopuści ofertę na stojaki do kroplówek na podstawie stalowej lakierowanej proszkowo na białą (parametr lepszy chociażby ze względu na łatwość utrzymania czystości) oraz ze statywem wykonanym z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a nawet lepsze od lakieru proszkowego)

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu i szkolenia personelu. Stojaki są urządzeniem, które bardzo łatwo zmontować (zajmuje to nie więcej niż 5 minut i nie wymaga jakiś specjalnych kwalifikacji), a obsługa polega tylko na przemieszczaniu i ustawianiu wysokości statywu stojaka. Wymogi te znacznie podwyższą cenę dostawy.

Ad.3 Zamawiający odstępuje od wymogu montażu i szkolenia personelu – zmieniony załącznik nr 5- wzór umowy (§ 1 pkt. 2 i § 2 pkt. 2)