

Elbląg, 14.11.2017 r.

Oznaczenie postępowania 44/2017

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.10.2017 r. pod numerem 2017/S 203-417870 na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych w 119 pakietach w okresie 24 miesięcy wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do 08.11.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 100

Czy w Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1, 2 i 3 z pakietu nr 100 do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności ?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę i tworzy odrębny Pakiet nr 100A dla poz. nr 1, 2, 3.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 103

Czy Zamawiający w pakiecie nr 103 dopuści stenty szyjne o średnicach 6mm – 10mm i czterech dostępnych długościach: 20mm, 30mm, 40mm i 60mm (pozostałe parametry bez zmian)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 86 stentów rozprężanych na balonie o średnicy 5,6,7,8,9,10mm i dł. 17,27,37,57mm dla każdego układu wprowadzającego 80 i 135cm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 91 cewników balonowych 0.018" i 0.035" kompatybilnych z introduktorem ≤6F dla średnic 3-10.00mm i 7F dla 12.0mm oraz RBP ≥ 11 bar dla całego zakresu rozmiarów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 93 cewników balonowych 0.014" o dostępnych długościach 20-210mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 102 systemu protekcji dystalnej typu filtr o następujących parametrach:

- 5 rozmiarów koszyka dla naczyń o średnicach: 3.0, 4.0, 5.0 6.0, 7.0mm
- filtr zamontowany na przewodniku 0.014" o długości 320cm lub 190cm
- filtr położony niecentrycznie względem przewodnika
- kompatybilność z koszulką 6F
- konstrukcja systemu ma na celu zmniejszyć ryzyko embolizacji – zmianę przechodzi się dowolnym przewodnikiem 0.018"-0.014", a następnie przeprowadza filtr schowany w mikrocewniku (profil przejścia systemu 3,2F)
- dzięki mikrocewnikowi system pozwala na bezpieczne chowanie i repozycjonowanie protekcji w naczyniach.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 104

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 104 cewników balonowych szyjnych RX kompatybilnych z przewodnikiem 0.014"-0.018" o dostępnych średnicach 2.0-7.0mm co 0.5mm oraz dł. 20,40mm dla śr. 2.0, 2.5, 3.0, 4.5 i dł. 20,30,40 dla śr. 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 110 cewników do fibrynolizy z otworami bocznymi i mikrozaworem na końcu dystalnym umożliwiającym wykonanie wlewu bez konieczności pozostawienia przewodnika - okludera w cewniku? Brak przewodnika w zestawie. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki prowadzące posiadające długości szafu dla niektórych krzywizn 47cm, 55 cm, 90cm oraz standardową długość 100 cm oraz spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe posiadające dla balonu wysokociśnieniowego o ciśnieniu dla balonu 3,0mm. wartość NP = 8 atm. oraz średnicy szafu 2,1 F w części proksymalnej " oraz spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe posiadające dla balonu wysokociśnieniowego o ciśnieniu dla balonu 3,0mm. wartość NP = 8 atm. Pozostałych parametrów nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 62

a) Sonda IVUS

b) Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS

Czy Zamawiający dopuści:

1. Sondę do pomiaru IVUS o następujących parametrach:

- sonda mechaniczna IVUS o rozdzielczości 45 MHz, długość robocza 135 cm, możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F (śr. wewnętrzna 0,64 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala. Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy wielokrotnego użytku o dwóch prędkościach 0.5 mm na sekundę lub 1,0 mm na sekundę.
 - sonda elektroniczna IVUS o rozdzielczości 20 MHz, długość robocza 150 cm, 3 markery widoczne w RTG, dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2.5 mm i 10 mm od końca dystalnego, możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala, niski profil wejścia nie większy niż 0.019", możliwość analizowania składu i budowy blaszki miażdżycowej oraz analizy przepływu doplerowskiego.
 - urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS mechanicznej wielokrotnego użytku (1 szt).
- Proponujemy rozwiązanie polegające na użyczeniu urządzenia, które umożliwia obrazowanie IVUS na cały czas trwania umowy ze Szpitalem:
- aparat mobilny Volcano posiada kolorowy monitor LCD, cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na DVD -R, możliwość archiwizacji na wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala-DICOM, możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki, daje możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych, menu w języku polskim, posiada automatyczną detekcję granic ośrodków o różnej gęstości, umożliwia analizę składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH) wraz z możliwością zapisu uzyskanego obrazu na DVD-R, posiada opcję ChromaFlo umożliwiającą analizę przepływu w naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej, możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekrój poprzeczny i przekrój podłużny. Wielokrotnego użytku urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS kompatybilne z głowicą mechaniczną (45 MHz).

Oferowany system mobilny posiada również funkcję pomiaru FFR. Jest to jedyny dostępny na rynku system do badania przezświetleniowego gradientu ciśnień FFR z możliwością pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii, co w znaczący sposób skraca czas zabiegu, poprawia komfort pacjenta i obniża koszt procedury.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych Użytkowników ze względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza sondę do pomiaru IVUS o następujących parametrach:

- sonda mechaniczna IVUS o rozdzielczości 45 MHz, długość robocza 135 cm, możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F (śr. wewnętrzna 0,64 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala. Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy wielokrotnego użytku o dwóch prędkościach 0.5 mm na sekundę lub 1,0 mm na sekundę.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 62

Czy Zamawiający w przypadku akceptacji proponowanego rozwiązania z pytania nr 11 do pakietu nr 62 zaakceptuje dostarczenie jednego urządzenia do obrazowania wewnątrznacyniowego IVUS oraz pomiaru FFR, które spełnia wymogi zarówno w pakiecie nr 62 i 64?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 84

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 84 poz. 2 Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń o minimalnie zmienionych parametrach:

długość przewodnika 190/ 195 cm i 300 cm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 87

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 87 Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej o minimalnie zmienionych parametrach: długość stentu 120 i 150 mm dostępne dla średnic 5, 6, 7 i 8 mm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 90

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 90 Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic odcinka udowo-podkolanowego i poniżej kolana o minimalnie zmienionych parametrach: długość układu wprowadzającego 80- 90 cm i 120-135cm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 104

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 104 Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji i postdylatacji tętnic szyjnych o minimalnie zmienionych parametrach: długość układu dostarczającego 135 i 143 cm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 43

Czy Zamawiający dopuści stent cobaltowo-chromowy pokryty abluminalnie biodegradowalnym polimerem BA9 o długościach 9-36mm , gdzie jako opinię użytkowników możemy przedstawić wyniki ponad trzyletniego międzynarodowego rejestru nieselekcjonowanych pacjentów (at least 3 years safety and efficacy observation in 5400 BioMatrix Family of stents in unselected patients demonstrates)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuści, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi w ofercie bezproblemowe zastosowanie stentów w min. 300 zabiegach.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 17

Czy dopuszczone będą balony, których crossing profile wynosi 0,031", RBP cewników balonowych wysokociśnieniowych w zakresie 12-18 atm, dystalny profil cewnika wynosi 2,7F?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Należy spełniać wymogi SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 18

Czy dopuszczone będą balony, których profil przejścia przyśrednicy 1,2 wynosi 0,026", a przy średnicy 2,5- 0,030" oraz entry profile wynosi 0,017", dystalny profil cewnika wynosi 2,7F a proksymalny 1,8F?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Należy spełniać wymogi SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 23

Czy dopuszczony będzie balon o RBP wynoszącym 20 atm, zakresie średnic 2,0-6,0 i długości cewnika 143 cm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Należy spełniać wymogi SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 34

Czy dopuszczony będzie DES wykonany ze stopu PT-CR, o RBP w zakresie 16-18 atm., grubości przesł 0,034 dla średnicy 4,0 mm, profilu przejści 0,040" (dla 3,0 mm0 oraz zakresie średnic 2,25-4,00, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Należy spełniać wymogi SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 41

Czy dopuszczony będzie DES o szerokim spektrum długości do 38 mm, i średnic w zakresie 2,25-4,0 MM o profilu przejścia wynoszącym 0,043" a grubość przesł dla 4,0 mm wynosząca 0,086mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Należy spełniać wymogi SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 przewód diagnostyczny stalowy pokryty PTFE o wymaganych średnicach i długościach 40,80,100,125,150,180,260 cm. Dostępne w wersji prostej i J (promień krzywizny 1,5/3/6/12 mm) w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem. Dostępne różne rodzaje końcówek?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza oferowane długości.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 przewód o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE o wymaganych średnicach i długości 75/145/180/260. Końcówki: a)miękka o dł 6cm: prosta lub 3mm J, b) prosta: 1cm lub 3,5 cm dł?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza oferowane długości.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika Nr 124

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 124 Umowa Depozytowa do SIWZ, poprzez nadanie par. 3 ust. 1 załącznika nr 124 do SIWZ następującego brzmienia:

„Produkty w Magazynie Depozytowym stanowią własność Składającego do momentu ich pobrania z Magazynu Depozytowego przez Przechowującego, aczkolwiek Przechowujący jest finansowo odpowiedzialny za wszystkie części wyposażenia, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na dodanie ww. zapisów.

Pytanie 26

Dotyczy Załącznika Nr 124

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści Załącznika nr 124 do SIWZ poprzez nadanie par. 1 ust. 3 Załącznika nr 124 do SIWZ następującego brzmienia: „Sprawdzanie/ kontrolowanie terminów ważności przekazanych w przechowanie leczniczych środków technicznych leży po stronie Składającego. Składający zobowiązany jest do okresowego sprawdzania terminów ważności. Na

miesiąc przed upływem terminu ważności Składający zobowiązuje się do wymiany przekazanych w przechowanie leczniczych środków technicznych na asortyment z uaktualnioną datą ważności W przypadku, gdyby Przechowujący posiadał w Magazynie Depozytowym więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out."

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 80

Poz. 1 "Czy Zamawiający dopuści koszulki zbrojne w zakresie średnic 4-6F?"

Poz. 2 "Czy Zamawiający dopuści koszulki zbrojne w zakresie średnic 4-6F i dł.100cm?"

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 81

"Czy Zamawiający dopuści koszulki zbrojne o długości 45cm i 100cm?"

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 87

"Czy Zamawiający dopuści stenty w zakresie średnic 5-10mm i długości shaftu 80cm dla średnicy 10mm?"

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 88

"Czy Zamawiający dopuści stenty w zakresie średnic 5-7mm?"

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 94

"Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic 2-7mm i długości shaftu 90,130,150 z pokryciem hydrofobowym dla lepszego podparcia balonu w zmianie z doskonałą popychalnością"

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 77

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 77 koszulki wprowadzającej diagnostycznej o długości 13cm z przewodnikiem 0.035-0.038" z dwiema różnymi końcówkami prostą i zagiętą.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 77

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 77 cewników diagnostycznych do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych o różnych końcówkach, o dostępnej średnicy 5F, akceptujące przewodnik minimum 0.035".

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 78 koszulek wprowadzających diagnostycznych o długości 13cm, z poszerzadłem, akceptujący przewód 0.035-0.038", w dostępnych rozmiarach: 5-12F z przewodem o dwóch różnych końcówkach zagiętą i prostą.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 78 koszulek wprowadzających diagnostycznych do tt promieniowej o długości 13cm w zestawie z mikroprowadnikiem 0.018".

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 78 przewodników diagnostycznych hydrofilnych z nitinolowym rdzeniem standardowym lub sztywnym, przy czym dla przewodników sztywnych dostępne średnice: 0.035 i 0.038"

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 78 cewników diagnostycznych do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych o różnym ukształtowaniu końcówki, dostępnej średnicy 5F, długości 65-100cm (dla pig, pig kątowy – 110cm), akceptujące przewód minimum 0.035".

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu 82

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 82 koszulek wprowadzających o dużych rozmiarach dostępnych długościach: 13cm (dla średnic 9, 10, 12, 14F); 30cm (dla średnic 10, 12, 14F), 45cm (dla średnic 10, 12, 14F), 80cm (dla średnic 12, 14F).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu 87

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 87 stentów samorozprężalnych nitinolowych do tt udowej powierzchniowej o dostępnych długościach: 20 do 140mm (w tym wartości skrajne), uwalnianie za pomocą systemu Pin&Pull zapewniający precyzyjną implantację.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu 91

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 91 cewników balonowych uniwersalnych do angioplastyki o dostępnych długości od 20 do 200mm; kompatybilnych z introducerami $\leq 6F$ dla średnic do 10mm (dla średnic od 10mm i dł. 100mm – 7F).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu 99

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 99 stentów obwodowych (stent pokrywany) rozprężanych na balonie o dostępnych długościach stentgraftu od 15 do 60mm (+/-3mm)- w tym skrajne z zestawami do implantacji o długości 9 i 130cm (+/-15cm.)

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu 106

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 106 introducerów zabiegowych zbrojonych do angioplastyki tt szyjnych z adapterem typu Y na końcu koszulki oraz z ręcznie regulowaną zastawką typu Tuohy-Borst.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 109

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 109 cewników kalibrowanych typu pig o średnicy 5F i długości 90 i 110cm. Podziałka centymetrowa na długości 14 lub 22cm.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 110

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 110 cewników infuzyjnych do fibrynolizy o dostępnej średnicy 5F z 14 lub 30 otworami bocznymi.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy zapisów rozdziału VI pkt. 6.3) siwz

Z uwagi na niewielką ilość asortymentu w przetargu (5szt.) i jego znaczną wartość jednostkową prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia próbek w pakiecie nr 68 i ocenę jakościową na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 68A i na ulotkach.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się i odstępuje od wymogu złożenia próbek w Pakiecie nr 68.

Pytanie 46

Dotyczy par. 2 ust. 5 wzoru umowy, załącznik 123 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf zamiast faxem?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Dotyczy par. 6 ust. 1 umowy, załącznik 123 do SIWZ

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar w analogicznych umowach.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48

Dotyczy par. 7 ust. 3 umowy, załącznik 123 do SIWZ

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji reklamacji.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

Dotyczy par. 1 ust. 1 umowy, załącznik 124 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wielkości depozytu dla pakietu 57 na 3 szt?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 59 mikrocewnika dwuświatłowego; jeden kanał Rx drugi OTW?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagane oba rodzaje, jak opisuje Załącznik nr 59A do SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 61

Czy Zamawiający w pakiecie 61 wymaga zaoferowania cewnika również w rozmiarze 5,5 F?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga cewników 5, 6, 7 i 8F, tak jak opisuje Załącznik nr 61A do SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 108

Czy zamawiający dopuści stentgrafty o następującej specyfikacji:

- Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych
- Rozwidlony, o budowie wielomodułowej
- Połączenie protezy ze szkieletem za pomocą szwów
- Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych
- System podnerkowy, wieloczęściowy
- Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków
- Maksymalne zagięcie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90°.
- Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka
- System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu (20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych (18F)
- Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa 10-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 mm i części biodrowej

od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-180 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza długość 40 mm, średnica 21-34 mm.

Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy proksymalnej 12mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm. Pozwala to na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu, upraszcza wymiarowanie i minimalizuje możliwości błędu wymiarowania.

Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulację i poprawiające widoczność

- Bardzo dobra widoczność pod RTG (tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie)
- Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych
- Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji
- Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty
- System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidłonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki
- Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kłoszowatą odnogą biodrową.
- System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiając bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania systemu wprowadzającego.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 119

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego nakłucia ropieni i nefrostomii z jednym trokarem w zestawie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy Wzoru Umowy Sprzedaży (Załącznik Nr 123 do SIWZ) § 2 pkt. 5

Prosimy o modyfikację tego pkt. W następujący sposób:

Prosimy o wykreślenie wymogu, aby na fakturze znajdował się nr seryjny i data ważności oferowanego asortymentu, ponieważ ustawienia systemu księgowego nie pozwalają na dodawanie takich zapisów w treści faktury. Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania w dniu dostawy towaru skanu/kopii faktury wraz ze specyfikacją towaru zawierającą w/w informacje.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 55

Dotyczy Wzoru Umowy Sprzedaży (Załącznik Nr 123 do SIWZ) § 6 Kary umowne

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. o następującej treści:

„4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 0,2% wartości brutto zamawianej dostawy za każdy dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Dotyczy Wzoru Umowy Sprzedaży (Załącznik Nr 123 do SIWZ) § 6 Kary umowne

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. o następującej treści:

„5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamawianej dostawy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, gdy zwłoka w zapłacie przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w umowie.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57

Dotyczy Wzoru Umowy Sprzedaży (Załącznik Nr 123 do SIWZ) § 6 Kary umowne

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. o następującej treści:

„6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58

Dotyczy Wzoru Umowy Sprzedaży (Załącznik Nr 123 do SIWZ) § 6 Kary umowne

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. o następującej treści:

„7. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu 66

Czy Zamawiający dopuści do oceny pętli naczyniowe w rozmiarach od 2 do 5 mm, bez pętli o rozmiarze 2,5 mm? Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu 88

Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnicy udowej powierzchownej o średnicach od 6 do 9 mm? Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu 96

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe pokrywane lekiem do tętnic poniżej kolana dostępne w typie zarówno RX jak i OTW z zastrzeżeniem, że dla średnicy 4 mm dostępna jest tylko wersja RX? Cewniki dostępne w jednej długości układu wprowadzającego - 150 cm dla typu OTW i 140 cm dla typu RX. Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62

Dotyczy rozdział VI pkt. 6 ppkt. 3) SIWZ

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek, „w ilości po 1 sztuce z każdego zaoferowanego asortymentu”.

W odniesieniu do pakietów 9 (introducery zbrojone długie 20-25 cm) i 10 (introducery zbrojone krótkie 10-12cm), Zamawiający wymaga złożenia po 1 sztuce próbki do pakietu (pakiet 9 i 10 zawierają po jednej pozycji asortymentowej) czy też po 4 szt do pakietu 9 i 3 szt do pakietu 10 (w pakiecie 9 Zamawiający wymaga zaoferowania 4 średnic, a w pakiecie 10 – 3 średnic)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 szt. próbki do Pakietu nr 9 i 1 szt. próbki do Pakietu nr 10 dowolnej średnicy.

Pytanie 63

Dotyczy Pakietu 33

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów o długości od 8mm, zamiast od 9mm.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 41

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów o max. długości 40 mm, zamiast 48 mm oraz grubości przęśła nie większej niż 0,07 mm, zamiast 0,06 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza grubość przęśła nie większą niż 0,07 mm. Pozostałych parametrów Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu 41

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów posiadających 7 długości dla stentu o średnicy 2.0 mm, 8 długości dla stentu o średnicy 2.25 mm, 9 długości dla stentu o średnicy 2.5 mm oraz min. 10 długości dla stentów o średnicy od 2.75 mm do 4.5 mm.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu 49

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torquera bez właściwości fluoroscencyjnych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67

Dotyczy Pakietu 54

Czy Zamawiający wymaga, aby dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej był zbrojony i wytrzymywał ciśnienie do 1450 PSI?

Zamawiający odpowiada

Zgodnie z SIWZ. Dren do strzykawki wysokociśnieniowej powinien wytrzymywać ciśnienia stosowane w badaniach naczyniowych i mieć odpowiednią do tego budowę.

Pytanie 68

Dotyczy Pakietu 55

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki rodzaju aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych Zamawiający ma na myśli, do którego chce podłączyć przetwornik mierzenia ciśnienia krwi tętnicznej?

Zamawiający odpowiada

Standardowy aparat do przetaczania płynów infuzyjnych.

Pytanie 69

Dotyczy Pakietu 57

Czy Zamawiający wymaga aby cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej posiadał specjalną konstrukcją cewnika „Co-lumen” zapewniającą minimalizację oporu przepływu helu w porównaniu do cewników innych producentów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w Załączniku nr 57A do SIWZ.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu 57

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników balonowych do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej o pojemnościach: 25cc dla pacjentów poniżej 152 cm wzrostu; 34cc dla pacjentów od 152 cm do 163 cm wzrostu; 40cc dla pacjentów od 163 cm do 183 cm wzrostu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga cewników o różnych pojemnościach dostosowanych dla pacjentów zarówno niskiego jak i wysokiego wzrostu.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu 57

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników balonowych do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej, które w każdym opakowaniu zawierają zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową lub z koszulką?

Zamawiający odpowiada

Tak, zgodnie z pkt 4 Załącznika nr 57A do SIWZ.

Pytanie 72

Dotyczy Pakietu 86

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów stentgraftu obwodowego o następujących parametrach:

Stentgrafty pokrywane z PTFE stalowe, wycinane laserowo, pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu,

porowatość PTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności zamontowane fabrycznie na balonie, Średnice 5,6,7,8,9,10 mm z możliwością doprężenia oraz kłoszowania stentu w celu lepszej akomodacji do anatomii oraz średnicy naczynia krwionośnego do 10,6 mm.

2 złote markery.

Długości stentgraftów: 16,22,32, 38,59mm

Długości systemów dostawczych: 80 i 120 cm

Do przewodnika .035□

System OTW, Niski profil przejścia, kompatybilny z koszulką: 6FR dla rozmiarów 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7 FR dla pozostałych rozmiarów.

Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8FR dla 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 9FR dla 7 mm pozostałych rozmiarów.

Ciśnienie nominalne 8ATM.

Średnie ciśnienie rozrywające 12 ATM.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 73

Dotyczy Pakietu 99

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stentgraftu obwodowego krytego montowanego na balonie wytworzonego ze stali 316L; stent otwartokomórkowy; oferowane rozmiary to: śr. od 5mm do 10mm, dł. od 16mm do 59mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74

Dotyczy Pakietu 99

Czy Zamawiający wymaga aby stentgraft obwodowy miał możliwość rozkłoszowania - zwiększenia swojej średnicy w przedziale od ok. 2mm do ok. 5mm w zależności od rozmiaru stentgraftu (np. śr. 5mm, dł. 59mm – możliwość zwiększenia średnicy do 9.8mm), bez ryzyka uszkodzenia stentu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. parametry.

Pytanie 75

Dotyczy Pakietu 99

Czy Zamawiający wymaga aby stentgraft obwodowy był pokryty jednym kawałkiem materiału PTFE z obu stron stentgraftu (wewnętrznej i zewnętrznej), w tzw.kapsule? Pozwala to uniknąć ryzyka zsunienia się materiału PTFE w trakcie manewrowania stentgraftem w naczyniu chorego (tak się zdarza, gdy stentgraft obwodowy kryty jest np. dwoma kawałkami materiału PTFE).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. parametry.

Pytanie 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 66 – zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych typu pętla – zestawu o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dostępne zestawy o średnicy pętli: 2mm, 4mm, 7mm

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 77

Dotyczy umowy sprzedaży (Załącznik nr 123 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 1 zał. nr 123).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78

Dotyczy umowy sprzedaży (Załącznik nr 123 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79

Dotyczy umowy sprzedaży (Załącznik nr 123 do SIWZ)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w:

§ 6 ust. 1, 2:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw (dot. także uzupełnienia depozytu) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

§ 7 ust. 3:

3. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80

Dotyczy umowy sprzedaży (Załącznik nr 123 do SIWZ)

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81

Dotyczy umowy depozytowej (Załącznik nr 124 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 1 zał. nr 124).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul

wpisaną do rejestru po numerem

reprezentowaną przez:

.....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w, ul

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności poczynszu od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony poczynszu od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu
TEL. KONTAKTOWY :

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej