

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę Iluminatora naczyń żylnych (wizualizator)-2szt dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 24.11.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1: Czy zamawiający wymaga aby oferowany Iluminator naczyń żylnych (Wizualizator) wyświetlał mapę naczyń krwionośnych bezpośrednio na ekranie urządzenia ?

Ad.1 Zamawiający wymaga w postępowaniu.

Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga aby oferowany Iluminator naczyń żylnych (Wizualizator) wyświetlał był wyposażony w ekran o przekątnej minimum 1,8" ?

Ad.2 Zamawiający wymaga w postępowaniu. Zmiana Załącznika nr 1, punkt 8 opisu przedmiotu Zamówienia.